

Do zainteresowanych

**INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH****W ZAKRESIE PAKIETU NR 22****W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA DOSTAWY MATERIAŁÓW SZEWNICH ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH DO ZAMYKANIA POŁA  
OPERACYJNE****Znak sprawy: WszSL/DZ-36/17**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w związku z unieważnieniem w dniu 16-11-2017 r. w **zakresie Pakietu nr 22** czynności związanych z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanej dnia 09-11-2017 r. (znak pisma: WszSL/DZ/072/750/17), po przeprowadzonych czynnościach ponownego badania ofert złożonych w zakresie ww. części zamówienia dokonuje w dniu 04-12-2017 r. ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej w ww. postępowaniu.

W oparciu o wskazane wyżej czynności, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (cena 60%, jakość przedmiotu zamówienia 40%) w zakresie Pakietu nr 22 wybrano ofertę niżej wymienionego Wykonawcy. Oferta spełnia wymogi określone w SIWZ oraz uzyskała najwyższą punktację.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Numer Pakietu	Cena oferty brutto ( w PLN)	Suma punktów częściowych przyznanych za jakość w ocenianych parametrach
6	Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa	22	132 532,59	62

**Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Numer Pakietu	Cena oferty brutto ( w PLN)	Suma punktów częściowych przyznanych za jakość w ocenianych parametrach	kryterium cena 60%	Kryterium jakość przedmiotu zamówienia 40%	Razem
6	Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa	22	132 532,59	62	60,00	40,00	100

**Uzasadnienie:**

**W zakresie Pakietu nr 22** Zamawiający wezwał Wykonawcę (tj. Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa) do nadesłania dokumentów wymaganych w postępowaniu, w tym potwierdzających, iż zaoferowany przez ww. firmę asortyment posiada cechy opisane odpowiednio w SIWZ. Po przeanalizowaniu nadesłanych dokumentów i ponownym badaniu złożonych ofert Zamawiający:

1) na podstawie **art.91.ust.1** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) (dalej: uPzp.) zamówieniu wybiera ofertę nr 6 złożoną przez Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa. Oferta spełnia wymogi SIWZ oraz uzyskała największą punktację.

2) na podstawie **art. 89 ust. 1 pkt. 2** tj. treść oferty nie odpowiada treści SIWZ - odrzuca **ofertę nr 7** złożoną przez 2M MateriaMedica Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Sudeckiej 133:

**Uzasadnienie:**

Zamawiający wymagał zgodnie w z opisem: "Szwyy syntetyczne, wchłanialne, plecione, dwuskładnikowe (glikonat-mleczan) powleczone mieszaną stearynianu wapnia i kopolimerów glikolidu i laktydu, zapewniające początkową wytrzymałość na rozciąganie 140%, średnia minimalna wytrzymałość węzła wynosi 80% po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od implantacji i wchłaniające się całkowicie między 56-70 dniem od implantacji, zbrojone igłami atraumatycznymi i oraz podwiązki".

Wykonawca, firma 2M Materia Medica zaoferował szwy PGLA- Multifilament, pleciony z poli(glikolid-co-L-laktydu) (90/10) powlekany mieszaniną poli (glikolidu-co-L-laktydu) (30/70) oraz stearynianem wapnia. Czas podtrzymywania tkankowego wynosi: 14 dni po implantacji 75%, 21 dni po implantacji 50%. Okres całkowitego wchłaniania w ciągu 56-70 dni, co potwierdzają dokumenty złożone na wezwanie Zamawiającego.

W toku postępowania na podstawie udzielonych odpowiedzi, Wykonawca nie otrzymał zgody od Zamawiającego na zaoferowanie wyżej wskazanego typu materiału szewnego. Zaoferowane szwy nie posiadają wymaganej wytrzymałości tj.: 140 % wytrzymałości początkowej, 80% po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach.

Na etapie przekazywania próbek komisji do badania nie można było zweryfikować wymaganych parametrów opisanych w SIWZ, innych niż podlegające ocenie – stąd omyłka w ich przekazaniu do badania. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę został, po przeprowadzeniu procedury wezwania do oświadczeń I dokumentów wybrany jako oferta najkorzystniejsza w zakresie Pakietu nr 22, co było niewłaściwe z uwagi na fakt, iż jest to przedmiot odmienny od tego, jaki był wymagany w postępowaniu. W zakresie przedmiotowej części czynność wyboru oferty najkorzystniejszej została unieważniona w dniu 16-11-2017 roku (znak pisma WszSL/DZ/788/17).

Informacja o ponownym wyborze ofert najkorzystniejszych zostanie przekazana Wykonawcom za pośrednictwem drogi elektronicznej, zamieszczona na tablicy ogłoszeń dyrektora Szpitala w budynku 1D (poziom „0”) w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej [www.szpital.legnica.pl](http://www.szpital.legnica.pl)

Dziękujemy Państwu za wzięcie udziału w procedurze przetargowej.

Z poważaniem,

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy  
*mgr Krystyna Barciś*