

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ STERYLIZATORA
NISKOTEMPERATUROWEGO PLAZMOWEGO
WRAZ Z SUKCESYWNymi DOSTAWAMI CZYNNIKA STERYLIZUJĄCEGO
Znak sprawy: WSzSL/DZ-58A/17**

W odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), wyjaśniam co następuje:

Pytanie:

(dotyczy pkt. 1)

Zamawiający w dniu 22.01.2018r. zmienił warunek wymaganej objętości całkowitej komory z 35 litrów $\pm 5\%$ na 35 litrów do 60 litrów. Zmiana ta doprowadziła do ewidentnej niespójności w siwz. Zamawiający w punktach 2,3,4 dopuszcza urządzenie, które może posiadać komorę o wymiarach minimalnych 570mm x 260mm x 150mm, co po przeliczeniu stanowi objętość 22,23l.

Wnosimy zatem o przywrócenie zapisu co do minimalnej pojemności komory albo opisanie na dotychczasowym poziomie, tj. od 33,25l (tj. 35l – 5 %) do 60l. Wskazujemy ponadto, iż warunek w obecnym kształcie ogranicza w istotny sposób konkurencję w postępowaniu (m.in. dotyczy to następujących urządzeń: HMTS-30E, Reno-S30).

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść punktów 1, 2, 3, 4 w Załączniku 2A, w taki sposób, aby nadać jej spójność.

1. Udzielona odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.
2. Zamawiający w wyniku udzielonej odpowiedzi, zmodyfikował treść Załącznika 2A, a dokonane zmiany oznaczono kolorem zielonym.
3. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 12.02.2018r. Godziny i miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

mgr Krystyna Barcik