

**Do wszystkich zainteresowanych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę łóżek, szafek przyłóżkowych, stołu do okulistycznych zabiegów operacyjnych oraz diatermii do
zabiegów okulistycznych**

Dotyczy: postępowania o numerze sprawy: WSzSL/DZ-03/18

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2015.2164 ze zm), wyjaśniam co następuje:

Dotyczy Pakietu nr 1 – łóżka sterowane elektrycznie – 88 szt.

Dotyczy Pakietu nr 1 pkt. 10

Pytanie 1-Czy Zamawiający w pkt. 10 dopuści regulację 380-810 mm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę modyfikując SIWZ

Dotyczy Pakietu 1 pkt. 11

Pytanie 2-Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści regulację oparcia pleców 72° i ud 40° co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną regulację modyfikując jednocześnie siwz.

Dotyczy Pakietu 1 pkt 14

Pytanie 3-Czy Zamawiający w pkt. 14 dopuści pilot bez graficznej informacji o umiejscowieniu dźwigni mechanicznej funkcji CPR? Dźwignie są czytelnie oznaczone w kolorze czerwonym, znajdują się pod leżem w górnej części segmentu oparcia pleców z graficzną informacją na dźwigniach, personel wykwalifikowany na co dzień używa tego typu rozwiązań i na pewno graficzna informacja na pilocie nie wzbogaci łóżka o dodatkowe informacje dla personelu.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza brak graficznej informacji o umiejscowieniu dźwigni mechanicznej funkcji CPR na pilocie modyfikując jednocześnie siwz.

Dotyczy Pakietu 1– łóżka sterowane elektrycznie – 88 szt.

Pkt. 4

Pytanie 4 -Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne o wymiarach podstawy 157 x 75 cm? Wymiar ten różni się bardzo nieznacznie od wymaganego.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza łóżko o zaproponowanych wymiarach modyfikując jednocześnie siwz.

Pytanie 5-Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne o wymiarach podstawy 165 x 63 cm? Łóżko posiada nowoczesną konstrukcję z obniżonym środkiem ciężkości i 8 punktami podparcia leża, jest bardzo stabilne w każdym położeniu leża.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pkt. 10

Pytanie 6-Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z regulacją wysokości leża w zakresie 365-815 mm? Jest to parametr korzystniejszy dla Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż zaproponowane dopuszcza łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Pkt.11

Pytanie 7-Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-72°? Jest to parametr korzystniejszy dla Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż zaproponowane dopuszcza łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Pkt.11

Pytanie 8- Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-78°? Jest to parametr korzystniejszy dla Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż zaproponowane dopuszcza łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Pkt.11

Pytanie 9-Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z regulacją segmentu oparcia ud w zakresie 0-40°? Jest to parametr korzystniejszy dla Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż zaproponowane dopuszcza łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Pkt. 14

Pytanie 10-Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z pilotem bez graficznej informacji o umiejscowieniu dźwigni CPR? Wymóg ten wydaje się być zbędny, gdyż personel medyczny zna łóżka – położenie dźwigni jest standardowe dla większości producentów, a w sytuacji zagrożenia nie ma czasu na szukanie informacji o położeniu dźwigni CPR.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje iż, dopuszcza propozycję Wykonawcy modyfikując jednocześnie SIWZ

Pkt. 23

Pytanie 11-Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne wyposażone w wysokiej jakości tworzywowe koła Tente gwarantujące wytrzymałość, doskonałą mobilność i estetykę?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na koła tworzywowe modyfikując jednocześnie SIWZ.

Pkt.25

Pytanie 12- Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne z listwą odbojową umieszczoną na dolnej barierce? Nie ma to wpływu na jej funkcję.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko jednocześnie informuje, że w przypadku zaoferowania takiej opcji nie będą przyznawane punkty.

Dotyczy Pakietu nr 2 – szafki przyłóżkowe – 88 szt.

Pkt. 2 i 8

Pytanie 13- Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek wykonania konstrukcji szafki oraz jej blatów w technologii antybakteryjnej, gdy wszystkie elementy szafki (również wkłady w szufladach i uchwyty, które w praktyce stanowią największe źródło rozprzestrzeniania bakterii) będą pokryte technologią antybakteryjną Smar Coat?

Zalety używania technologii SmartCoat

- | Ograniczenie występowania bakterii, wirusów i pleśni
- | Eliminacja odorów, smogu i zapachu dymu papierosowego
- | Rozkład lotnych związków organicznych
- | Jonizacja powietrza
- | Gwarancja zgodności z wymogami higieny
- | Ochrona pracowników przed ryzykiem zakażenia
- | Redukcja ryzyka transmisji infekcji poprzez dotyk
- | Wydłużenie konieczności czasu malowania pomieszczeń medycznych od 2 do 4 lat
- | Poprawa jakości usług oraz wzrost standardu opieki nad pacjentem
- | Skrócenie czasu pracy i zmniejszenie nakładów na wydatki związane ze sprzątaniem pomieszczeń
- | Łatwość utrzymania w czystości powierzchni powleczonych systemem SmartCoat
- | Odkazanie zanieczyszczonych powierzchni

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż modyfikuje siwz wymagając konstrukcji i blatu szafki wykonanych w technologii antybakteryjnej (potwierdzonej stosownym certyfikatem).

Pkt. 4

Pytanie 14- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości całkowitej 91 cm? Parametr ten różni się od wymaganego zaledwie o 1 cm.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną szafkę modyfikując jednocześnie siwz.

Pkt.3

Pytanie 15- Czy Zamawiający może doprecyzować, co rozumie przez wymóg w pkt. 3 tabeli parametrów, tzn: „długość całkowita od 370 – do 500 mm”?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż poprawia w formularzu-asortymentowo-cenowym zapis „długość” na „szerokość” całkowita modyfikując jednocześnie siwz.

Pytanie 16- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach: gł. 45 cm, szer. 55 cm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 17- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu bocznego 58 x 41 cm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 18- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu bocznego 66 x 43 cm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pkt.6

Pytanie 19- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 81 – 107 cm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną szafkę modyfikując jednocześnie siwz.

Pkt.6

Pytanie 20- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 80 – 110 cm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną szafkę modyfikując jednocześnie siwz.

Pytanie 21- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w dwie szuflady, górna o wysokości min. 11 cm oraz dolna o wysokości min. 350 mm z tworzywową trójdzielną wkładką, miejscem na 2 butelki 1,5l, zamiast szuflady i zamykanej drzwiczkami półki? Szuflady są wygodniejsze dla pacjentów, gwarantują im nieograniczony dostęp do każdego miejsca w szafce bez konieczności wstawiania z łóżka.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu nr 1 – łóżka sterowane elektrycznie – 88 szt.

Pytanie 22- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami tworzywowymi, po jednym panelu w każdym segmencie, panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie, nadające się do dezynfekcji, panele zabezpieczone przed zsuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu 1 – Łóżko sterowane elektrycznie – 88 szt.

Pytanie 23- Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające podstawę o długości ok. 180 cm i szerokości ok. 60 cm dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu? Oferowane parametry wynikają z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta i nie mają negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 24- Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 400 mm do 800 mm gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu z łóżka”, nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka? Oferowany zakres różni się nieznacznie od zakresu tolerancji podanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pkt.11

Pytanie 25- Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną uda 45°? Oferowany zakres jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Pytanie 26- Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną pozycji Trendelenburga 13° i anty-Trendelenburga 15°? Oferowany zakres Trendelenburga różni się nieznacznie od parametru wskazanego przez Zamawiającego, natomiast zakres anty-Trendelenburga jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pkt.14

Pytanie 27- Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym pilot nie posiada graficznej informacji o umiejscowieniu dźwigni mechanicznej funkcji CPR? W oferowanym łóżku dźwignia mechanicznej funkcji CPR oznaczona jest kolorem pomarańczowym i jest umiejscowiona w widocznym miejscu (w górnej części oparcia pleców). Nie ma zatem konieczności umieszczania informacji na pilocie o umiejscowieniu mechanicznej funkcji CPR.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż, dopuszcza propozycję Wykonawcy modyfikując jednocześnie SIWZ

Pkt. 16

Pytanie 28- Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym pilot będzie posiadał możliwość zablokowania wszystkich funkcji elektrycznych przez personel medyczny, blokada mechaniczna za pomocą kluczyka? Oferowane rozwiązanie

jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko modyfikując jednocześnie siwz

Pytanie 29- Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże 4-sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome, leże wypełnione płytami tworzywowymi HPL, 4 płyty na całe leże, płyty gładkie, łatwo demontowalne, lekkie, nadające się do dezynfekcji, płyty zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatraskowy? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pkt.18

Pytanie 30- Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające funkcję zaawansowanej „podwójnej autoregresji” (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda), system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda do tyłu podczas podnoszenia segmentów w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pkt.22

Pytanie 31- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem; szczyty bez graficznej, kolorystycznej informacji zablokowane/odblokowane?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę modyfikując jednocześnie siwz.

Pkt. 23

Pytanie 32- Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające koła tworzywowe o średnicy 150 mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół uruchamianą za pomocą jednej dźwigni zlokalizowanej bezpośrednio przy kołach od strony nóg (dźwignia dostępna od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy, gwarantująca łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie)?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę modyfikując jednocześnie siwz.

Pytanie 33 - Czy dla 68 kpl. łóżek Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne metalowe lakierowane, składane wzdłuż ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, barierki boczne składające się z czterech poprzeczek, w celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w dwóch ruchach tj. w sposób świadomy (oburącz) poprzez „odciągnięcie” przycisku zabezpieczającego, a następnie złożenie barierki?


Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu

Pytanie 34- Czy zamiast „tworzywowego tabletu nakładanego na barierki” Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w półkę (stolik) mocowaną do szczytu od strony nóg pacjenta, która służy do spożywania posiłków przy łóżku lub karmienia pacjenta, półka (stolik) może być też wykorzystana jako półka na dokumentację medyczną lub podręczne rzeczy pacjenta? Takie rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 35- Czy dla 20 kpl. łóżek Zamawiający dopuści łóżko wyposażone standardowo w barierki boczne dzielone, wykonane z wysokiej jakości tworzywa, powodujące zabezpieczenie pacjenta na całej długości leża (bez konieczności stosowania „dodatkowej barierki”



Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka z barierkami tworzywowymi na całej długości leża).

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Dotyczy Pakietu 1 -Łóżka sterowane elektrycznie 88 sztuk

Pytanie 36- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości podstawy

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zapytanie, gdyż brak jego dalszej części.

Pytanie 37- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną wysokości w zakresie 400mm-810mm ?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pkt.22

Pytanie 38- Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem bez graficznej informacji o umiejscowieniu dźwigni mechanicznej funkcji CPR- takie oznaczenie znajduje się na ramie łóżka?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje iż, dopuszcza propozycję Wykonawcy modyfikując jednocześnie SIWZ

Pytanie 39- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionych panelami z płyty HPL montowanymi na stałe?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 40- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalowymi panelami montowanymi na stałe?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 41- Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji tylko oparcia pleców?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 42- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji zaawansowanej autoregresji?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 43- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez blokad szczytów- szczyty posadowione są w tulejach w taki sposób, że nie następuje ich przypadkowe wyjęcie?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Zapytanie 44- Czy Zamawiający dopuści barierki boczne, których składanie odbywa się poprzez odciągnięcie zwalniacza?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pkt. 26

Zapytanie 45- Czy Zamawiający dopuści chromowana półkę na pościel?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy modyfikując jednocześnie siwz.

Dotyczy Pakietu nr 1 – Łóżka sterowane elektrycznie – 88 sztuk

Pkt.1

Zapytanie 46- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko sterowane elektrycznie, które posiada następujące wymiary leża: długość pomiędzy szczytami leża niewydłużonego 2120 mm (leże nie przedłużone); szerokość leża pomiędzy poręczami bocznymi 890 mm, na którym spoczywa materac o długości 2060 mm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Zapytanie 47- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko sterowane elektrycznie, które posiada całkowitą długość leża 2280 mm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Zapytanie 48- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko sterowane elektrycznie, które posiada całkowitą szerokość leża 965 mm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Zapytanie 49- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko sterowane elektrycznie, które posiada długość podstawy 163 cm; a szerokość podstawy 71 cm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Zapytanie 50- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko sterowane elektrycznie, bez sygnalizacji włączenia do sieci? Sygnalizowanie tego stanu nie jest konieczne, gdyż w trakcie użytkowania łóżka z napędami elektrycznymi są one zawsze podłączone do sieci zasilającej, a o konieczności ich odłączenia od sieci, np. przy przejeżdżaniu łóżka, informuje stosowny zapis w Instrukcji Obsługi.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Zapytanie 51- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko sterowane elektrycznie, które posiada dźwignię funkcji

CPR oparcia pleców umieszczoną w segmencie uda, aby była dostępna także po opuszczeniu poręczy?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Zapytanie 52-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko sterowane elektrycznie, które posiada elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 410 – 840 mm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pkt.11

Zapytanie 53-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko sterowane elektrycznie, które posiada elektryczną regulację segmentu uda wynoszącą 40°? Parametr ten w nieznacznym sposób różni się od wymaganego przez Zamawiającego i w żaden sposób nie wpływa to na pogorszenie warunków eksploatacyjnych łóżka.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Pkt.14

Zapytanie 54-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko sterowane elektrycznie, które posiada pilot bez graficznej informacji o umiejscowieniu dźwigni mechanicznej funkcji CPR?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż, dopuszcza propozycję Wykonawcy modyfikując jednocześnie SIWZ.

Pkt. 16

Zapytanie 55-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko sterowane elektrycznie, które posiada pilot z możliwością zablokowania funkcji elektrycznych przez personel medyczny, z mechaniczną blokadą za pomocą dodatkowego kluczyka dołączonego do pilota?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, dopuszcza propozycję Wykonawcy modyfikując jednocześnie SIWZ.

Zapytanie 56-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko sterowane elektrycznie, które posiada leże wypełnione panelami z płyty HPL, panele gładkie, łatwo odcinane, maksymalna waga pojedynczego panelu 5,5 kg, nadające się do dezynfekcji? Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez gniazda pozycjonujące i taśmy samoszczepne.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pkt.11

Zapytanie 57-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko sterowane elektrycznie, które posiada autoregresję segmentu uda wynoszącą 4,5 cm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Zapytanie 58-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko sterowane elektrycznie, wyposażone w szczyty wykonane z tworzywa, bez blokad, ale sztywno i mocno osadzone w gniazdach leża, co uniemożliwia ich niepożądane wypadnięcie? Pragniemy zauważyć, że zablokowany szczyt może w sytuacji zagrożenia życia przedłużyć czas uzyskania szybkiego dostępu do pacjenta.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pkt.23

Zapytanie 59-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko sterowane elektrycznie, które posiada koła jezdne o średnicy 150 mm z metalowym, chromowanym widelcem, zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady, dźwignie uruchamiające centralną blokadę w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Zapytanie 60-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko sterowane elektrycznie, z barierkami lakierowanymi proszkowo, wykonanymi z 3 profili stalowych okrągłych o średnicy 25 mm, składanych wzdłuż ramy leża za pomocą jednego zatrzasku? W celach bezpieczeństwa bariereki opuszczane są za pomocą odblokowania zatrzasku i złożenia poręczy bocznych; a stabilizacja bariereki następuje poprzez jeden ruch podniesienia poręczy.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pkt.25

Zapytanie 61- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko sterowane elektrycznie, które posiada poręcze boczne bez listew odbojowych?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko jednocześnie informuje, że w przypadku zaoferowania takiej opcji nie będą przyznawane punkty.

Pkt.26

Zapytanie 62-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko sterowane elektrycznie, które posiada materac w tkaninie nieprzemakalnej, oddychającej o wysokości 120 mm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Pkt.26

Zapytanie 63-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko sterowane elektrycznie, które nie są zaopatrzone w lakierowaną wysuwaną półkę na pościel?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy modyfikując jednocześnie siwz.

Zapytanie 64-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko sterowane elektrycznie, które nie posiada dodatkowej poręczy bocznej montowanej w dolnej części łóżka powodujące zabezpieczenie pacjenta na całej długości leża?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu nr 2 – Szafka przyłóżkowa – 88 sztuk:

Pkt. 11

Zapytanie 65-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która wyposażona jest w blat boczny posiadający regulację skokową, wspomaganą sprężyną mechaniczną spiralną?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną szafkę modyfikując jednocześnie siwz.

Pkt.16

Zapytanie 66-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która nie jest wyposażona w uchwyt na ręcznik?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy modyfikując siwz poprzez wykreślenie pkt. 16 w Pakiecie 2.

Pytanie o harmonogram dostaw – dotyczy pakietów 1 i 2:

Zapytanie 67-Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przedstawienie przybliżonego harmonogramu dostaw – prosimy o podanie roku, miesiąca i planowanej liczby łóżek oraz szafek w poszczególnych zamówieniach częściowych.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż przewiduje złożenie 3 zamówień każdego roku w ilości proporcjonalnej do całości zamówienia.

Dotyczy Pakietu 3- Stół do okulistycznych zabiegów operacyjnych

Zapytanie 68- Czy Zamawiający dopuści stół o parametrach jak poniżej:

L.p.	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
1.	4- częściowy Stół przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie okulistyki.
2.	Możliwość składania elektrycznego do pozycji siedzącej oraz niezależnego sterowania podnóżkiem, siedziskiem oraz oparciem.
3.	Podglówek w kształcie „U” z miękkiego tworzywa dopasowującego się do kształtu głowy pacjenta.
4.	Regulacja wzdłużna podglówka z możliwością regulacji jego kąta nachylenia pod kark pacjenta.
5.	Regulacja elektryczna ruchu stołu góra / dół w zakresie min 580-880 mm
6.	Możliwość niezależnego sterowania podnóżkiem, siedziskiem, oparciem oraz zagłówkiem.
7.	Regulacji pilotem nożnym ruchu stołu góra/dół oraz ruchu zagłówka.
8.	Możliwość regulacji ruchów siedziska, zagłówka, części podpierającej plecy i nogi przy pomocy pilota ręcznego.
9.	Możliwość zapamiętania 4 pozycji stołu.
10	Regulowane podłokietniki z możliwością zmiany kąta nachylenia oraz ich całkowitego demontażu (opcja)
11	Stół na podstawie jezdnej z manualną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.
12	Szerokość całkowita stołu- 835 mm Szerokość leża- 610 mm Długość całkowita stołu- 1950 mm Rozmiar podstawy- 805 x 605 mm
13	Bezszwowe, wodoodporne, antybakteryjne obicie stołu operacyjnego.

14	Zakres regulacji podpory pleców- 85° Zakres regulacji zagłówka- 50° Zakres regulacji podpory nóg- 77° Zakres regulacji siedziska- 40 °
15	Podstawa chromowo-niklowa.
16	Zasilanie bateryjne z awaryjnym wyłącznikiem prądu. Światlna i dźwiękowa informacja o rozładowaniu baterii.
17	Nośność- 250 kg
18	Waga- 135 kg

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu 1-Łóżko sterowane elektrycznie – 88 sztuk

Pkt 10

Zapytanie 69-Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 38-81 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Pkt. 11

Zapytanie 70-Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-43°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Pkt.14

Zapytanie 71-Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem bez graficznej informacji o umiejscowieniu dźwigni mechanicznej CPR, co wydaje się parametrem zbędnym, a wręcz może być myląca dla użytkownika?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Pkt.16

Zapytanie 72-Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechaniczną możliwością blokady wszystkich funkcji elektrycznych (z wyjątkiem funkcji CPR)?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zapytanie 73-Czy Zamawiający dopuści łóżko gdzie każdy segment leża wypełniony jest jednym tworzywowym panelem?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pkt. 17

Zapytanie 74-Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym tworzywowymi panelami, gdzie najcięższy panel waży około 2,25 kg?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Zapytanie 75-Czy Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresją w części lędźwiowej w zakresie min 9 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Zapytanie 76-Czy Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresją segmentu pleców 9 cm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Zapytanie 77-Czy Zamawiający dopuści łóżko bez możliwości blokady szczytów? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pkt 23

Zapytanie 78-Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 150 mm, w tworzywowej obudowie?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Zapytanie 79-Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi, których odblokowywanie odbywa się poprzez odciągnięcie mechanizmu blokującego bez konieczności podnoszenia barierki?
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Zapytanie 80-Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tabletu do spożywania posiłków? Spożywanie posiłków może odbywać się za pośrednictwem szafki przyłóżkowej z blatem bocznym, której Państwo wymagacie.
Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy §2 pkt. 4 projektu umowy

Zapytanie 81-Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż zmienia termin realizacji przedmiotu zamówienia na 56 dni odpowiednio modyfikując siwz.

Zapytanie 82-Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą o długości 143 cm i szerokości 70 cm, co w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność łóżka?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pkt. 7

Zapytanie 83-Czy Zamawiający dopuści dźwignię CPR umieszczoną pod leżem, z boku łóżka, na wysokości dolnej części oparcia pleców?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza proponowane rozwiązanie modyfikując jednocześnie siwz.

Dotyczy Pakietu 2Pkt. 2

Zapytanie 84-Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną bez użycia technologii antybakteryjnej?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający odsyła do pkt. 2 i 8 w Pakiecie 2.

Zapytanie 85-Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 555 mm, głębokości 450 mm, wysokości 880 mm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pkt. 6

Zapytanie 86-Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 760-1110 mm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza proponowaną szafkę modyfikując jednocześnie siwz.

Pkt. 8

Zapytanie 87-Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi bez użycia technologii antybakteryjnej?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający odsyła do pkt. 8 w Pakiecie 2.

Pkt. 10

Zapytanie 88-Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym wyposażonym w jeden reling, który może służyć np. do przetaczania?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną szafkę jednocześnie informuje, że w przypadku zaoferowania takiej opcji nie będą przyznawane punkty.

Pkt. 11

Zapytanie 89-Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym bez możliwości pochylenia go na boki?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza proponowaną szafkę.

Zapytanie 90-Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w dwie szuflady górną i dolną (zamiast drzwiczek)?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Zapytanie 91-Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, którą można postawić zarówno z lewej, jak i prawej strony, z łatwym dostępem do dwóch szuflad o wysuwie jednostronnym?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Zapytanie 92-Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż zmienia termin realizacji przedmiotu zamówienia na 56 dni odpowiednio modyfikując siwz.

Pakiet nr 1 – Łóżka sterowane elektrycznie (88 sztuk)

Zapytanie 93-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające długość podstawy 178,3 cm, i szerokości podstawy 87,2 cm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Zapytanie 94-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające sygnalizację włączenia zasilania, czyli sygnalizację gotowości łóżka do pracy jednak bez sygnalizacji samego włączenia do sieci?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Zapytanie 95-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z dźwigniami regulacji funkcji CPR umieszczone z boku leża pod segmentem lędźwiowym? Dotyczy pkt. 7 tabeli technicznej.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pkt.10

Zapytanie 96-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z możliwością regulacji wysokości w zakresie od 350 do 810 mm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Pkt.11

Zapytanie 97-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z elektryczną regulacją pleców w zakresie od 0° do 74°?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Pkt.11

Zapytanie 98-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z elektryczną regulacją uda w zakresie od 0° do 44°?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Pkt.14

Zapytanie 99-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z pilotem nie posiadającym graficznej informacji o umiejscowieniu dźwigni mechanicznej funkcji CPR?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Pkt.16

Zapytanie 100-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z pilotem posiadającym możliwość elektronicznej blokady wszystkich funkcji poprzez pokrętło w tylnej części pilota za pośrednictwem kluczyka dla personelu?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Zapytanie 101-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające segmenty leża wypełnione panelami z siatki, mocowanymi na stałe – jeden panel na każdy segment leża?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Zapytanie 102-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wypełnionym panelami tworzywowymi z płyty HPL łatwymi w dezynfekcji – jeden panel na każdy segment leża?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Zapytanie 103 -Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami mocowanymi na stałe?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pkt.17

Zapytanie 104- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami o wadze pojedynczego panelu przekraczającej wartość 1 kg?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Pkt.21

Zapytanie 105-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające zaawansowaną funkcję

autoregresji wykonującą ruch odsuwania się segmentu plecowego oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po łuku/okręgu) podczas podnoszenia segmentów, jednak bez systemu teleskopowego?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Zapytanie 106-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu tym samym bez graficznej informacji o zablokowanych/odblokowanych szczytach?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pkt. 25

Zapytanie 107-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z tworzywowymi kołami o średnicy 125 mm?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Zapytanie 108-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w centralną blokadę kół uruchamianą za pomocą czterech dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach zapewniając dostęp do nich z każdej strony łóżka?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pkt. 25

Zapytanie 109-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z możliwością ich składania/odblokowywania w dwóch ruchach tj. poprzez odciążenie mechanizmu blokującego oraz lekkie przesunięcie jej w kierunku nóg pacjenta – poręcz składana wzdłuż ramy leża?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Zapytanie 110-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z poręczami bocznymi składanymi poniżej górnej powierzchni materaca?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pkt.25

Zapytanie 111-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne nie posiadające na środkowej poprzeczce w poręczy bocznej tworzywowej listwy odbojowej?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko jednocześnie informuje, że w przypadku zaoferowania takiej opcji nie będą przyznawane punkty.

Zapytanie 112-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne nie posiadające tworzywowego tabletu nakładanego na barierki?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Zapytanie 113-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne nie posiadające dodatkowych barierek montowanych w dolnej części łóżka zabezpieczające pacjenta na całej długości?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pkt. 26

Zapytanie 114-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z poręczami chroniące pacjenta na całej długości leża zamiast dodatkowych barierek opisanych w pkt. 26 tabeli tech.?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu nr 2 – Szafki przyłóżkowe (88 sztuk)

Pkt.16

Zapytanie 115-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową nie posiadającą uchwytu na ręcznik?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. W związku z udzieloną odpowiedzią wykreśla pkt. 16 z formularza ofertowo-cenowego.

Zapytanie 116-Prosimy Zamawiającego o udostępnienie harmonogramu dostaw wraz z podaniem terminów oraz ilością wymaganego asortymentu? Dotyczy Pakietu nr 1 i 2.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż przewiduje złożenie 3 zamówień każdego roku w ilości proporcjonalnej do całości zamówienia.

Dotyczy: zapisów SIWZ

Zapytanie 117-Czy z uwagi na fakt, że ulotki/foldery/karty techniczne etc. pochodzące od wytwórcy wyrobu medycznego, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia dystrybutora, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i trudno oczekiwać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy siwz w Rozdziale VII w pkt. 1.3 oraz 4.6 poprzez dodanie frazy „lub autoryzowanego dystrybutora”.

Dotyczy: Pakietu 1- Łóżka sterowane elektrycznie (88 sztuk)

Pkt. 26

Zapytanie 118- Czy z uwagi na wyposażenie łóżka w funkcję przedłużenia leża, po użyciu której personel może wykorzystać powstałą przestrzeń np. na pościel, Zamawiający zrezygnuje z wymogu zaoferowania łóżka wyposażonego w półkę?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane łóżko modyfikując jednocześnie siwz.

Uwaga:

1. Zamawiający z własnej inicjatywy wykreśla pkt. 14 w Pakiecie 2 (z uwagi na powtórzenie opisu w(pkt. 8).
2. Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
3. Zmiany związane z pozytywnie udzieloną odpowiedzią wprowadzono czcionką koloru czerwonego.
4. Informujemy, iż ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert z dnia 23.02.2018 r. na dzień **07.03.2018r.** godziny i miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Z-CA DYREKTORA
dr. J. Jędrzejewska
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Legnicy
dr n. med. Andrzej Haj