

Legnica 22.02.2018 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy: **PRZETARGU NIEGRANICZONEGO NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO WYKONYWANIA BADAŃ RÓWNOWAGI Kwasowo Zasadowej, Elektrolitów i Metabolitów z Najmem Trzech Analizatorów**
znak sprawy (WSzSL/DZ- 02/18)

1. Zamawiający informuje, iż z własnej inicjatywy dokonuje następujących zmian zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ):

a) ze względu na pomyłkę w zakresie opisu dotyczącego analizatorów - Zamawiający zmienia treść zawartą w Tabeli D formularza ofertowego tj. treść dotyczącą wymaganych parametrów najmowanych analizatorów – Załącznika 2A.

b) do treści SIWZ wprowadza dodatkowy projekt umowy ("projekt 3") dotyczący przetwarzania powierzonych danych osobowych w związku z przyszłym wykonaniem przez wykonawcę umowy w zakresie związanym z najmem analizatorów.

Powyżej opisane zmiany treści SIWZ zaznaczono kolorem czerwonym.

2. W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 1579), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Dotyczy: załącznika nr 2A „Odczynniki do badań analitycznych wraz z najmem trzech analizatorów” TABELA A – „Pakiet – Odczynniki do badań analitycznych” pozycja 1a,b,c.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający pisząc:

„Odczynniki w formie zintegrowanych kaset”, a dalej w TABELI B „*- Kasety muszą zawierać wszystkie konieczne odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne umożliwiające wielokrotne pomiary i pojemniki na odpady analityczne (pojemniki ściekowe). Kasety stanowiące kompletny układ pomiarowy. Kasety sensoryczne (jedna kasetka do wszystkich parametrów)”

dopuszcza proponowanie rozwiązania wykorzystującego dwie kasety:

- Odczynnikową (z wszystkimi koniecznymi odczynnikami, kalibratorami, materiałami kontrolnymi, umożliwiającymi wielokrotne pomiary wraz z pojemnikami na odpady analityczne (pojemniki ściekowe)

- Sensorową (sensory/elektrody pomiarowe dla parametrów)?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający odsyła do zmienionych zapisów treści SIWZ – Tabela D pkt. 4.

Pytanie 2

Dotyczy: załącznika nr 2A „Odczynniki do badań analitycznych wraz z najmem trzech analizatorów” TABELA A – „Pakiet – Odczynniki do badań analitycznych” pozycja 1a,b,c

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający pisząc „odczynniki w kasetach o wydajności 150-200 oznaczeń” (pozycja 1a) ma na myśli ilości badań pacjentów, które można z nich wykonać w przeciągu miesiąca czasu? Czy kasetka pozwalającą wykonać do od 1-300 badań pacjentów w czasie 30 dni spełni wymagania Zamawiającego i zostanie dopuszczona?

Analogicznie w pozycjach 1b,c czy kasetka pozwalającą wykonać do od 1-600 badań pacjentów w czasie 30 dni spełni wymagania Zamawiającego i zostanie dopuszczona?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający wymaga kaset o wydajności 150-200 (poz. 1a) i odpowiednio (poz. 1b i 1c) 400-600 oznaczeń (badań pacjentów), jednak dopuszcza zaoferowanie kaset o większej wydajności. Wymagana i oceniana (ad kryteria oceny ofert) trwałość po uruchomieniu kasety- minimum 28 dni

Pytanie 3

Dotyczy: załącznika nr 2A „Odczynniki do badań analitycznych wraz z najmem trzech analizatorów” TABELA C- NAJEM ANALIZATORÓW

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem: „najem 1 analizatora z układem pomiarowym do wykonywania oznaczeń określonych powyżej”

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający wyjaśnia: Tabela C – to tabela, w której wykonawca winien wskazać cenę najmu poszczególnych analizatorów. Zamawiający wymaga do realizacji zamówienia wynajęcia 3 analizatorów (stąd pozycje 1,2,3 dla każdego z analizatorów osobno). Analizatory służyć mają wykonywaniu badań – oznaczeń określonych w Tabeli A kolumna B. Proszę uwzględnić również informacje zawarte w pkt. 2 - w zmienionej treści Tabeli D.

Pytanie 4

Dotyczy: Rozdział XVII. Projekt umowy - §2 podpunkt nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z towarem dokumentu WZ zawierającego: nazwę Wykonawcy, nazwę Zamawiającego, nazwę dostarczonego towaru oraz jego ilość oraz serię każdego z dostarczonego asortymentu, a w dniu dostawy dostarczenia na wskazany adres e-mail faktury VAT, która będzie zawierała wszystkie pozostałe wymagane dane?

Odpowiedź na zapytanie: Tak. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i odsyła do zapisów projektu umowy paragraf 2 ust.5.


Pytanie 5

Dotyczy: Rozdział XVII. Projekt umowy - §2 podpunkt 6

Oferowane przez naszą firmę odczynniki i materiały eksploatacyjne są oznaczone na opakowaniu między innymi nazwą handlową producenta, numerem serii, datą ważności, sposobem przechowywania.

Powyższe dane nie są podawane w języku polskim ponieważ stosowane oznaczenia są uniwersalne i rozpoznawalne na całym świecie.

Poniżej przedstawiamy przykład oznaczenia opakowania.



Prosimy Zamawiającego o możliwość dopuszczenia dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych oznakowanych w uniwersalny sposób. Nazwy handlowe opakowań są takie same jak na wystawianych fakturach oraz dokumentach WZ. W środku każdego opakowania znajduje się ulotka w języku polskim.

Odpowiedź na zapytanie: Tak. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i odsyła do zapisów projektu umowy paragraf 2 ust.6.

Pytanie 6

Dotyczy: Rozdział XVII. Projekt umowy - §2 podpunkt 8

Czy Zamawiający dopuści 3 miesięczny termin ważności odczynników liczony od dnia dostawy przy możliwości złożenia co rocznego harmonogramu dostaw w oparciu o planowane zużycie? Analizator pracuje jedynie na dwóch materiałach zużywalnych z określonym przewidywalnym terminem przydatności (30 dni na pokładzie analizatora), co pozwala na dokładne przewidzenie ilości potrzebnych elementów zapewniających nieprzerwaną pracę. Łatwość planowania elementów zużywalnych w połączeniu z harmonogramem dostaw pozwoli na zmniejszenie stanów magazynowych.

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający wyraża zgodę na 3 miesięczny termin ważności odczynników liczony od dnia dostawy.

UWAGA!

1. Wykonawca składający ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia, na którą Zamawiający udzielił pozytywnej odpowiedzi powinien w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.
2. Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
3. Wszystkie dokonane zmiany treści SIWZ (z własnej inicjatywy Zamawiającego oraz w wyniku udzielonych na zapytania odpowiedzi) zaznaczono kolorem czerwonym.

**Zamawiający informuje, iż w związku z modyfikacją zapisów SIWZ zmianie ulega
termin składania i otwarcia ofert z dnia 19 marca 2018
na 22 marca 2018 r.**

Godziny i miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

mgr Krystyna Barcik