

Do wszystkich zainteresowanych:

**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO WYKONYWANIA BADAŃ
HEMATOLOGICZNYCH, W TYM MORFOLOGII KRWI, WRAZ Z NAJMEM DWÓCH ANALIZATORÓW ”.
sprawa : WSzSL/DZ-01/18**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu **28-03-2018r.** dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w ww. postępowaniu.

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ tj.

a) Cena 60%

b) Parametry funkcjonalno-użytkowe analizatorów 30%

c) Termin rozpatrzenia reklamacji 10%

Zamawiający dokonał wyboru oferty niżej wymienionego Wykonawcy:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Zaoferowana Cena w PLN	Parametry funkcjonalno – użytkowe (oceniane)	Termin rozpatrzenia reklamacji
1	SYSMEX POLSKA SP. Z O.O. AL. JEROZOLIMSKIE 176, 02-486 WARSZAWA	756 371,52	1) Wydajność analizatorów min. 200 oznaczeń/godz w trybie CBC=%DIFF (przy czym każdy z analizatorów winien mieć minimalną liczbę oznaczeń 100/godz.) 2) Parametry obecne na wyniku: WBC, 5 parametry rozdział krwinek białych wyrażony w # i w % (neutrofile, eozynofile, bazofile, monocyty, limfocyty) oraz RBC, HGB, HCT, MCV, MCHC, RDW, PLT, MPV,IG%, # 3) Objętość aspirowanej próbki w każdym z dostępnych trybów pracy max. 100µl 4) Liniowość (bez rozcieńczenia): WBC- 0-350 tys/ µl; PLT- minimalna 5000x10 ⁴ /µl	5 dni roboczych

Streszczenie oceny złożonych ofert

NUMER OFERTY	WYKONAWCA – NAZWA /ADRES	ZAOFEROWANA CENA	KRYTERIUM CENY 60%	PARAMETRY FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE ANALIZATORÓW 30%	KRYTERIUM TERMIN ROZPATRZENIA A REKLAMACJI 10%	RAZEM
1	SYSMEX POLSKA SP. Z O.O. AL. JEROZOLIMSKIE 176, 02-486 WARSZAWA	756 371,52	60	30	10	100

Informacja dotycząca przyznanych punktów cząstkowych w kryterium Parametry funkcjonalno-użytkowe analizatorów.

Parametr punktowany	punktacja jaką można uzyskać oferta	Punkty przyznane
Wydajność analizatorów min. 200 oznaczeń/godz w trybie CBC=%DIFF (przy czym każdy z analizatorów winien mieć minimalną liczbę oznaczeń 100/godz.)	200 oznaczeń- 0 pkt.; powyżej-200 oznaczeń - 7 pkt.	0 pkt.
Parametry obecne na wyniku: WBC, 5 parametry rozdział krwinek białych wyrażony w # i w % (neutrofile, eozynofile, bazofile, monocyty, limfocyty) oraz RBC, HGB, HCT, MCV, MCHC, RDW, PLT, MPV,IG%, #	każdy dodatkowy parametr – 1 pkt	0 pkt.
Objętość aspirowanej próbki w każdym z dostępnych trybów pracy max. 100µl	objętość próbki 100 µl -0 pkt; poniżej 100 µl – 2 pkt.	2 pkt.
Liniowość (bez rozcieńczenia): WBC- 0-350 tys/ µl; PLT-minimalna 5000x10 ⁴ /µl	liniowość wymagana (opisana w kolumnie B) – 0 pkt; powyżej wymaganej – 2 pkt.	2 pkt.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że:

- 1) nie wykluczył Wykonawcy,
- 2) nie odrzucił ofert Wykonawcy,

- 3) nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów,
- 4) nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów
- 5) nie unieważnił postępowania.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekazuje Wykonawcy drogą elektroniczną, udostępnia na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
mgr Krystyna Barcik