

Do wszystkich zainteresowanych:

**INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT**

**W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA DOSTAWĘ ŁÓŻEK, SZAFEK PRZYŁÓŻKOWYCH, STOŁU DO OKULISTYCZNYCH ZABIEGÓW
OPERACYJNYCH ORAZ DIATERMII DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH**

WSzSL/DZ-03/18

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 19.04.2018r. dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych w ww. postępowaniu.

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (tj. cena -60%, okres gwarancji i rękojmi - 20%, parametry użytkowo-techniczne -20 %). Zamawiający dokonał wyboru ofert niżej wymienionych Wykonawców. Oferty spełniają wymagania określone w SIWZ oraz uzyskały najwyższą ilość punktów:

Część A

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Numer Pakietu	Cena oferty brutto
5	„KONKRET” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna ul. Dworcowa 15A 86-200 Chełmno	1	518 918,40
4	METALOWIEC Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej ul. Fabryczna 2 46-100 Namysłów	2	105 969,60
6	Polymed Polska Sp. z o.o. ul. Warszawska 320A 05-082 Stare Babice	3	61 452,00
7	MEDICOM Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze	4	12 742,92

Część B . Streszczenie oceny złożonych ofert

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Numer Pakietu	Cena oferty brutto	Okres gwarancji i rękojmi	Przyznane punkty w kryterium „Parametry użytkowo-techniczne”	Przyznane punkty w kryterium „Cena”	Przyznane punkty w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi „	Razem punkty
5	„KONKRET” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna ul. Dworcowa 15A 86-200 Chełmno	1	518 918,40	60	20,00*	60,00	20,00	100,00
1	RONOMED Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przyjaźni 52/1U 53-030 Wrocław	1	596 658,27	60	20,00*	52,18	20,00	92,18
3	MILASYSTEM Mirosław Czech ul. K. I. Gałczyńskiego 9 45-523 Opole	1	645 891,84	60	13,33*	48,20	20,00	81,53

4	METALOWIEC Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej ul. Fabryczna 2 46-100 Namysłów	2	105 969,60	48	20,00*	60,00	16,00	96,00
2	FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1 34-300 Żywiec	2	113 691,60	60	0,00* (brak folderu w ofercie)	55,92	20,00	75,92
1	RONOMED Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przyjaźni 52/1U 53-030 Wrocław	2	141 237,99	60	20,00*	45,02	20,00	85,02
8	FORMED Sp. z o.o. Sp. K. Sp. z o.o. ul. Leśniana 97 34-300 Żywiec	2	157 956,48	60	0,00* (brak folderu w ofercie)	40,25	20,00	60,25
6	Polymed Polska Sp. z o.o. ul. Warszawska 320A 05-082 Stare Babice	3	61 452,00	24	20,00*	60,00	20,00	100,00
7	MEDICOM Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze	4	12 742,92	25	20,00*	60,00	20,00	100,00

*- punkty w zakresie parametrów użytkowo-technicznych zostały obliczone według wzoru zgodnie z siwz (Rozdział XIV)

Informacja o przyznanych punktach częściowych w kryterium „Parametry użytkowo-techniczne” stanowi załącznik nr 1 do informacji wyborze najkorzystniejszych ofert

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu:

- 1) nie wykluczył Wykonawców,
- 2) nie odrzucił ofert Wykonawców,
- 3) nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów,
- 4) nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów,
- 5) nie unieważnił postępowania.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekazuje Wykonawcom drogą elektroniczną oraz udostępnia na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl

Dziękujemy Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Z poważaniem,


 Dyrektor
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalizacyjnego
 w Legnicy
 mgr Krzysztof Ruciński



Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca przyznanych punktów częściowych w kryterium „Parametry użytkowo-techniczne”*

Zaoferowane parametry wraz z ilością przyznanych punktów częściowych											
Lp. w Pakiecie	Parametr punktowany	Punktacja jaką mogła uzyskać oferta	Oferta nr 1 RONOMED Sp. z o.o. Sp. k	ilość pkt	Oferta nr 3 MILASYSTEM Mirosław Czech	ilość pkt.	Oferta nr 5 „KONKRET” Dagmara Fik, Marcin MazurkiewiczSpółka Jawna	ilość pkt.			
	Pakiet 1										
3	Funkcja przedłużania leża min. 150 mm	150 mm – 0 pkt; powyżej 150 mm – 10 pkt	Funkcja przedłużania leża o 200 mm	10	Funkcja przedłużania leża- 200 mm	10	Funkcja przedłużania leża-155 mm	10			
8	Dźwignia regulacji funkcji CPR umieszczona w górnej części oparcia pleców lub z boku łóżka	Dźwignia CPR w górnej części – 10 pkt.; Dźwignia CPR z boku łóżka – 0 pkt.	Dźwignia regulacji funkcji CPR umieszczona w górnej części oparcia pleców	10	Dźwignia regulacji funkcji CPR umieszczona w górnej części oparcia pleców	10	Dźwignia regulacji funkcji CPR umieszczona w górnej części oparcia pleców	10			
19	Autoregresja segmentu oparcia pleców min. 8 cm	8 cm – 0 pkt; Powyżej 8 cm – 10pkt	Autoregresja segmentu oparcia pleców 10,5 cm	10	Autoregresja segmentu oparcia pleców 10,5 cm	10	Autoregresja segmentu oparcia pleców 10,00 cm	10			
20	Autoregresja segmentu uda min 5cm (+/-0,5)	4,5 cm – 0 pkt; Powyżej 5cm – 10pkt	Autoregresja segmentu uda 8 cm	10	Autoregresja segmentu uda 8 cm	10	Autoregresja segmentu uda 6 cm	10			
25	Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, bariery składane poniżej poziomu materaca, Bariery boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa bariery odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie bariery, lub przesunięcie w tył przód, zwolnienie blokad oraz opuszczenie bariery. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokad działającym bez podniesienia bariery. Środkowa poprzeczka bariery wyposażona w tworzywową listwę odbojową	Barierka z listwą odbojową 10 pkt; Barierka bez listwy odbojowej -0 pkt	Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, bariery składane poniżej poziomu materaca, Bariery boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa bariery odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie bariery, lub przesunięcie w tył przód, zwolnienie blokad oraz opuszczenie bariery. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokad działającym bez podniesienia bariery. Środkowa poprzeczka bariery wyposażona w tworzywową listwę odbojową	10	Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, bariery składane poniżej poziomu materaca, Bariery boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa bariery odblokowywane w dwóch ruchach, tj. przesunięcie w przód, zwolnienie blokad oraz opuszczenie bariery. Środkowa poprzeczka bariery wyposażona w tworzywową listwę odbojową	0 -brak potwierdzenia parametru w folderze	Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, bariery składane poniżej poziomu materaca, Bariery boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa bariery odblokowywane w dwóch ruchach, tj. podniesienie bariery, zwolnienie blokad oraz opuszczenie bariery. Środkowa poprzeczka bariery wyposażona w tworzywową listwę odbojową	10			
Razem punkty częściowe				50		40		50			

*- punkty w zakresie parametrów użytkowo-technicznych zostały przyznane zgodnie z siwz (Rozdział VII)

Zaoferowane parametry wraz z ilością przyznanych punktów cząstkowych

Lp. w Pakiecie	Parametr punktowany	Punktacja jaką mogła uzyskać oferta	Zaoferowane parametry wraz z ilością przyznanych punktów cząstkowych							
	Pakiet 2		Oferta nr 1 RONOMED Sp. z o.o. Sp. k	ilość pkt	Oferta nr 2 FAMED ŻYWIEC Sp. z o.o.	ilość pkt	Oferta nr 4 METALOWIEC Sp. z o.o.	ilość pkt	Oferta nr 8 FORMED Sp. z o.o. Sp. K.	ilość pkt
2	Konstrukcja wykonana w technologii antibakteryjnej z certyfikatem potwierdzającym antibakteryjność lakieru i tworzywa	Tak-5 pkt Nie-0 pkt	TAK	5	brak folderu/ulotki w ofercie	0	TAK	5	brak folderu/ulotki w ofercie	0
7	Blaty szafki wykonane z tworzywa HPL lub z tworzywa ABS	Blaty z HPL – 5 pkt; Blaty z ABS – 0 pkt	Blaty szafki wykonane z tworzywa ABS	0	brak folderu/ulotki w ofercie	0	Blaty szafki wykonane z tworzywa HPL	5	brak folderu/ulotki w ofercie	0
8	Blaty szafki wykonane w technologii antibakteryjnej z certyfikatem potwierdzającym antibakteryjność	Tak-5 pkt; Nie – 0 pkt	TAK	5	brak folderu/ulotki w ofercie	0	NIE	0	brak folderu/ulotki w ofercie	0
9	Blat górny i boczny z zabezpieczeniem chroniącym przed upadkiem	Tak – 5 pkt; Nie – 0pkt	TAK	5	brak folderu/ulotki w ofercie	0	Blat górny i boczny z zabezpieczeniem chroniącym przed upadkiem	5	brak folderu/ulotki w ofercie	0
10	Blat górny z dwoma uchwytami do przetaczania i prowadzenia szafki	Tak – 5 pkt; Nie – 0pkt	NIE	5	brak folderu/ulotki w ofercie	0	Blat górny z dwoma uchwytami do przetaczania i prowadzenia szafki	5	brak folderu/ulotki w ofercie	0
11	Szafka wyposażona w blat boczny posiadający regulację wysokości wspomaganą za pomocą sprężyny gazowej oraz regulację kąta pochylecia. Blat boczny chowany do wnęki w korpusie szafki, nie powodując zwiększenia gabarytów kiedy nie jest używany. Dopuszcza się również blat odejmowany z możliwością montażu z prawej lub lewej strony szafki dopuszczając się inne wspomaganie podnoszenia blatu niż sprężyna gazowa	blat chowany w korpusie 5 pkt; sprężyna gazowa -5 pkt	Szafka wyposażona w blat boczny posiadający regulację wysokości wspomaganą za pomocą sprężyny gazowej oraz regulację kąta pochylecia. Blat boczny chowany do wnęki w korpusie szafki, nie powodując zwiększenia gabarytów kiedy nie jest używany.	5	brak folderu/ulotki w ofercie	0	Szafka wyposażona w blat boczny posiadający regulację wysokości wspomaganą za pomocą sprężyny gazowej oraz regulację kąta pochylecia. Blat boczny chowany do wnęki w korpusie szafki, nie powodując zwiększenia gabarytów kiedy nie jest używany.	5	brak folderu/ulotki w ofercie	0
15	Szuflada oraz drzwiczki dwustronne z możliwością ograniczenia wysuwu szuflady w stronę ściany	Tak-5 pkt Nie -0 pkt	TAK	5	brak folderu/ulotki w ofercie	0	Szuflada oraz drzwiczki dwustronne z możliwością ograniczenia wysuwu szuflady w stronę ściany	0-brak potwierdzenia w folderze/ulotce	brak folderu/ulotki w ofercie	0
	Razem punkty cząstkowe			30		0		25		0

Ip. w Pakiecie	Parametr punktowany	Punktacja jaka mogła uzyskać oferta	Zaoferowane parametry wraz z ilością przyznanych punktów cząstkowych	
			Oferta nr 6 Polymed Polska Sp. z o.o.	ilość pkt.
Pakiet 3				
17	Maksymalne obciążenie stołu 250kg (+/- 10kg)	Większe lub równe 250kg – 10 pkt, mniejsze – 0 pkt (lecz nie mniej niż 240 kg)	Maksymalne obciążenie stołu 250kg	10
21	Możliwość regulacji pilotem ustawień stołu z możliwością zapamiętania min. 8 pozycji stołu	Więcej niż 8 pozycji – 10 pkt, 8 pozycji – 0 pkt	TAK- Możliwość regulacji pilotem ustawień stołu z możliwością zapamiętania 8 pozycji stołu	0
39	Czas pracy przy pełni naładowanej baterii co najmniej 1 tydzień	Więcej niż 7 dni – 10 pkt, 7 dni – 0 pkt	Czas pracy przy pełni naładowanej baterii 14 dni	10
Razem punkty cząstkowe				20

Ip. w Pakiecie	Parametr punktowany	Punktacja jaką mogła uzyskać oferta	Zaoferowane parametry wraz z ilością przyznanych punktów cząstkowych	
	Pakiet 4		Oferta nr 7 MEDICOM Sp. z o.o.	ilość pkt.
2	Możliwość prowadzenia cięcia monopolarnego z dwoma różnymi prądami, różniącymi się efektami hemostatycznymi o min. Mocy 80W dla pure cut i min. 70W dla blend cut	tak-5 pkt:Nie -0pkt	TAK	5
3	Możliwość koagulacji monopolarnej kontaktowej o mocy min. 70W i natryskowej min. 60W	tak-5 pkt:Nie -0pkt	TAK	5
Razem punkty cząstkowe				10

DOKŁADNIK
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
 w Bydgoszczy

 mgr. Joanna Barcik