

Uczestnicy postępowania WSzSL/DZ-58A/17
Wszyscy Zainteresowani

Dotyczy:

**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY STERYLIZATORA NISKOTEMPERATUROWEGO
PLAZMOWEGO WRAZ Z SUKCESYWNymi DOSTAWAMI CZYNNIKA STERYLIZUJĄCEGO
ZNAK SPRAWY (WSZSL/DZ-58A/17)**

**INFORMACJA DOTYCZĄCA CZYNNOŚCI POWTÓRZONYCH W ZWIĄZKU Z WYDANIEM
PRZEZ KRAJOWĄ IZBĘ ODWOŁAWCZĄ POSTANOWIENIA Z DNIA 16.04.2018
O UMORZENIU POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO
NA PODSTAWIE ART. 186 UST. 3 UPZP W ZWIĄZKU Z ART. 186 UST. 1 UPZP**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) - dalej uPzp, na podstawie **art. 186 ust. 3** w związku z uwzględnieniem w całości zarzutów postawionych w odwołaniu wniesionych przez Wykonawcę INFORMER MED Sp. z o. o. **unieważnia czynność wyboru oferty Wykonawcy Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o. o.**, dokonaną w dniu 22.03.2018r (pismo nr WSzSL/DZ/072/106/18) oraz wykonuje zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu poniższe czynności.

I. W zakresie oferty Wykonawcy Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze.

1. Dokonuje korekty poprzez odjęcie nieprawnie przyznanych punktów częściowych w liczbie 10 w kryterium „parametry użytkowe” za posiadanie w oferowanym urządzeniu „systemu awaryjnego usuwania H₂O₂ lub jego pozostałości” - ze względu na to, że podczas obsługi oferowanego urządzenia dochodzi do kontaktu personelu z płynnym nadtlutkiem wodoru.
2. Odrzuca ofertę na podstawie **art. 89 ust. 1 pkt 2)** uPzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zaoferowanego urządzenia, które nie spełnia wymagań opisanych w SIWZ dot.:
 - 1) braku kontaktu personelu z płynnym nadtlutkiem wodoru podczas obsługi urządzenia
 - 2) zdolności sterylizacji przewodów elastycznych o minimalnej długości 800 mm.

II. W zakresie oferty Wykonawcy Sterimed Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

1. Odrzuca ofertę na podstawie **art. 89 ust. 1 pkt 2)** uPzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zaoferowanego urządzenia, tj.:
 - 1) zaoferowany czynnik sterylizujący nie jest wyrobem medycznym,
 - 2) sterylizacja odbywa się w niedopuszczonym zakresie temperatury,
 - 3) niedopuszczone parametry dot. kontroli penetracji dla narzędzi kanałowych w teście Helixa,
 - 4) brak zdolności sterylizacji przewodów elastycznych o minimalnej długości 800 mm,
 - 5) występowanie kontaktu personelu z płynnym nadtlutkiem wodoru podczas obsługi urządzenia.

III. W zakresie oferty Wykonawcy Informer Med Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.

1. Dokonuje korekty przyznanych punktów poprzez dodanie dodatkowych punktów częściowych ofercie Wykonawcy w kryterium „parametry użytkowe” za:
 - 1) posiadanie w oferowanym urządzeniu awaryjnego usuwania nadtlutku wodoru – 10 pkt
 - 2) spełnienie wymagań dot. częstotliwości wykonywania badań biologicznych – 10 pkt

IV. W zakresie prawidłowej oceny ofert.

Zamawiający dokonuje prawidłowej oceny ofert, zgodnie z treścią załączonego do niniejszego pisma dokumentu tj. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części „streszczenie złożonych ofert”

Z poważaniem,

Legnica, dnia 26.04.2018r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Legnicy
