

Do wszystkich zainteresowanych:

**INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA DOSTAWĘ STERYLIZATORA NISKOTEMPERATUROWEGO PLAZMOWEGO
WRAZ Z SUKCESYWNymi DOSTAWAMI CZYNNIKA STERYLIZUJĄCEGO,
WYNIKAJĄCA Z DOKONANIA CZYNNOŚCI POWTÓRZONYCH ORAZ NOWYCH
PO UWZGLĘDNIENIU ZARZUTÓW POSTAWIONYCH
W ODWOŁANIU WNIESIONYM PRZEZ WYKONAWCĘ**

WSzSL/DZ-58A/17

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w wyniku uwzględnienia zarzutów zawartych w odwołaniu wniesionym przez Wykonawcę Informer Med Sp. z o. o. zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ tj.:

- 1) Cena - 60 %
- 2) Parametry użytkowo-techniczne – 30 %
- 3) Okres gwarancji i rękojmi – 10%

Zamawiający dokonał w dniu 26.04.2018r. wyboru oferty niżej wymienionego Wykonawcy:

Nr Oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena w PLN	Parametry użytkowo-techniczne	Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach
2	INFORMER MED Sp. z o. o. ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań	274 050,00	Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych tworzywowych średnica 1mm × długość min. 12000 mm; Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych w wykonanych ze stali średnica 1mm × długość 1000mm; System awaryjnego usuwania H ₂ O ₂ lub jego pozostałości; Przydatność użycia czynnika sterylizacyjnego 12 miesięcy od daty jego wytworzenia ; 2 programy sterylizacyjne: Przeprowadzanie testów biologicznych nie częściej niż raz/tydzień (zgodnie z wymaganiem producenta/wytwórcy urządzenia)	24

Streszczenie oceny złożonych ofert

Nr Oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Punkty w kryterium cena	Punkty w kryterium parametry użytkowo-techniczne	Punkty w kryterium okres gwarancji i rękojmi w miesiącach	Razem przyznane punkty
1	STERIMED Sp. z o. o. Ul. Żwirki i Wigury 47/702-091 Warszawa	OFERTA ODRZUCONA			
2	GREENPOL Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o. ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra	OFERTA ODRZUCONA			

3	INFORMER MED Sp. z o. o. ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań	60,00	30,00	10,00	100,00
---	--	-------	-------	-------	--------

Zamawiający informuje, że:

- 1) informacja o przyznanych punktach częściowych w zakresie kryterium „Parametry użytkowo-techniczne” znajduje się z Załączniku nr 1 do niniejszego pisma i stanowi jej integralną część.
- 2) nie wykluczył Wykonawcy,
- 3) odrzucił oferty następujących Wykonawców:

a) STERIMED Sp. z o. o. ul. Żwirki i Wigury 47/702-091 Warszawa - na podstawie **art. 89 ust. 1 pkt 2)** uPzp z niżej podanych przyczyn:

- zaoferowany czynnik sterylizujący nie jest wyrobem medycznym, co jest niezgodne z określonymi w SIWZ wymaganiami;
- sterylizacja w zaoferowanym urządzeniu odbywa się w zakresie temperatury niedopuszczonej w SIWZ;
- zaoferowane urządzenie nie spełnia wymaganych parametrów dot. kontroli penetracji dla narzędzi kanałowych w teście Helixa;
- zaoferowane urządzenie nie spełnia wymagania zdolności sterylizacji przewodów elastycznych o minimalnej długości 800 mm
- zaoferowane urządzenie nie spełnia wymagania brak kontaktu personelu z płynnym nadtlutkiem wodoru podczas obsługi urządzenia.

b) GREENPOL Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o. ul. Fabryczna 17 - na podstawie **art. 89 ust. 1 pkt 2)** uPzp z niżej podanych przyczyn:


- zaoferowane urządzenie nie spełnia wymagania brak kontaktu personelu z płynnym nadtlutkiem wodoru podczas obsługi urządzenia;
- zaoferowane urządzenie nie spełnia wymagania zdolności sterylizacji przewodów elastycznych o minimalnej długości 800 mm 65-410 Zielona Góra

- 4) nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów,
- 5) nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów
- 6) nie unieważnił postępowania.

Informację powyższą Zamawiający przekazuje Wykonawcom drogą elektroniczną, a także udostępnia na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Z poważaniem,


[Illegible handwritten text]
[Illegible handwritten text]

Załącznik nr 1 do Informacji z dnia 26.04.2018r. w postępowaniu WSZSL/DZ-58A/17

Parametr punktowany	punktacja jaką można uzyskać oferta	Punktacja uzyskana przez ofertę Informer Med Sp. Z o. o. ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań
Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych tworzywowych średnica 1mm × długość min. 10000 mm.	Nie – 0 pkt Tak - 5 pkt	5
Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych w wykonanych ze stali średnica 1mm × długość min. 800mm	0 pkt 5 pkt	5
System awaryjnego usuwania H2O2 lub jego pozostałości	Nie -0 pkt Tak-10 pkt:	10
Przydatność użycia czynnika sterylizacyjnego :	0 pkt 5 pkt	5
Min .2 programy sterylizacyjne	Nie – 0 pkt Tak - 5 pkt	5
Przeprowadzanie testów biologicznych nie częściej niż 1 raz/tydzień (zgodnie z wymaganiem producenta/wytwórcy urządzenia)	Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt	10
Suma punktów częściowych		40
Punkty przyznane w kryterium parametry użytkowe		30



 Specjalistyczna Komisja Ekspertowa