

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: postępowania przetargowego na
„Dostawy asortymentu związanego z pracą przy cytostatykach, masek do wentylacji
pacjenta oraz innych wyrobów medycznych”**

sprawa : WszSL/DZ-43 /17

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2015.2164 ze zm), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Pakiet 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści maskę ochronną zarejestrowaną jako Środek Ochrony Indywidualnej kat. III, filtracja na olej parafinowy (od 85 do 95 l/min) do 1% jak określa norma EN149 spełniającą pozostałe parametry?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 2

Pakiet 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści maskę ochronną zarejestrowaną jako Środek Ochrony Indywidualnej kat. III, odporność wdechowa (od 25 do 30l) o wartości 0,28mbar spełniającą pozostałe parametry? Im powyższy parametr jest niższy tym użytkownikowi łatwiej się oddycha.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

UWAGI

- 1) Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.
- 2) Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

DR. n. med. Andrzej Hap
Koordynator ds. Lecznictwa
W Specjalistycznym Szpitalu w Legnicy