



**DOLNY
ŚLĄSK**

WSzSL/FZ/381/71/20/...⁷⁰¹/2020

Legnica 22.12.2020r.

Do Wszystkich Zainteresowanych

**Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ AMBULANSU TYPU B WRAZ Z
USŁUGĄ FINANSOWANIA PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY**

Znak sprawy WSZSL/FZ-71/20

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

PYTANIA WYKONAWCY NR 3

Pytanie nr 8

Dotyczy OPZ. pkt. D.7 - czy nie doszło do omyłki pisarskiej - coś takiego jak doświetlanie zakrętów tyłu pojazdu nie istnieje - może Klientowi chodziło o doświetlenie pojazdu z przodu poprzez np. światła przeciwmgielne.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść pkt 7 Części D Załącznika 2A, nadając mu brzmienie: „doświetlenie pobocza drogi w czasie skrętu pojazdu”.

Pytanie nr 9

Dotyczy OPZ. pkt. J.4 - prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu pod jaki mamy przygotować uchwyt w ambulansie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazuje konkretnej marki i modelu radiotelefonu. Należy wykonać instalację i zamontować antenę.

Pytanie nr 10

Dotyczy OPZ. pkt. J.4- prosimy o potwierdzenie, iż radiotelefon nie jest przedmiotem postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że radiotelefon nie jest przedmiotem przetargu.

Pytanie nr 11

Dotyczy OPZ. pkt. J.4 - aby dostosować antenę do pasma - prosimy o podanie częstotliwości do jakich ma być dostosowana.

Odpowiedź:

Antena ma być dostosowana do obowiązującego pasma radiowego.

Pytanie nr 12

Dotyczy OPZ. pkt. K.6 - prosimy o możliwość zamontowania termoboksu w innym łatwo dostępnym miejscu na lewej ścianie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza montaż termoboksu w innym, niż pierwotnie wskazanym, miejscu i modyfikuje treść pkt 6 Części K Załącznika 2A,

Pytanie nr 13


Dotyczy OPZ. pkt. B.6 - prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o jeden przegląd w drugim roku gwarancji, a nie dwa przeglądy co roku.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga jednego przeglądu w drugim roku eksploatacji.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

Z up. Dyrektora Szpitala
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

mgr inż. Andrzej Bukowczyk

