



**DOLNY
ŚLĄSK**

WSzSL/FZ/381/71/20/...^{FOP}/2020

Legnica 22.12.2020r.

Do Wszystkich Zainteresowanych

**Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ AMBULANSU TYPU B WRAZ Z
USŁUGĄ FINANSOWANIA PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY**

Znak sprawy WSZSL/FZ-71/20

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

PYTANIA WYKONAWCY NR 4

Pytanie nr 14

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze o wadze 22 kg (zgodnie z normą PN EN 18650, obciążenie maksymalne części noszowej 250 kg)?

Odpowiedź:

Zamawiający określił wymagania dla noszy w SIWZ, oczekując zaoferowania ww. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 15

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze z poręczami bocznymi składanymi ergonomicznie równoległe do osi wzdłużnej pacjenta, o takiej budowie noszy umożliwiającej przenoszenie ich przez więcej niż 4 osoby, bez wysuwanych bocznych rączek?

Wyjaśniamy, że proponowane rozwiązanie bez rączek bocznych wysuwanych będzie tańsze, trwalsze w użytkowaniu (każdy ruchomy element przy obciążeniu narażony jest na szybsze uszkodzenie), jednocześnie Zamawiający nie traci na faktycznej funkcjonalności noszy głównych. Opisane rozwiązanie: możliwość poszerzenia miejsca dla pacjenta bariatrycznego o rozłożone poręcze boczne opierające się na bocznych uchwytych bariatrycznych stanowi tylko sztuczne ograniczenie konkurencji, nie jest formalną funkcją noszy opisaną przez producenta, poza tym różnica wysokości pomiędzy materacem a rozłożonymi barierkami uniemożliwia w bezpieczny dla pacjenta sposób skorzystanie z tego typu funkcjonalności.

Odpowiedź:

Zamawiający określił wymagania dla noszy w SIWZ, oczekując zaoferowania ww. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 16

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga aby dostarczone nosze wyposażone były we wszystkie kółka jezdne o średnicy przynajmniej 170 mm i szerokości 50mm, dzięki czemu transport pacjenta po nierównym terenie będzie bezpieczniejszy i bardziej komfortowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 17

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski z dnia 16 marca 2018) tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015?

Odpowiedź:

Wymagania dotyczą obecnie obowiązujących norm.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą certyfikatu wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną potwierdzającego zgodność dostarczonych noszy z aktualnymi normami tj. odpowiednio **PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A2:2015**?

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. **Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm**, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko **niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865**.

Odpowiedź:

Wymagane od Wykonawców dokumenty zostały opisane w SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY NR 5

Pytanie nr 19

Proszę o zmianę zapisów dotyczących gwarancji, o których mowa w rozdziale III pkt 3 SIWZ oraz §3 ust. 1 projektu umowy poprzez zastąpienie wyrazu „udzieli” wyrazem „zapewni”. Gwarancja na sprzęt medyczny, zabudowę medyczną, pojazd bazowy oraz perforację nadwozia i powłokę lakierniczą pokrywającą roszczenia Zamawiającego z tytułu umowy udzielana jest przez producenta, a nałożenie obowiązku udzielenia konkurencyjnej gwarancji na Wykonawcę nie jest prawnie uzasadnione. Zamawiający uzyskuje zapewnienie jakości i trwałości przedmiotu umowy w drodze gwarancji udzielonej przez producenta. Konieczność udzielenia podwójnego zabezpieczenia dla Zamawiającego nie znajduje uzasadnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie nr 20

Proszę o zrezygnowanie ze zrównania okresu rękojmi z okresem gwarancji oraz o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 2 - letniego okresu rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Zrównanie okresu rękojmi z okresem gwarancji przyczyni się do znacznego wzrostu ceny oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Proszę o zmianę SIWZ w zakresie okresu gwarancji na powłokę lakierniczą poprzez skrócenie minimalnego okresu jaki ma zaoferować Wykonawca do 3 lat. Należy wskazać, że standardowo producenci pojazdu bazowego oferują 3-letni okres gwarancji na powłokę lakierniczą, a zatem żądanie zaoferowania przez Wykonawcę 12-letniego okresu gwarancji podwyższy w sposób znaczny cenę.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 22

Proszę o dodanie do rozdziału VII pkt 11 SIWZ (akapit pod wyrazem „Uwaga”) zapisu, że w przypadku wyboru

formy elektronicznej wszystkie dokumenty składające się na ofertę mają zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, tj. także pełnomocnictwo oraz załącznik nr 2A. W ww. punkcie Zamawiający odniósł się jedynie do formularza oferty oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, a także do oświadczenia dot. grupy kapitałowej.

Odpowiedź:

Wszystkie dokumenty składające się na ofertę winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przypadku składania oferty w formie elektronicznej.

Pytanie nr 23

Proszę o potwierdzenie, że załącznikiem nr 1 do umowy jest formularz asortymentowo cenowy stanowiący załącznik nr 2A do SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 24

Proszę o potwierdzenie, że zapis „wszelkie inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do rejestracji pojazdu”, zawarty w §1 ust. 3 projektu umowy oraz „Komplet dokumentów umożliwiających zgłoszenie pojazdu do rejestracji” w lit. O pkt 4 załącznika nr 2A do SIWZ nie obejmuje faktury, która jest dostarczana Zamawiającemu min. w terminie 2-3 dni roboczych od dnia dostawy. Należy wskazać, że faktura jest wystawiana na podstawie protokołu odbioru (co Zamawiający sam wskazał w § 2 ust. 2), a więc po dostawie i sprawdzeniu jej kompletności i prawidłowości. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że dostarczony ambulans jest wadliwy bądź występują braki w dostawie, nie dojdzie wówczas do podpisania protokołu odbioru, a faktura nie zostanie wystawiona. Może również wystąpić niezależne od stron zdarzenie, np. wypadek, który uniemożliwi dostarczenie przedmiotu umowy w przewidzianym terminie. W takiej sytuacji również nie dojdzie do dostawy ani do podpisania protokołu. Nie można zatem wymagać od Wykonawcy, aby wystawił fakturę przed odbiorem i dostarczył ją w tym samym dniu, w którym dostarczy przedmiot zamówienia.

Odpowiedź:

Wymagane od Wykonawców dokumenty zostały opisane w SIWZ.

Pytanie nr 25

Proszę o potwierdzenie, że przez ubezpieczenie, o którym mowa w §2 ust. 4 projektu umowy Zamawiający rozumie ubezpieczenie przedmiotu umowy na czas transportu do siedziby Zamawiającego

Odpowiedź:

Ubezpieczenie, o którym mowa w §2 ust. 4 projektu umowy dotyczy ubezpieczenie przedmiotu umowy do momentu odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

Pytanie nr 26

Proszę o zmianę §2 ust. 3 wzoru umowy w taki sposób, aby niedostarczenie dokumentów określonych w §1 ust. 3 nie skutkowało odmową odbioru, ale wyznaczeniem Wykonawcy dodatkowego terminu na dostarczenie brakujących dokumentów. Sankcja w postaci odmowy odbioru ambulansu w przypadku niedostarczenia jednego dokumentu wymienionego w §1 ust. 3, np. instrukcji obsługi czy wykazu autoryzowanych stacji obsługi jest nadmierna.

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiednio zmodyfikował treść projektu umowy.

Pytanie nr 27

W związku z treścią §3 ust. 3 i ust. 6 projektu umowy prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że czas reakcji serwisu i przystąpienia do usuwania awarii liczony będzie w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 28

Prosimy o zmianę §3 ust. 7 w taki sposób, aby Wykonawca był obowiązany do wymiany wadliwego elementu na nowy po jego 3 naprawach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie nr 29

Proszę o zmianę §3 ust. 11 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Zamawiający zachowuje uprawnienia z gwarancji i rękojmi za wady pojazdu, jeżeli zawiadomi Wykonawcę o wadzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia”. Wykonawca powinien być niezwłocznie informowany o wadach pojazdu. Używanie ambulansu, w którym stwierdzono wadę może ją pogłębić, a w konsekwencji uniemożliwić jej usunięcie lub ustalenie przyczyn powstania wady.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

W związku z treścią §3 ust. 13 proszę o potwierdzenie, że w przypadku braku możliwości usunięcia wady zabudowy medycznej bądź sprzętu medycznego w siedzibie Zamawiającego, naprawa zostanie wykonana w siedzibie producenta zabudowy/sprzętu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiednio zmodyfikował treść projektu umowy.

Pytanie nr 31

W celu doprecyzowania zapisów odnoszących się do zapłaty wynagrodzenia, proszę o zmianę §4 ust. 1 lit. b projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Pozostała kwota do zapłaty (po odliczeniu podatku VAT od całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz kwoty 100.000,00 zł), tj. kwota zł netto płatna będzie w 24 miesięcznych równych ratach płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca, wg. harmonogramu stanowiącego załącznik do faktury”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis zgodnie z treścią projektu umowy.

Pytanie nr 32

Z uwagi na fakt, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy Zamawiającego o zmianę § 4 ust. 3 zdanie 2 poprzez nadanie mu następującej treści: „Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis zgodnie z treścią projektu umowy.

Pytanie nr 33

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 484§ 2 k.c. dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana prosimy o zmniejszenie wysokości następujących kar umownych:

- a) określonych w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 z 200 zł do 100 zł;
- b) określonej w §5 ust. 1 pkt 2 z 20.000,00 zł do 10.000,00 zł;
- c) określonej w §5 ust. 1 pkt 4 ze 100 do 50 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis zgodnie z treścią projektu umowy.

Pytanie nr 34

Prosimy Zamawiającego o zmianę §5 ust. 1 pkt 3 i 4 i wskazanie, że kara przysługuje za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego odpowiednio w §3 i §1 ust. 5 umowy. Przyjęte przez Zamawiającego rozwiązanie wskazuje, że Wykonawca odpowiada za jakiekolwiek uchybienie terminowi, nawet niezawinione przez Wykonawcę, co stanowi nadmierne obciążenie Wykonawcy. Nadmienić należy że nowa ustawa p.z.p., która wejdzie w życie w styczniu 2021 r. zalicza postanowienie naliczania kar umownych za opóźnienie do niedozwolonych klauzul umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis zgodnie z treścią projektu umowy.

Pytanie nr 35

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o dodanie do katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający w §6 ust. 2 projektu umowy następujących przesłanek zmiany umowy:

5) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;

6) zmiany sposobu/terminów płatności;

7) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

8) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

9) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

10) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

11) nastąpienia zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis zgodnie z treścią projektu umowy.

Pytanie nr 36

W związku z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 3 z dnia 17.12.2020 r., proszę o zmianę załącznika nr 2A (Formularz asortymentowo-cenowy) poprzez usunięcie z tabeli C pkt 2 zapisu dotyczącego leasingu. W załączniku nr 2A zamieszczonym wraz z odpowiedziami nadal znajduje się zapis dotyczący leasingu mimo udzielonej odpowiedzi z dnia 17.12.2020 r., zgodnie z którą Zamawiający skorygował omyłkowy zapis. Proszę o nadanie pkt 2 tabeli C następującego brzmienia: „Koszt finansowania”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował treść Tabeli C Załącznika 2A.

Pytanie nr 37

Proszę o potwierdzenie, że w kolumnie „Cena jednostkowa” tabeli C załącznika nr 2A (Formularz asortymentowo-cenowy) należy podać wartość netto miesięcznej raty.

Odpowiedź:

W punkcie 2 tabeli C w kolumnie „Cena jednostkowa”, należy wpisać wartość netto miesięcznej raty usługi finansowej, natomiast **w punkcie 1** wartość ambulansu.

Pytanie nr 38

Proszę o dostosowanie treści załącznika nr 2A (Formularz asortymentowo-cenowy) w tabeli A pkt 2 i 6 oraz do zmiany SIWZ dokonanej w dniu 17.12.2020 r. w zakresie wag dla kryteriów oceny ofert.

W pkt 2 nadal znajduje się zapis o możliwości uzyskania maksymalnie 18 pkt w kryterium dodatkowej gwarancji i rękojmi na pojazd bazowy, a w pkt 6 Zamawiający pozostawił zapis o możliwości uzyskania maksymalnie 2 pkt w kryterium bezpłatnego przeglądu zabudowy przedziału medycznego w drugim roku eksploatacji

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował w odpowiedni sposób treść Tabeli C Załącznika 2A

Pytanie nr 39

Proszę o dostawanie treści załącznika nr 2A (Formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie terminu realizacji do zmiany SIWZ z dnia 17.12.2020 r. W lit. O pkt 1 załącznika nr 2A w kolumnie nr 2 i 3 Zamawiający pozostawił zapis o terminie realizacji wynoszącym maksymalnie 100 dni, tymczasem zgodnie z udzielonymi odpowiedziami termin ten wynosi maksymalnie 160 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji Załącznika 2A w tabeli O w dniu 17.12.2020r

Pytanie nr 40

Proszę o potwierdzenie, że w tabeli B załącznika nr 2A do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) Zamawiający wymaga jedynie wskazania (określenia) przez Wykonawcę punktu serwisowego, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 41

Proszę o zmianę załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz Ofertowy) poprzez wpisanie w nim właściwego numeru postępowania - WSzSL/FZ-71/20.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje odpowiednio treść Załącznika 2.

Pytanie nr 42

Proszę o wykreślenie pkt 10 z załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz Ofertowy), gdyż do SIWZ nie został załączony projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje odpowiednio treść Załącznika 2.

Pytanie nr 43

Z uwagi na trwający okres urlopowy, związany ze Świętami Bożego Narodzenia, Sylwestrem, Nowym Rokiem oraz Świętem Trzech Króli, w sposób znaczący skracającymi termin na skompletowanie dokumentacji i wycenę oferty, w celu zapewnienia odpowiedniego terminu na rzetelne przygotowanie ofert, uprzejmie prosimy o zmianę terminu składania ofert i wyznaczenie go na dzień **08.01.2021 r., godz. 11:00**. Część firm w okresie między ww. świętami ogranicza swoją działalność, a pracownicy korzystają z urlopów, zatem skompletowanie dokumentacji oraz przygotowanie oferty w tym czasie będzie bardzo utrudnione.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umów zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy przez Zamawiającego. Proponujemy poniższy zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45

W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiędzy Stronami oraz rozwiązania wątpliwości co do intencji Stron na wypadek uznania postanowień umowy za nieważne lub nieskuteczne, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów, stanowiących standardowe rozwiązanie przyjęte w obrocie gospodarczym:

„Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej Dostawcy przez Odbiorcę z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46

W związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy użyciu przez strony umowy kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w tradycyjnej formie i przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w znaczny sposób ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 78 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47

Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 48

W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, prosimy o informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego.

Odpowiedź:

zgodnie z odp. na pytanie nr 46

Pytanie nr 49

W razie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej prosimy o zmianę §7 i 12 projektu umowy i dodanie w jego miejsce postanowień wskazanych poniżej w § Postanowienia końcowe oraz w § Zawiadomienia:

§ ____

Zawiadomienia

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:

- 1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo
- 2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:

Strona:

Adres e-mail:

Wykonawca

Zamawiający

2. W celu uniknięcia wątpliwości:

- 1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;
- 2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania. W przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);

3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3 dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiekolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na adres lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, uznane jest za prawidłowo doręczone. Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

4. Strony wskazują następujące adresy e-mail do korespondencji:

Wykonawca: _____
Zamawiający: _____

§ _____

Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania: 1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;

2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie wyboru formy elektronicznej: 1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: Zamawiający : _____,
Wykonawca: _____;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, w przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarcia niniejszej Umowy wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.

5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w czterech egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.

7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.

2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*

3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (**).
2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.
2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:
 - 1) ustnie:
 - a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
 - 2) w formie pisemnej:
 - a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxxxx.
 - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
- 3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, pośłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.
5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:
 - 1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
 - 2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
 - 3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.
8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.
9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:
 - 1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: <https://rf.gov.pl/>.
 - 2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na

wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu:

a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (EU) 2016/679;

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przed naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przysyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (EU) 2016/679;

d) jak również –w przypadku wyrażenia zgody –w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przysyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę).

Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim –a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywanie danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać –między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest xxxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxxxx.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx.

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54

Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy następujących postanowień umownych regulujących stosunki między stronami na wypadek wystąpienia siły wyższej:

„§____

Siła wyższa

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez

Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w szczególności:

- a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób, w tym stany zagrożenia epidemicznego;
- b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;
- c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne;
- d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;
- e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem.

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym mailowo.

5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w treści umowy, w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres świadczenia Wykonawcy lub sposób wykonania umowy.

6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych działaniem siły wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiegokolwiek formy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.

7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej części, a Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający.

8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2, czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań wynikających z niniejszego paragrafu na etapie realizacji Umowy. W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy w razie, gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 będą uniemożliwiały lub znacznie utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55

Prosimy Zamawiającego zgodę na wprowadzenie do treści umowy zobowiązania do dostarczania okresowych wyników finansowych (proponowana treść zobowiązania poniżej):

„Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w okresach rocznych, do 30.07 każdego roku, sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za ostatni pełny rok sprawozdawczy, w kopii poświadczonej wg wyboru Spółki za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego albo pracownika Spółki”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Sprawozdania finansowe szpitala znajdują pod adresem: <https://wssl.bip.gov.pl/finanse>

Pytanie nr 56

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej Zamawiającego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za ostatni pełny rok sprawozdawczy.

Odpowiedź:

Sprawozdania finansowe szpitala znajdują pod adresem: <https://wssl.bip.gov.pl/finanse>

Pytanie nr 57

Proszę o wyjaśnienie terminu płatności pierwszej raty. Czy pierwsza rata będzie płatna na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym była płatna kwota 100 000 zł czy też na koniec tego samego miesiąca, w którym dokonano zapłaty ww. kwoty?

Odpowiedź: Pierwsza rata i rata usługi finansowej płatne będą na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym była płatna kwota 100 000 zł.

Pytanie nr 58

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie napędu na koła przednie i tylne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z opisem.

Pytanie nr 59

Czy w okresie gwarancji Zamawiający wymaga bezpłatnych przeglądów auta bazowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 60

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie proszę o informację Zamawiający wymaga aby w ramach przeglądu były wymieniane części zużywalne (hamulce, klocki, olej). Znacznie to podwyższy cenę oferty.

Odpowiedź:

zgodnie z odp. na pytanie nr 59

Pytanie nr 61

Czy w okresie gwarancji Zamawiający wymaga bezpłatnych przeglądów zabudowy medycznej?

Odpowiedź:

Przegląd zabudowy jest parametrem punktowanym, wobec tego nie jest wymagany.

Pytanie nr 62

Czy w okresie gwarancji Zamawiający wymaga bezpłatnych przeglądów sprzętu medycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.


Pytanie nr 63

Proszę o podanie średniego rocznego przebiegu km ambulansu.

Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający nie ma takiej wiedzy; orientacyjnie będzie to ok. 90.000 rocznie.

1. Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.
2. W związku z udzielonymi wcześniej odpowiedziami Zamawiający modyfikuje treść SIWZ, oznaczając zmiany czcionką koloru zielonego.
3. Zamawiający informuje, że udzielając odpowiedzi w dniu 22.12.2020r. błędnie oznaczył pierwsze pytanie na stronie numerem „8”, podczas gdy prawidłowy numer pierwszego pytania winien brzmieć „6”. Jednakże ze względu na zachowanie spójności już zastosowanej numeracji omyłka ta pozostaje bez poprawy.

Z poważaniem,

Z up. Dyrektora Szpitala

mgr Zdzisław Labowicz

