

WSzSL/DZ/072-619../17

Legnica, 22-09-2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na „opracowanie projektu budowlano–wykonawczego wraz z realizacją zaprojektowanych na jego podstawie robót budowlanych mających na celu realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego i zakup wyposażenia medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”

znak sprawy (WSzSL/DZ-45/17)

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1- dotyczy:

Pakiet 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaszowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl. – pkt.1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kamera HD jest zamontowana w czaszy głównej niecentralnie?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2- dotyczy:

Pakiet 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaszowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl. – pkt. 4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z czaszami wykonanymi z aluminium?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3- dotyczy:

Pakiet 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaszowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl. – pkt 5. i 6.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści czasze główną i satelitarną z 92 punktami LED?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4- dotyczy:

Pakiet 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaszowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl. – pkt 7. i 8.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści czasze główną i satelitarną z 18 modułami diod LED (źródłami świetlnymi)?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5- dotyczy:

Pakiet 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaszowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl. – pkt 9. i 10.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści czasze główną i satelitarną z zakresem regulacji średnicy pola czaszy głównej i satelitarnej d_{10} : 19 – 28 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 6- dotyczy:

OK



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pakiet 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaszowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl. – pkt 11.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z możliwością ustawiania pola operacyjnego tylko w kształcie koła?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 7- dotyczy:

Pakiet 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaszowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl. – pkt 17.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z możliwością regulacji temperatury barwowej w 4 krokach?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 8- dotyczy:

Pakiet 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaszowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl. – pkt 18.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której specyfikacja techniczna nie określa przyrostu temperatury w obszarze głowy chirurga?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9- dotyczy:

Pakiet 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaszowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl. – pkt 19.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której czasze posiadają 2 uchwyty brudne rozmieszczone na obwodzie obu czasz?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10- dotyczy:

Pakiet 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaszowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl. – pkt 21.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, z funkcją światła endoskopowego na poziomie 3000lux (ok 2% oświetlenia maksymalnego)?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 11- dotyczy:

Pakiet 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaszowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl. – pkt 23.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze stopniem ochrony dla systemu ramion IP 20?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12- dotyczy:



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pakiet 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaskowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl. – pkt 30.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z bezprzewodową kamerą HD zainstalowaną w czaszy głównej za pomocą narzędzi z możliwością demontażu przez wyszkolony personel techniczny?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13 - dotyczy:

Pakiet 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaskowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl. – pkt 31.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kamerę HD z sensorem obrazu 1/2,8" CMOS?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14- dotyczy:

Pakiet 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaskowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl. – pkt 33.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kamerę HD z czułością na poziomie 100 [lux]?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15- dotyczy:

Pakiet 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaskowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl. – pkt 40.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z zewnętrznym sterownikiem zapewniającym zdalną kontrolę i ustawienia

a) funkcjami kamery:

- powiększanie i pomniejszanie obrazu z kamery wideo (tzw. zoom),
- regulację ostrości obrazu z kamery wideo lub włączenie funkcji Autofokus,
- regulację jasności obrazu z kamery wideo lub włączenie funkcji jej automatycznej regulacji,
- stop-klatka

b) funkcjami lampy:

- włączanie/wyłączanie,
- temperatura barwowa,
- średnica pola światła,
- natężenia światła?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 16 - dotyczy:

Pakiet 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaskowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl. – pkt 41. i 12. i 20.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z panelem sterowania umieszczonym na czaszy lampy

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 17- dotyczy:

Pakiet 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaskowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl. – pkt 41b.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści sterowanie następującymi funkcjami kamery za pomocą bezprzewodowego zdalnego (mobilnego) pilota:

- powiększanie i pomniejszanie obrazu z kamery wideo (tzw. zoom),
- regulację ostrości obrazu z kamery wideo lub włączenie funkcji Autofokus,



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- regulację jasności obrazu z kamery wideo lub włączenie funkcji jej automatycznej regulacji,
- stop-klatka

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18- dotyczy:

Pakiet 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczasowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl. – pkt 42.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w przypadku, gdy cała kamera (wraz z obiektywem) będzie zamontowana niecentralnie za szybą ochronną zrezygnuje z doposażenia kamery w dodatkowe uchwyty sterylizowane.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19- dotyczy:

Pakiet 2 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy zabiegowe, standardowe do zabiegów endoskopowych - 2 kpl. – pkt 4.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową z czaszą wykonaną z aluminium?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20 - dotyczy:

Pakiet 2 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy zabiegowe, standardowe do zabiegów endoskopowych - 2 kpl. - pkt 5.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści czasze z 92 punktami LED?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21- dotyczy:

Pakiet 2 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy zabiegowe, standardowe do zabiegów endoskopowych - 2 kpl.- pkt 6.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści czasze z 18 modułami diod LED (źródłami świetlnymi)?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22- dotyczy:

Pakiet 2 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy zabiegowe, standardowe do zabiegów endoskopowych - 2 kpl. - pkt 7.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści czasze z zakresem regulacji średnicy pola d_{10} : 19 – 28 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 23- dotyczy:

Pakiet 2 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy zabiegowe, standardowe do zabiegów endoskopowych - 2 kpl. - pkt 8.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową z możliwością ustawiania pola operacyjnego tylko w kształcie koła?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 24- dotyczy:

Pakiet 2 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy zabiegowe, standardowe do zabiegów endoskopowych - 2 kpl. - pkt 9. i 16.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową z panelem sterowania umieszczonym na czaszy lampy

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 25- dotyczy:

Pakiet 2 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy zabiegowe, standardowe do zabiegów endoskopowych - 2 kpl. - pkt 13.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową z możliwością regulacji temperatury barwowej w 4 krokach?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 26- dotyczy:

Pakiet 2 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy zabiegowe, standardowe do zabiegów endoskopowych - 2 kpl. - pkt 14.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, której specyfikacja techniczna nie określa przyrostu temperatury w obszarze głowy chirurga?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27- dotyczy:

Pakiet 2 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy zabiegowe, standardowe do zabiegów endoskopowych - 2 kpl. - pkt 15.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, której czasa posiada 2 uchwyty brudne rozmieszczone na obwodzie czaszy?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28- dotyczy:

Pakiet 2 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy zabiegowe, standardowe do zabiegów endoskopowych - 2 kpl. - pkt 17.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, z funkcją światła endoskopowego na poziomie 3000lux (ok 2% oświetlenia maksymalnego)?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 29- dotyczy:

Pakiet 2 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy zabiegowe, standardowe do zabiegów endoskopowych - 2 kpl. - pkt 19.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową ze stopniem ochrony dla systemu ramion IP 20?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pakiet 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaszowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl.

Pytanie nr 30- dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuszcza lampę zbudowaną z matrycy diodowej wyposażoną w diody białe o barwie cieplej i zimnej w celu lepszego odwzorowania światła białego w polu operacyjnym

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31- dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuszcza lampy , w której obie czasze zbudowane są z aluminium? Materiał ten zapewnia doskonale odprowadzenie ciepła i zapobiega odkształcaniu się czaszy w trakcie eksploatacji ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32- dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną , w której matryca obu czasz zbudowana jest z 72 wysokowydajnych diod świetlnych spełniających wymogi SIWZ dotyczące parametrów natężenia oświetlenia? Dla użytkownika parametr natężenia oświetlenia jest ważny nie zaś konstrukcja usytuowania i ilości diod w czaszy.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33- dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuszcza lampę z regulacją średnicy oświetlenia pola operacyjnego obu czasz ustawiana w wartościach 16 -23 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34- dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuszcza lampę, w której średnica pola operacyjnego ma kształt koła?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 35- dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuszcza lampę, w której sterowanie obu czasz odbywa się za pomocą centralnego uchwyty- średnica pola zmiana natężenia , przyciskami na bocznej krawędzi czaszy - regulacja natężenia oświetlenia i za pomocą bezprzewodowego panelu o przekątnej 10" z ekranem dotykowym wszystkimi funkcjami lampy – sterowanie sterylne z wykorzystaniem nakładki sterylnej ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36- dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną , z regulacją temperatury barwowej obu czasz w przedziale 3500K 5500K realizowaną w 4 krokach ? Jest to zakres większy niż wymagany a więc dla Zamawiającego korzystniejszy dający możliwość dostosowania odpowiedniej barwy światła dla zabiegów operacyjnych.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 37- dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuszcza lampę w której czasza pozycjonowana jest za pomocą centralnego uchwyty i nie posiada uchwytów tzw brudnych na obwodzie czaszy.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38- dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuszcza lampę wyposażoną w kamerę bezprzewodową montowana zgodnie z wymogami SIWZ i sterowana z bezprzewodowego panelu dotykowego 10"

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pakiet 2 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy zabiegowe, standardowe do zabiegów endoskopowych - 2 kpl.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie nr 39- dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuszcza lampę zbudowaną z matrycy diodowej wyposażoną w diody białe o barwie ciepłej i zimnej w celu lepszego odwzorowania światła białego w polu operacyjnym?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 40- dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuszcza lampy, w której czasza zbudowana jest z aluminium? Materiał ten zapewnia doskonałe odprowadzenie ciepła i zapobiega odkształcaniu się czaszy w trakcie eksploatacji?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41- dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuszcza lampę, w której matryca czaszy zbudowana jest z 72 wysokowydajnych diod świetlnych spełniających wymogi siwz dotyczące parametrów natężenia oświetlenia? Dla użytkownika parametr natężenia oświetlenia jest ważny nie zaś konstrukcja usytuowania i ilości diod w czaszy.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42- dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuszcza lampę z regulacją średnicy oświetlenia pola operacyjnego czaszy ustawiana w wartościach 16-23 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43- dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuszcza lampę, w której średnica pola operacyjnego ma kształt koła?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 44 - dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuszcza lampę, w której sterowanie obu czasz odbywa się za pomocą centralnego uchwytu- średnica pola zmiany natężenia, przyciskami na bocznej krawędzi czaszy - regulacja natężenia oświetlenia i za pomocą bezprzewodowego panelu o przekątnej 10" z ekranem dotykowym wszystkimi funkcjami lampy – sterowanie sterylne z wykorzystaniem nakładki sterylnej?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45- dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową, z regulacją temperatury barwowej czaszy w przedziale 3500K 5500K realizowaną w 4 krokach? Jest to zakres większy niż wymagany a więc dla Zamawiającego korzystniejszy dający możliwość dostosowania odpowiedniej barwy światła dla zabiegów operacyjnych.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 46- dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuszcza lampę w której czasza pozycjonowana jest za pomocą centralnego uchwytu i nie posiada uchwytów tzw brudnych na obwodzie czaszy.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy: Pakiet 3 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczeń: 1.33 oraz 1.56 - 2 kpl.

Pytanie nr 47- dotyczy: Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę o łącznej długości ramion 1865cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48- dotyczy: Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę, w której przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz zmiany wysokości umieszczone są w postaci poziomego dwuręcznego uchwytu umiejscowionego na froncie półki? Takie rozwiązanie pozwala na bardziej ergonomiczne i łatwiejsze sterowanie ruchami ramion kolumny.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 49- dotyczy: Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w półki o wymiarach 530 x 480 mm? Są to różnice minimalne od wymaganych, które wynoszą 525mm x 472,5 mm a więc dla Zamawiającego niezauważalne i nie istotne a jedynie ograniczające konkurencję.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 50- dotyczy: Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z regulacją wysokości położenia półki poprzez mechanizm zatraskowy ze skokiem max 23 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51- dotyczy: Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w bolce ekwipotencjalne w ilości 8 szt?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pakiet 4 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczenia 1.36 - 1 kpl.

Pytanie nr 52- dotyczy: Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z łączną długością ramion 1730 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53- dotyczy: Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę, w której blokowane są dwa przeguby obrotu ramion stropowy i pośredni, natomiast przegub głowicy posiada hamulec cierny bez oddzielnego przycisku odblokowania.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 54- dotyczy: Pakiet 4



Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę, w której przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz zmiany wysokości umieszczone są w postaci poziomego dwuręcznego uchwytu umiejscowionego na froncie półki? Takie rozwiązanie pozwala na bardziej ergonomiczne i łatwiejsze sterowanie ruchami ramion kolumny.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 55- dotyczy: Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w półki o wymiarach 530 x 480 mm? Są to różnice minimalne od wymaganych, które wynoszą 525mm x 472,5 mm a więc dla Zamawiającego niezauważalne i nie istotne a jedynie ograniczające konkurencję.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 56- dotyczy: Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z regulacją wysokości położenia półki poprzez mechanizm zatraskowy ze skokiem max 23 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57- dotyczy: Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w bolce ekwipotencjalne w ilości 16 szt?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaproponowanej kolumny.

Dotyczy: Pakiet 5 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczenia 1.39, 1.41 i 1.44 - 3 kpl

Pytanie nr 58- dotyczy: Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z łączną długością ramion 1865 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaproponowanej kolumny.

Pytanie nr 59- dotyczy: Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę, w której przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz zmiany wysokości umieszczone są w postaci poziomego dwuręcznego uchwytu umiejscowionego na froncie półki? Takie rozwiązanie pozwala na bardziej ergonomiczne i łatwiejsze sterowanie ruchami ramion kolumny.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 60- dotyczy: Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w półki o wymiarach 530 x 480 mm? Są to różnice minimalne od wymaganych, które wynoszą 525mm x 472,5 mm a więc dla Zamawiającego niezauważalne i nie istotne a jedynie ograniczające konkurencję.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 61- dotyczy: Pakiet 5



Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z regulacją wysokości położenia półki poprzez mechanizm zatraskowy ze skokiem max 23 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 62- dotyczy: Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w bolce ekwipotencjalne w ilości 16 szt.?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pakiet 6 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczenia 1.47 - 1 kpl.

Pytanie nr 63- dotyczy: Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z łączną długością ramion 1865 mm ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 64- dotyczy: Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę, w której przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz zmiany wysokości umieszczone są w postaci poziomego dwuręcznego uchwytu umiejscowionego na froncie półki ? Takie rozwiązanie pozwala na bardziej ergonomiczne i łatwiejsze sterowanie ruchami ramion kolumny.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 65- dotyczy: Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w półki o wymiarach 530 x 480 mm ? Są to różnice minimalne od wymaganych, które wynoszą 525mm x 472,5 mm a więc dla Zamawiającego niezauważalne i nie istotne a jedynie ograniczające konkurencję.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną kolumnę.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 66- dotyczy: Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z regulacją wysokości położenia półki poprzez mechanizm zatraskowy ze skokiem max 23 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 67- dotyczy: Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w bolce ekwipotencjalne w ilości 16 szt.?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pakiet 7 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - kolumny anestezyjologiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczeń: 1.33, 1.36, 1.39, 1.41, 1.44, 1.47, 1.56, 1.81 i 1.84, - 9 kpl.

Pytanie nr 68- dotyczy: Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę, w której blokowane są dwa przeguby obrotu ramion stropowy i pośredni, natomiast przegub głowicy posiada hamulec cierny bez oddzielnego przycisku odblokowania.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną kolumnę.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 69- dotyczy: Pakiet 7



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę, w której przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz zmiany wysokości umieszczone są w postaci poziomego dwuręcznego uchwytu umiejscowionego na froncie półki? Takie rozwiązanie pozwala na bardziej ergonomiczne i łatwiejsze sterowanie ruchami ramion kolumny.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną kolumnę.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 70- dotyczy: Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z wysięgnikiem do drążka infuzyjnego o długości 400 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Dotyczy: Pakiet 8 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - kolumny endoskopowe o podwyższonym standardzie, z ramieniem pod monitor LCD - przeznaczone do pomieszczeń: 1.81 i 1.84, - 2 kpl.

Pytanie nr 71- dotyczy: Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę, w której przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz zmiany wysokości umieszczone są w postaci poziomego dwuręcznego uchwytu umiejscowionego na froncie półki? Takie rozwiązanie pozwala na bardziej ergonomiczne i łatwiejsze sterowanie ruchami ramion kolumny.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną kolumnę.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 72 dotyczy: Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w półki o wymiarach 530 x 480 mm? Są to różnice minimalne od wymaganych, które wynoszą 525mm x 472,5 mm a więc dla Zamawiającego niezauważalne i nie istotne a jedynie ograniczające konkurencję.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną kolumnę.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 73- dotyczy: Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z regulacją wysokości położenia półki poprzez mechanizm zatrzaskowy ze skokiem max 23 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pakiet nr 1 - lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaszowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl.

Pytanie nr 74- dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z górną częścią obudowy wykonaną z aluminium w celu odprowadzania ciepła oraz dolną wykonaną z wysokiej jakości bezpiecznego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 75- dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z 88 diodami LED dla każdej czaszy?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 76- dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego w zakresie od 16 do 33 cm dla obu czaszy?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną lampę.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 77- dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z okrągłym kształtem pola operacyjnego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną lampę.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 78- dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z głębokością oświetlenia (L1+L2) równą 120 cm dla obu czasz?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną lampę.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 79- dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3000 – 5000°K w 5 krokach?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną lampę.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 80- dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z funkcją endoskopową o natężeniu 8% Ec co jest parametrem minimalnie różnym od wymaganego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną lampę.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 81- dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z obrotem ramion czaszy z kamerą wokół osi pionowej o 360° z blokadą chroniącą przewody sygnałowe w ramionach lampy?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 82- dotyczy: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z kamerą sterowaną z panelu przy lampie funkcjami takimi jak: powiększenie/pomniejszenie, wyostrenie obrazu automatyczne, jasność automatyczna, balans bieli automatyczny, stop klatka, włączenie i wyłączenie kamery?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną lampę.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pakiet nr 2 - lampy zabiegowe, standardowe do zabiegów endoskopowych - 2 kpl.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie nr 83- dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z górną częścią obudowy wykonaną z aluminium w celu odprowadzania ciepła oraz dolną wykonaną z wysokiej jakości bezpiecznego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 84- dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z 88 diodami LED?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 85- dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego w zakresie od 16 do 33 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną lampę.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 86- dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z okrągłym kształtem pola operacyjnego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną lampę.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 87- dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z głębokością oświetlenia (L1+L2) równą 120 cm dla obu czasz?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną lampę.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 88- dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3000 – 5000°K w 5 krokach?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną lampę.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 89- dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z funkcją endoskopową o natężeniu 8% Ec co jest parametrem minimalnie różnym od wymaganego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowaną lampę.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pakiet nr 3 - kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczeń: 1.33 oraz 1.56 - 2 kpl.

Pytanie nr 90- dotyczy: Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z regulacją wysokości głowicy regulowaną za pomocą silnika elektrycznego co jest rozwiązaniem nowocześniejszym i wygodniejszym od wymaganego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pakiet nr 4 - kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczenia 1.36 - 1 kpl.

Pytanie nr 91- dotyczy: Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę ze schowkiem na nadmiar kabli montowanym pod półką?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 92- dotyczy: Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z jedną szyną okalającą kolumnę z trzech stron zamiast trzech oddzielnych szyn?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 93- dotyczy: Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z uchwytem do drążka infuzyjnego mocowanym do pionowej szyny montażowej na kolumnie zapewniające odległość drążka od boku kolumny 30 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pakiet nr 5 - kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczenia 1.39, 1.41 i 1.44 - 3 kpl.

Pytanie nr 94- dotyczy: Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę ze schowkiem na nadmiar kabli montowanym pod półką?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 95- dotyczy: Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z jedną szyną okalającą kolumnę z trzech stron zamiast trzech oddzielnych szyn?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.



Pytanie nr 96- dotyczy: Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z uchwytem do drążka infuzyjnego mocowanym do pionowej szyny montażowej na kolumnie zapewniające odległość drążka od boku kolumny 30 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pakiet nr 6 - kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie -przeznaczone do pomieszczenia 1.47 - 1 kpl.

Pytanie nr 97- dotyczy: Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę ze schowkiem na nadmiar kabli montowanym pod półką?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 98- dotyczy: Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z jedną szyną okalającą kolumnę z trzech stron zamiast trzech oddzielnych szyn?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 99- dotyczy: Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z uchwytem do drążka infuzyjnego mocowanym do pionowej szyny montażowej na kolumnie zapewniające odległość drążka od boku kolumny 30 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pakiet nr 7 - kolumny anestezyjologiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczeń: 1.33, 1.36, 1.39, 1.41, 1.44, 1.47, 1.56, 1.81 i 1.84, - 9 kpl.

Pytanie nr 100- dotyczy: Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę ze schowkiem na nadmiar kabli montowanym pod półką?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 101- dotyczy: Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z jedną szyną okalającą kolumnę z trzech stron zamiast trzech oddzielnych szyn?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 102- dotyczy: Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z wysięgnikiem do drążka infuzyjnego dwuramiennym, obrotowym o zasięgu 60 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pakiet nr 8 - kolumny endoskopowe o podwyższonym standardzie, z ramieniem pod monitor LCD - przeznaczone do pomieszczeń: 1.81 i 1.84, - 2 kpl.

Pytanie nr 103- dotyczy: Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z jedną szyną okalającą kolumnę z trzech stron zamiast trzech oddzielnych szyn?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 104- dotyczy: Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z uchwytem do drążka infuzyjnego mocowanym do pionowej szyny montażowej na kolumnie zapewniające odległość drążka od boku kolumny 30 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pakiet nr 9 -sufitowe jednotski zasilające dla stanowisk POP - 8 kpl.

Pytanie nr 105- dotyczy: Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sufitową jednostkę zasilającą z belką o przekroju 560 x 215 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytanie nr 106- dotyczy: Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sufitową jednostkę zasilającą wyposażoną w oświetlenie ogólne umieszczone na dole belki, oświetleniem nocnym mieszczonym na górze belki oraz oświetleniem pacjenta do badań w postaci lampki mocowanej do szyny sprzętowej z giętkim ramieniem?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 107- dotyczy: Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sufitową jednostkę zasilającą wyposażoną w półki o wymiarze 430 x 480 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

Pytania dotyczące opisu zabudowy panelowej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym:

Pytanie nr 108

(udzielona odpowiedź dotyczy zapytań 108-116)

Czy Zamawiający wymaga aby wyloniony w postępowaniu przyszły Wykonawca w procesie projektowania oraz na etapie realizacji, do zabudowy sal operacyjnych oraz pomieszczeń przyległych stosował atestowane i systemowe panele ze stali nierdzewnej. W tym celu na etapie akceptacji przez Zamawiającego projektu Wykonawca będzie zobowiązany do dokumentacji projektowej dołączyć atest PZH na system ścian i sufitów sal operacyjnych oraz pomieszczeń przygotowawczych gwarantujący, że oferowana zabudowa panelowa jest bezpieczna i przeznaczona do stosowania w jednostkach służby zdrowia?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ (rozdział III punkt 3) przedmiot obejmuje wykonanie wszelkich prac, czynności, dostaw oraz dostaw urządzeń medycznych w oparciu m.in. o program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcję architektoniczną przebudowy i modernizacji.

Załączony do SIWZ program funkcjonalno-użytkowy w swojej części informacyjnej (część II) zawiera dokumenty formalno-prawne oraz opracowania służące do prawidłowego wykonania umowy, jak również spis przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego, w oparciu o które należy sporządzić projekt przedsięwzięcia. Również zawarte w PFU „Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych” bardzo precyzyjnie opisują, w jaki sposób Zamawiający będzie wymagał stosownej dokumentacji dotyczącej zastosowanych zgodnych z projektem materiałów.

Jednocześnie w załączniku nr 8 do SIWZ, Zamawiający precyzyjnie opisał, jak powinna wyglądać dokumentacja projektowa, a w punkcie 13 tego załącznika poinformował dodatkowo, że do obowiązków Wykonawcy w zakresie przygotowania dokumentacji należeć będzie również, m. in.:

d) uwzględnienie w swojej dokumentacji dotyczącej przebudowywanych pomieszczeń, wytycznych projektu technicznego pn. „Dostosowanie obiektów szpitala do wymogów ochrony przeciwpożarowej”, który jest w posiadaniu Zamawiającego,

e) uzyskania wymaganych prawem opinii i uzgodnień, niezbędnych do opracowania dokumentacji i rozpoczęcia inwestycji, w tym uzyskanie pozytywnej opinii rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,

natomiast w punkcie 14 Zamawiający zapisał, że „Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność opracowanej dokumentacji projektowej oraz przyszłych robót budowlanych z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi w programie funkcjonalno-użytkowym, jak również z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami szczegółowymi oraz sztuką budowlaną.

W celu wyegzekwowania powyższych zobowiązań, Zamawiający zastrzegł sobie w umowie (paragraf 1, ustęp 6 projektu umowy), że przed przystąpieniem do prac projektowych oraz na każdym etapie ich realizacji, wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym wszelkich kwestii w zakresie przyjętych rozwiązań i technologii, rozwiązań materiałowych i wyposażenia oraz wszelkich innych celem wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z PFU, SIWZ, dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej oraz potrzebami i wytycznymi Zamawiającego.

Pytanie nr 109

Zgodnie z prawem budowlanym z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.3) Par 216.1 wszystkie ścianki działowe w budynkach użyteczności publicznej klasy B a takim budynkiem jest bez wątpienia obiekt będący przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania klasyfikacji ogniowej EI30. Czy zatem Zamawiający wymaga aby na etapie akceptacji dokumentacji projektowej przyszły Wykonawca dołączył do projektu klasyfikację ogniową wydaną przez akredytowane laboratorium potwierdzającą spełnienie wymogu EI30 dla oferowanego przez siebie systemu zabudowy panelowej sal operacyjnych. Klasyfikacja ogniowa musi uwzględniać zarówno ścianki działowe jak i przestrzeń stanowiącą przegrodę ponad sufitem podwieszonym.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 108.

Pytanie nr 110

Czy Zamawiający wymaga aby na etapie akceptacji dokumentacji projektowej przyszły Wykonawca dołączył do projektu raport ze skuteczności przeprowadzonej dekontaminacji sal operacyjnych wykonanej w zastosowanym w projekcie systemie zabudowy panelowej? Coraz bardziej powszechną techniką dezynfekcji sal operacyjnych jest sterylizacja gazowa, dlatego Zamawiający żądając takiego dokumentu ma pewność wysokiej jakości dostarczonego w przyszłości produktu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 108.

Pytanie nr 111

Czy Zamawiający wymaga aby na etapie akceptacji dokumentacji projektowej przyszły Wykonawca dołączył do projektu certyfikat jakości ISO-EN 9001 Producenta systemu zabudowy panelowej? Zamawiający żądając takiego dokumentu ma pewność wysokiej jakości produktu oraz kontroli jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Oh

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 108.

Pytanie nr 112

Czy Zamawiający wymaga aby na etapie akceptacji dokumentacji projektowej przyszły Wykonawca dołączył do projektu dokument wydany przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzający izolacyjność akustyczną wolno stojącej ścianki działowej składającej się z dwóch pojedynczych stalowych paneli ściennych na poziomie nie mniejszym niż 55 db? Powyższy parametr jest niezwykle ważny w kontekście potencjalnego przenikania hałasów pomiędzy salami operacyjnymi, co może mieć wpływ na dekoncentrację personelu medycznego wykonującego skomplikowane zabiegi operacyjne.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 108.

Pytanie nr 113

Czy Zamawiający wymaga aby na etapie akceptacji dokumentacji projektowej przyszły Wykonawca dołączył do projektu dokument wydany przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzający izolacyjność akustyczną drzwi automatycznych przesuwanych do sal operacyjnych na poziomie nie mniejszym niż 35 db? Powyższy parametr jest niezwykle ważny w kontekście potencjalnego przenikania hałasów pomiędzy salami operacyjnymi, co może mieć wpływ na dekoncentrację personelu medycznego wykonującego skomplikowane zabiegi operacyjne

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 108.

Pytanie nr 114

Czy Zamawiający wymaga aby na etapie akceptacji dokumentacji projektowej przyszły Wykonawca dołączył do projektu dokument wydany przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzający izolacyjność akustyczną drzwi automatycznych uchylnych do sal operacyjnych na poziomie nie mniejszym niż 35 db? Powyższy parametr jest niezwykle ważny w kontekście potencjalnego przenikania hałasów pomiędzy salami operacyjnymi, co może mieć wpływ na dekoncentrację personelu medycznego wykonującego skomplikowane zabiegi operacyjne

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 108.

Pytanie nr 115

Czy Zamawiający wymaga aby na etapie akceptacji dokumentacji projektowej przyszły Wykonawca dołączył do projektu dokument wydany przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzający izolacyjność termiczną dla ścianki dwupowłokowej z paneli ściennych stalowych grubość min. 13,5 mm na poziomie nie mniejszym niż 1,70 m²*K/W, dla ścianki jedno powłokowej z panela stalowego o grubości min. 13,5mm na poziomie nie mniejszym niż 1,59 m²*K/W? Powyższy parametr jest niezwykle ważny w kontekście potrzeby utrzymania właściwej temperatury na niezależnym poziomie dla każdej z sal operacyjnych.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 108.

Pytanie nr 116

W związku z tym, że myjnie chirurgiczne w pomieszczeniach przygotowania personelu mają być wyposażone (poza bateriami i dozownikami mydła i płynu) w syfon samodezynfekujący (zapis w SIWZ: rozdział III, pkt. 5a), czy Zamawiający wymaga aby na etapie akceptacji dokumentacji projektowej przyszły Wykonawca dołączył do projektu atestu PZH na myjnie wyposażoną w syfon samodezynfekujący oraz deklaracji zgodności wraz z CE na syfon samodezynfekujący gwarantujące, że Zamawiający otrzyma certyfikowany wyrób przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 108.

Pytania dotyczące systemu Integracji – Program Funkcjonalno-Użytkowy:

Pytanie nr 117

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie klawiatury przewodowej zamiast klawiatury działającej bezprzewodowo, która pozwala na osiągnięcie tożsamej funkcjonalności?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie nr 118

Prosimy o informację, gdzie Zamawiający planuje zamontowanie monitorów 32"? Czy lampa operacyjna będzie posiadała dwa dodatkowe ramiona przeznaczone do montażu monitorów 32" czy też monitory będą instalowane na ramionach kolumn chirurgicznych/anestezjologicznych?



W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego monitora na trzecim ramieniu lampy operacyjnej.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie nr 119

Czy zamawiający dopuści dostarczenie jednostki All-In-One, której wymiar panelu frontowego wykonanego ze szkła hartowanego wynosi 500 x 1190 mm (szerokość 1190mm dostosowana do szerokości standardowych paneli ściennych montowanych na Sali operacyjnej).

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie nr 120

Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie kamery podsufitowej dookólnej, która to kamera będzie posiadała wyjście wideo w technologii DVI? Reszta parametrów kamery pozostaje bez zmian.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie nr 121

Dotyczy komputera do instalacji systemu PACS lub HIS: Czy zamawiający dopuszcza komputer z systemem Windows 10, 64 bit?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie nr 122

Dotyczy tableta – dodatkowego mobilnego panela sterującego:

Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie tableta, który nie będzie wyposażony w czytnik kodów kreskowych 1D oraz 2D?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie nr 123

Dotyczy tableta – dodatkowego mobilnego panela sterującego:

Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie tableta, którego przekątna będzie mieściła się w zakresie 9 – 13”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie nr 124

Dotyczy tableta – dodatkowego mobilnego panela sterującego:

Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie tableta z systemem operacyjnym Windows 10?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie nr 125

Prosimy o informację, jakiego producenta system PACS pracować będzie w obrębie bloku operacyjnego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie posiada jeszcze systemu PACS.

Pytanie nr 126

Dotyczy sterowania lampą operacyjną/stołem operacyjnym:

W celu ustanowienia poprawnej komunikacji i umożliwienia realizacji funkcji sterowania lampą operacyjną i stołem operacyjnym z poziomu systemu integracji wymagane są następujące dokumenty i informacje:

- dostarczenie przez producenta lampy operacyjnej/stołu operacyjnego instrukcji serwisowej, instrukcji montażu oraz instrukcji konfiguracji integrowanego urządzenia.
- dostarczenie przez producenta lampy operacyjnej/stołu operacyjnego dokumentacji opisującej sposób komunikacji z systemem zewnętrznym. W szczególności dokument ten powinien zawierać szczegółowe informacje na temat interfejsu fizycznego komunikacji oraz protokołu za pomocą którego taka komunikacja jest możliwa. W przypadku gdy protokół komunikacji jest autorskim protokołem danego producenta wymagany jest szczegółowy opis komend sterujących.
- Wymagane jest (jeśli nie jest to jasno opisane w instrukcji obsługi/serwisowej lampy operacyjnej/stołu operacyjnego) przedstawienie metodologii sprawdzenia poprawności podłączenia / implementacji danego urządzenia, modułu.
- Wymagane jest zapewnienie pomocy technicznej ze strony dostawcy /producenta integrowanego urządzenia.

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dostarczy wykonawcy systemu integracji powyżej wymienione dokumenty i informacje, bez których - pomimo gotowości firmy - wykonanie zadania w zakresie integracji lamp operacyjnych i stołów nie będzie możliwe.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga tych funkcji.

Dotyczy sterowania lampą operacyjną/stołem operacyjnym:

Pytanie nr 127

Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie systemu zintegrowanego, który to będzie realizował sterowanie lampą operacyjną przewodowo? Sposób sterowania lampą operacyjną jest silnie uzależniony od producenta lampy operacyjnej. Nie wszyscy producenci lamp operacyjnych umożliwiają wykonania sterowania w sposób bezprzewodowy. W związku z powyższym w przypadku niektórych producentów sterowanie bezprzewodowe może być niewykonalne.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie nr 128

Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie systemu zintegrowanego, na którym odwzorowanie interfejsu graficznego sterowania lampą operacyjną różni się od oryginalnego graficznego interfejsu umieszczonego na panelu lampy?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.

Pytanie nr 129

Dotyczy podłączenia dodatkowych dwóch sal endoskopowych: W dokumencie „Opis do koncepcji” jest zapis:



„Do systemu działającego w obszarze bloku operacyjnego proponuje się możliwość "podpięcia" dwóch sal zabiegowych endoskopowych - (jeżeli takie będzie wyraźne wskazanie użytkownika), zlokalizowanych bezpośrednio przy bloku operacyjnym.”

Integracja dodatkowych dwóch sal endoskopowych wymaga przygotowania infrastruktury okablowania strukturalnego. Decyzja zamawiającego o rozbudowie integracji o kolejne dwie sale w późniejszym czasie wiązać się będzie z dodatkowymi pracami montażowymi (np. demontaż sufitów, wykonanie przepustów kablowych w ścianach, położenie okablowania) i dodatkowymi kosztami. Czy przygotowanie niezbędnej infrastruktury kablowej jest częścią tego postępowania przetargowego?

W odpowiedzi na pytanie: Tak.

Pytanie nr 130

Dotyczy podłączenia dodatkowych dwóch sal endoskopowych.

W dokumencie „Opis do koncepcji” jest zapis:

„Do systemu działającego w obszarze bloku operacyjnego proponuje się możliwość "podpięcia" dwóch sal zabiegowych endoskopowych - (jeżeli takie będzie wyraźne wskazanie użytkownika), zlokalizowanych bezpośrednio przy bloku operacyjnym.”

Powyższe sformułowanie nie jest czytelne dla oferenta, budzi bowiem wątpliwość czy powinien wycenić dodatkowe dwie sale endoskopowe w przedmiocie zamówienia. Czy integracja dodatkowych dwóch sal endoskopowych jest częścią tego postępowania i oferent ma ją uwzględnić w budżecie?

W odpowiedzi na pytanie: Tak.

Pytanie nr 131

Dotyczy zapisu z dokumentu „Opis do koncepcji”:

„Dobry system zarządzania salami operacyjnymi musi zapewnić natychmiastowy dostęp do niezbędnych danych i informacji z sieci szpitalnej, umożliwiając jednocześnie komunikację z innymi pomieszczeniami wewnątrz szpitala oraz archiwizację przeprowadzonych operacji i zabiegów”

W jakim zakresie zaoferowany system integracji ma zostać zintegrowany z systemem szpitalnym? Prosimy o podanie do jakich danych i informacji z sieci szpitalnej powinien mieć dostęp system integracji? Prosimy o uszczegółowienie tego zapisu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wymaga pełnej integracji.

Pytanie nr 132

Prosimy o informację, jakiego producenta system HIS pracować będzie w obrębie szpitala?

W odpowiedzi na pytanie: System HIS producenta Asseco.

Pytania dotyczące : Urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń

Pytanie nr 133

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń działające w oparciu o mieszaninę nadtlenu wodoru oraz kwasów organicznych, charakteryzujące się następującą skutecznością biobójczą:

1. Bakteriobójcze w czasie max. 30 minut
2. Grzybobójcze w czasie max. 120 minut
3. Wirusobójcze (łącznie z Noro, Adeno i Polio) w czasie max. 60 minut
4. Sporobójcze na Clostridium difficile w czasie max. 60 minut.

Różni producenci stosują różnego rodzaju środki chemiczne do dezynfekcji. Głównym wyznacznikiem nie powinien być skład środka, a jego zgodność z przepisami oraz skuteczność biobójcza.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż zapytanie nie dotyczy ww. postępowania. Zamawiający przypomina iż z własnej inicjatywy dokonał modyfikacji treści SIWZ poprzez wyłączenie przedmiotu zamówienia z niniejszego postępowania .

Pytania dotyczące : Stacja myjąca wózków transportowych i obuwia

Pytanie nr 134

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie do mycia i dezynfekcji wózków transportowych, obuwia operacyjnego oraz innych przedmiotów wielkogabarytowych wyposażoną w komorę o wymiarach (W x G x S) 1.850 x 1.500 x 900 mm?

Myjnia taka umożliwi swobodne mycie i dezynfekcję opisanych w PFU przedmiotów przy bardziej kompaktowej budowie.

Podane w PFU wymiary (2.000 – 2.100 x 2.200 – 2.300 x 1.000 – 1.100 mm) odpowiadają wymiarom myjny do łóżek, która to nie stanowi wyposażenia Bloku Operacyjnego

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 135

Czy Zamawiający dopuści do oceny wyposażoną w drzwi w pełni przeszkłone, otwierane ręcznie, mocowane na zawiasach? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z opisanym w PFU. Dzięki wyeliminowaniu potencjalnie awaryjnego mechanizmu automatycznego otwierania drzwi minimalizuje się ryzyko awarii urządzenia, a ponadto zmniejsza koszty zakupu i eksploatacji myjni.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 136

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w agregat suszący o mocy 18kW? Dzięki bardziej kompaktowej budowie oferowana przez nas myjnia nie wymaga aż tak energochłonnego agregatu suszącego jak podany w PFU. Dzięki temu nie tylko moc przyłączeniowa będzie niższa ale również znacznie niższe będzie zużycie energii elektrycznej w trakcie pracy urządzenia, co przełoży się na wymierne oszczędności dla Zamawiającego.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 137

Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej wymagając zużycia wody nie przekraczającego 30l/cykl składający się z 3 faz? W tego typu i wielkości urządzeniach zużycie wody (nawet uwzględniając odzysk wody po ostatnim płukaniu) jest na poziomie 40-100 litrów na każdą fazę procesu mycia i dezynfekcji. 10 litrów wody w każdej fazie nie pozwoli na zmoczenie przedmiotów znajdujących się w komorze mycia.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem siwz.

Pytania dotyczące :Myjnia dezynfektor przelotowa

Pytanie nr 138

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o mocy 17kW?

W odpowiedzi na pytanie: Zapytanie nie dotyczy ww. postępowania. Zamawiający przypomina iż z własnej inicjatywy dokonał modyfikacji treści SIWZ poprzez wyłączenie przedmiotu zamówienia z niniejszego postępowania.

Pytanie nr 139

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o mocy 8,25kW? Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji urządzenia oferowana przez nas myjnia zapewnia doskonałe rezultaty mycia i dezynfekcji w krótkim czasie przy znacznie zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Moc na poziomie 18-20kW jest wymagana dla myjni o pojemności 15-18 tac.

W odpowiedzi na pytanie: Zapytanie nie dotyczy ww. postępowania. Zamawiający przypomina iż z własnej inicjatywy dokonał modyfikacji treści SIWZ poprzez wyłączenie przedmiotu zamówienia z niniejszego postępowania.

Pytanie nr 140

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w system redukujący zużycie wody dla mniejszych załadunków? Każda myjnia-dezynfektor do narzędzi powinna przeprowadzać programy, które są zwalidowane. Czyli takie, w których osiągany rezultat jest powtarzalny. W tym celu producent przeprowadza badania typu i na ich podstawie gwarantuje, iż urządzenie spełnia wymagania. Badania takie są przeprowadzane dla pełnego załadunku komory. W przypadku zastosowania tzw. dynamicznego wsadu, w którym ilość wody i środków chemicznych dobierana jest w zależności od masy załadunku nie ma możliwości zwalidowania procesu mycia i dezynfekcji. Rozwiązanie takie jest niezgodne z wymogami normy PN-EN ISO 15883-1/2. Dodatkowo w przypadku gdy do kosza wsadowego zostanie załadowany pełny wsad lekkich instrumentów (np. z tworzyw sztucznych), myjnia dobierze mniej wody i środków chemicznych, co spowoduje niedokładne wymycie załadowanych instrumentów.

W odpowiedzi na pytanie: Zapytanie nie dotyczy ww. postępowania. Zamawiający przypomina, iż z własnej inicjatywy dokonał modyfikacji treści SIWZ poprzez wyłączenie przedmiotu zamówienia z niniejszego postępowania.

Pytanie nr 141

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w 40 programów mycia i dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z klawiatury przez 3 przyciski wyboru? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie identyczne z opisanym w PFU.

W odpowiedzi na pytanie: Zapytanie nie dotyczy ww. postępowania. Zamawiający przypomina, iż z własnej inicjatywy dokonał modyfikacji treści SIWZ poprzez wyłączenie przedmiotu zamówienia z niniejszego postępowania.

Pytanie nr 142



Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej wymagając dostawy z myjnią jednego wózka wsadowego do mycia narzędzi? Nie wymagając jednocześnie dostawy wraz z myjnią wózków załadunkowych/rozładunkowych pozwalających na załadunek wózka wsadowego do komory myjni.

W odpowiedzi na pytanie: Zapytanie nie dotyczy ww. postępowania. Zamawiający przypomina iż z własnej inicjatywy dokonał modyfikacji treści SIWZ poprzez wyłączenie przedmiotu zamówienia z niniejszego postępowania.

Pytanie nr 143

Czy Zamawiający dopuści do oceny wózek iniekcyjny o pojemności 12 tac 1/1 DIN – 6 poziomowy, w którym minimalna wysokość poziomu to 60 mm? Taka wielkość poziomu pozwala na swobodne mycie narzędzi umieszczonych na tacach 1/1 DIN.

W odpowiedzi na pytanie: Zapytanie nie dotyczy ww. postępowania. Zamawiający przypomina, iż z własnej inicjatywy dokonał modyfikacji treści SIWZ poprzez wyłączenie przedmiotu zamówienia z niniejszego postępowania.

Pytania dotyczące: Szafa przelotowa do suszenia endoskopów

Pytanie nr 144

Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę, w której zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz producentów endoskopów, instrumenty są przechowywane w pozycji wiszącej, a nie na półkach?

W odpowiedzi na pytanie: Zapytanie nie dotyczy ww. postępowania. Zamawiający przypomina, iż z własnej inicjatywy dokonał modyfikacji treści SIWZ poprzez wyłączenie przedmiotu zamówienia z niniejszego postępowania

Pytanie nr 145

Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę o wymiarach (S x G x W) 962 x 835 x 1.900 mm, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ. Ponieważ przetarg dotyczy również wykonania projektu budowlano-wykonawczego wraz z realizacją robót budowlanych, niewielkie różnice w wymiarach zewnętrznych nie mają wpływu na umieszczenie szafy w pomieszczeniu.

W odpowiedzi na pytanie: Zapytanie nie dotyczy ww. postępowania. Zamawiający przypomina, iż z własnej inicjatywy dokonał modyfikacji treści SIWZ poprzez wyłączenie przedmiotu zamówienia z niniejszego postępowania

Pytania dotyczące: Myjnia endoskopowa dwustanowiskowa

Pytanie nr 146

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający pisząc o wyposażeniu myjni w dwie niezależnie działające od siebie komory mycia ma na myśli aby w przypadku awarii jednej z komór była możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów w drugiej komorze?

W odpowiedzi na pytanie: Zapytanie nie dotyczy w. postępowania. Zamawiający przypomina, iż z własnej inicjatywy dokonał modyfikacji treści SIWZ poprzez wyłączenie przedmiotu zamówienia z niniejszego postępowania.

Pytanie nr 147

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wyposażona w identyfikację operatora i instrumentu na podstawie technologii RFID czy kodów kreskowych. Opisana w PFU szafa ma być wyposażona w czytnik kodów kreskowych. W przypadku gdyby myjnia miała identyfikować poprzez system RFID to każdy endoskop musiałby być wyposażony zarówno w transponder RFID jak i kod kreskowy.

W odpowiedzi na pytanie: Zapytanie nie dotyczy ww. postępowania. Zamawiający przypomina iż, z własnej inicjatywy dokonał modyfikacji treści SIWZ poprzez wyłączenie przedmiotu zamówienia z niniejszego postępowania.

Pytanie nr 148

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjni o wymiarach (S x G x W) 75 x 69 x 164 cm, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? Dzięki większej wysokości oferowana przez nas myjnia pozwala na załadunek endoskopów na ergonomicznej wysokości, co poprawia warunki pracy personelu Zamawiającego. Ponieważ przetarg dotyczy również wykonania projektu budowlano-wykonawczego wraz z realizacją robót budowlanych, niewielkie różnice w wymiarach zewnętrznych nie mają wpływu na umieszczenie myjni w pomieszczeniu.

W odpowiedzi na pytanie: Zapytanie nie dotyczy ww. postępowania. Zamawiający przypomina, iż z własnej inicjatywy dokonał modyfikacji treści SIWZ poprzez wyłączenie przedmiotu zamówienia z niniejszego postępowania