

WSzSL/DZ/072-.../17

Legnica, 26-09-2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na „opracowanie projektu budowlano–wykonawczego wraz z realizacją zaprojektowanych na jego podstawie robót budowlanych mających na celu realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego i zakup wyposażenia medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”

znak sprawy (WSzSL/DZ-45/17)

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), wyjaśniam, co następuje:

**Pytanie nr 1-** W związku z omyłką pisarską w zakresie zadanych pytań dla lamp operacyjnych i zabiegowych (pakiet 1 i pakiet 2), polegającej na niezgodności w ilości DIOD w czaszy (zapytano o 136 diod zamiast 135), prosimy o dopuszczenie lamp w tych pakietach, które każdorazowo gdy mowa jest o 136 diodach posiadają 135 diod o ile spełniają pozostałe parametry SIWZ oraz zmiany wynikające z odpowiedzi z dnia 22.09.2017 r..

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane lampę, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w siwz.

Przy składaniu oferty, w wypełnianym Załączniku 3A należy powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie nr 2** W związku z rozbieżnymi odpowiedziami Zamawiającego, mającymi bardzo duży wpływ na oszacowanie przedmiotu zamówienia, prosimy o udzielenie dodatkowej odpowiedzi na pytanie dotyczące systemu integracji:

DOTYCZY odpowiedzi z dnia 22.09.17

W odpowiedzi na pytanie nr 271 Zamawiający podał, że integracji podlega 6 sal operacyjnych. Natomiast w odpowiedzi nr 130 Zamawiający potwierdził, że integracja dodatkowych dwóch sal endoskopowych jest częścią tego postępowania i oferent ma ją uwzględnić w budżecie. A to daje łącznie 8 sal (6 operacyjnych i 2 endoskopowe).

Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy Zamawiającego o jednoznaczną odpowiedź ile sal operacyjnych ma zostać zintegrowanych tj. 6 czy 8? Czy sale endoskopowe mają być w pełni wyposażone w system integracji jak sale operacyjne czy mają być tylko przygotowane (infrastruktura kablowa) pod rozbudowę systemu w późniejszym czasie, na co wskazywałaby odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 129.

W odpowiedzi na Pytanie: Integracji podlega 6 (sześć) sal operacyjnych, natomiast 2 sale endoskopowe mają zostać przygotowane przez Wykonawcę celem przyszłej integracji. W zakresie objętym niniejszym postępowaniem znajduje się położenie niezbędnego okablowania bez osprzętu.

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,  
DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy  
*mgr Krystyna Barcik*