Kwoty przeznaczone przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia				Oferta 1 - złożona przez Konsorcjum:Informermed Spółka z o.o, 61-626 Poznań, ul. Winogrady 118 (Lider) Usługi Budowlane " KOSBUD" Michał Kosmowski Ucikowo 58 B, 64-600 Oborniki			Ofert 2 - złożona przez Climamedic Spóła z o.o. Spółka komandytowa, ul. S Bodycha 73A, Reguły 05-816 Michałowice		
Oznaczenie	Przedmiot zamówienia	liczba kpl urządzeń	kwota na sfinansowanie zamówienia	Cena zaoferowana w ofercie 1	Okres Gwarancji i rękojmi w ofercie 1	Zaoferowane „Parametry użytkowo -techniczne"	Cena zaoferowana w ofercie 2	Okres Gwarancji i rękojmi w ofercie 2	Zaoferowane „Parametry użytkowo -techniczne"
Pakiet 1	Lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaszowe z kamerą w czaszy głównej -dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie	6	855 360,00 zł	1 049 760,00 zł	24 miesiące	pkt 5) Czasza główna posiadająca moduły swiatała z 135 punktami LED o natężeniu oświetlenia EC = 160 [kLux] z odległości 1 m; pkt 6) Czasza satelitarna posiadająca moduły swiatła z 135 punktami LED o natężeniu oświetlenia EC = 160 [kLux] z odległości 1 m; pkt 9) Zakres regulacji średnicy pola czaszy głównej d10:18-27 (cm); pkt 10) Zakres regulacji średnicy pola czaszy satelitarnej d10:18-27 (cm); pkt) 15 Wgłębność oświetlenia (L1+L2) lampy głównej i satelitarnej = 100 (cm); pkt 16) Współczynnik odwzorowania barw - Ra 99; pkt 32) Ilość pikseli 1920 x 1080i; pkt 33) Czułość 25 [Luks]	1 101 600,00 zł	24 miesiące	pkt 5) Czasza główna posiadająca moduły swiatała z 250 punktami LED o natężeniu oświetlenia EC = 160 [kLux] z odległości 1 m - nie dopuszcza się lam wyposażonych w matryce diodowe; pkt 6) Czasza satelitarna posiadająca moduły swiatła z conajmniej 135 punktami LED o natężeniu oświetlenia EC = 140 [kLux] z odległości 1 m - nei dopuszcza się lamp wyposażonych w matryce diodowe; pkt 9) Zakres regulacji średnicy pola czaszy głównej d10: 25-35 (cm); pkt 10) Zakres regulacji średnicy pola czaszy satelitarnej d10: 23-33 (cm); pkt) 15 Wgłębność oświetlenia (L1+L2) lampy głównej i satelitarnej 129 (cm); pkt 16) Współczynnik odwzorowania barw - Ra 95, pkt 32) Ilość pikseli 1920 x 1080i; pkt 33) Czułość 25 [Luks]
Pakiet 2	Lampy zabiegowe, standardowe do zabiegów endoskopowych -dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie	2	82 080,00 zł	140 400,00 zł	60 miesięcy	pkt 5) Czaszca posiadająca moduły swiatała z 135 punktami LED o natężeniu oświetlenia EC = 160 [kLux] z odległoici 1 m; pkt 7) Zakres regulacji średnicy pola: 18-27 (cm); pkt 11) Wgłębność oświetlenia (L1+L2) = 100 (cm); pkt 12) Współczynnik odwzorowania barw - Ra 99;	129 600,00 zł	24 miesiące	pkt 5) Czaszca posiadająca moduły swiatała z conajmniej 150 punktami LED o natężeniu oświetlenia EC = 140 [kLux] z odległości 1 m - nie dopuszcza sie lamp wyposażonych w matryce diodowe; pkt 7) Zakres regulacji średnicy pola: 23-33 (cm); pkt 11) W głębność oświetlenia (L1+L2) = 129 (cm); pkt 12) Współczynnik odwzorowania barw - Ra 95;
Pakiet 3	Kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczeń: 1.33 oraz 1.56 - dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie	2	43 565,04 zł	63 504,00 zł	60 miesięcy	pkt 4) Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: 2250 mm; pkt 5) Jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej (regulacja wysokości) w zakresie 60 cm. pkt 7) Pionowa głowica zasilająca o wysokosci 59 cm; pkt 11) Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obróconе pod kątem 45 st. w stosunku do osi wzdłużnej głowicy; pkt 16) Zamykane schowki na nadmiar kabli (2 szt.) mocowane pod półką za szufladą, z możliwoścla łatwego demontażu do czyszczenia. Korpus schowków wykonany z aluminium.	69 768,00 zł	24 miesiące	pkt 4) Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: 2250 mm; pkt 5) Jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej (regulacja wysokości) w zakresie 70 cm. pkt 7) Pionowa głowica zasilająca o wysokości 80 cm; pkt 11) Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obróconе pod kątem 45 st. w stosunku do osi wzdłużnej głowicy; pkt 16) Zamykane schowki na nadmiar kabli (2 szt.) mocowane pod półką za szufladą, z możliwoścla łatwego demontażu do czyszczenia. Korpus schowków wykonany z aluminium.
Pakiet 4	Kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczenia 1.36 – dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie	1	35 928,36 zł	66 960,00 zł	60 miesiące	Pkt 4) Dla zachowania odpowiedniej sztywności ramię w przekroju nie kwadratowe i nie prostopadłościenne: pkt 5) Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: 2500 mm. pkt 7) Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia, które można zawiesic na głowicy zasilającej kolumny): 270 kg; pkt 16) Pionowa głowica zasilająca o wysokości 1300 mm; pkt 21) Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obróconе pod katem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy; pkt 29) Zamykane schowki na nadmiar kabli (2 szt.) mocowane pod półką za szufladami, z możliwoścla łatwego demontażu do czyszczenia.	48 492,00 zł	24 miesiące	Pkt 4) Dla zachowania odpowiedniej sztywności ramię w przekroju nie kwadratowe i nie prostopadłościenne: pkt 5) Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: 2500 mm. pkt 7) Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia, które można zawiesic na głowicy zasilającej kolumny): 210 kg; pkt 16) Pionowa głowica zasilająca o wysokości 1250 mm; pkt 21) Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obróconе pod katem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy; pkt 29) Zamykane schowki na nadmiar kabli (min. 2 szt.) mocowane pod półką za szufladami, z możliwoścla łatwego demontażu do czyszczenia.
Pakiet 5	Kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczenia 1.39, 1.41 i 1.44 - dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie	3	102 886,20 zł	243 000,00 zł	60 miesięcy	pkt 3) Dla zachowania odpowiedniej sztywności ramię w przekroju nie kwadratowe i nie prostokątne; pkt 5) Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: 2250 mm; pkt 7) Jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy w zakresie 60 cm; pkt 8) Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny (180 kg); pkt 9) Pionowa głowica zasilająca o wysokości 1096 mm; pkt 14) Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obróconе pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy; pkt 23) Zamykane schowki na nadmiar kabli (2 szt.) mocowane pod półką, z możliwoścla łatwego demontażu, bez użycia narzędzi. Korpus schowków wykonany z aluminium.	123 120,00 zł	24 miesiące	pkt 3) Dla zachowania odpowiedniej sztywności ramię w przekroju nie kwadratowe i nie prostokątne; pkt 5) Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: 2250 mm; pkt 7) Jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy w zakresie 70 cm; pkt 8) Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny (180 kg); pkt 9) Pionowa głowica zasilająca o wysokości 1000 mm; pkt 14) Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obróconе pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy; pkt 23) Zamykane schowki na nadmiar kabli (min. 2 szt.) mocowane pod półką, z możliwością łatwego demontażu, bez użycia narzędzi. Korpus schowków wykonany z aluminium.
Pakiet 6	Kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczenia 1.47 - dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie	1	51 035,40 zł	81 000,00 zł	60 miesięcy	pkt 3) Dla zachowania odpowiedniej sztywności ramię w przekroju nie kwadratowe i nie prostokątne; pkt 5) Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: 2250 mm wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion; pkt 6) Jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy w zakresie 600 mm; pkt 7) Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): 150 kg; pkt 8) Pionowa głowica zasilająca o wysokości 1096 mm; pkt 11) Schowki z przodu głowicy, instalowane równolegle do siebie, na całej długości głowicy; pkt 14) Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obróconе pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy; pkt 23) Zamykane schowki na nadmiar kabli (2 szt.) mocowane pod półką, z możliwoścla łatwego demontażu, bez użycia narzędzi. Korpus schowków wykonany z aluminium.	41 040,00 zł	24 miesiące	pkt 3) Dla zachowania odpowiedniej sztywności ramię w przekroju nie kwadratowe i nie prostokątne; pkt 5) Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: 2250 mm wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion; pkt 6) Jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy w zakresie 700 mm; pkt 7) Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): 180 kg; pkt 8) Pionowa głowica zasilająca o wysokości 1000 mm; pkt 11) Dwa schowki na nadmiar rur i kabli umożliwiające ukrycie nadmiaru rur gazów medycznych, kabli elektrycznych i przewodów teletechnicznych montowane pod półkami; pkt 14) Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obróconе pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy; pkt 23) Zamykane schowki na nadmiar kabli (2 szt.) mocowane pod półką, z możliwoścla łatwego demontażu, bez użycia narzędzi. Korpus schowków wykonany z aluminium.
Pakiet 7	Kolumny anestezjologiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczeń: 1.33, 1.36, 1.39 , 1.41, ,1.44, 1.47, 1.56, 1.81 i 1.84 - dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie	9	322 197,48 zł	696 924,00 zł	60 miesięcy	pkt 5) Dla zachowania odpowiedniej sztywności ramię w przekroju nie kwadratowe i nieprostokątne; pkt 6) Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: 2000 mm; pkt 8) Jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy w zakresie 600 mm; pkt 9) Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatu do zniecznlania ogólnego i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): 180 kg; pkt 10) Pionowa głowica zasilająca o wysokości 1370 mm; pkt 15) Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obróconе pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy.	398 520,00 zł	24 miesiące	pkt 5) Dla zachowania odpowiedniej sztywności ramię w przekroju nie kwadratowe i nie prostokątne; pkt 6) Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: 2000 mm; pkt 8) Jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy w zakresie 700 mm; pkt 9) Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatu do zniecznlania ogólnego i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): 180 kg; pkt 10) Pionowa głowica zasilająca o wysokości 1500 mm; pkt 15) Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obróconе pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy.
Pakiet 8	Kolumny endoskopowe o podwyższonym standardzie, z ramieniem pod monitor LCD - przeznaczone do pomieszczeń: 1.81 i 1.84 - dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie	2	83 268,00 zł	125 280,00 zł	60 miesięcy	pkt 3) Dla zachowania odpowiedniej sztywności ramię w przekroju nie kwadratowe i nie prostopadłościenne: pkt 5) Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: 2000 mm; pkt 7) Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): 185 kg; pkt 17) Pionowa głowica zasilająca o wysokosci 1370 mm; pkt 21) Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obróconе pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy	95 472,00 zł	24 miesiące	pkt 3) Dla zachowania odpowiedniej sztywności ramię w przekroju nie kwadratowe i nie prostopadłościenne; pkt 5) Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: 2250 mm; pkt 7) Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): 140 kg; pkt 17) Pionowa głowica zasilająca o wysokosci 1500 mm; pkt 21) Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obróconе pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy
Pakiet 9	Sufitowe jednotski zasilające dla stanowisk POP - dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie	8	200 966,40 zł	466 560,00 zł	60 miesięcy	pkt 10) Punkty poboru gazów medycznych oraz gniazda elektryczne i teletechniczne pochylone względem płaszczyzny podłogi pod kątem 25 stopni; pkt 17) Udźwig wózka zawieszonego pod belką (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zamocowane na wózku): 150 kg;	256 608,00 zł	24 miesiące	pkt 10) Punkty poboru gazów medycznych oraz gniazda elektryczne i teletechniczne pochylone względem płaszczyzny podłogi pod kątem 28 stopni; pkt 17) Udźwig wózka zawieszonego pod belką (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zamocowane na wózku): 120 kg;
Pakiet 10	Stacja myjąca wózków transportowych i obuwia - dostawa, montaż, uruchomienie oraz szkolenie	1	762 480,00 zł	853 200,00 zł	60 miesięcy	pkt 7) System mycia i spłukiwania przemieszczający się w płaszczyźnie poziomej wyposażony w 22 dysze po każdej ze stron komory. Przezwbieżny system przesuwu ramion spryskujących po obydwu stronach komory. Pkt 13) Zbiornik roztworu myjacego poza obszarem komory myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażone w: a) grzałki parowe o mocy 55kW (wykonanie - stal kwasoodporwna), b) system kontroli poziomu oraz kontrolę temperatury; objętość zbiornika 300 litrów; pkt 14) Zbiornik wody płuczącej poza obszarem komory myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażone w: a) grzałki parowe o mocy 55kW (wykonanie - stal kwasoodporwna), b) system kontroli poziomu oraz kontrolę temperatury; objętość zbiornika 300 litrów; pkt 25) Zużycie wody na jeden proces składający się faz: mycia, dezynfekcji i płukania 20 litrow/cykl; czas trwania procesu składającego się z faz: mycia i dezynfekcji, płukania, suszenia - 7 min 30 s.; pkt 26) suszenie gorącym powietrzem. Wbudowany agregat suszący ogrzewany parowo: - wydajność tłoczenia powietrza 1800 m3/h, - silniki suszarki bezszczotkowe, - moc grzałek suszenia 33kW, - temperatura suszenia regulowana 60-110 st. C.; pkt 28) Hałas podczas mycia i suszenia maks. 65 dB.	464 400,00 zł	24 miesiące	pkt 7) System mycia i spłukiwania przemieszczający się w płaszczyźnie poziomej wyposażony w 10 dysz po każdej ze stron komory. Pkt 13) Zbiornik roztworu myjacego poza obszarem komory myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażone w: a) grzałki parowe o mocy 40kW (wykonanie - stal kwasoodporwna), b) system kontroli poziomu oraz kontrolę temperatury; objętość zbiornika minimum 300 - 350 litrów; pkt 14) Zbiornik wody płuczącej poza obszarem komory myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażone w: a) grzałki parowe o mocy 45kW (wykonanie - stal kwasoodporwna), b) system kontroli poziomu oraz kontrolę temperatury; objętość zbiornika 300-350 litrów; pkt 25) Zużycie wody na jeden proces składający się faz: mycia, dezynfekcji i płukania ponizej 25 litrow/cykl; czas trwania procesu składającego się z faz: mycia i dezynfekcji, płukania, suszenia -poniżej 8 min.; pkt 26) suszenie gorącym powietrzem. Wbudowany agregat suszący ogrzewany parowo: - wydajność tłoczenia powietrza powyżej 1800 m3/h, - silniki suszarki bezszczotkowe, - moc grzałek suszeniamin. 26 kW, - temperatura suszenia regulowana 60-110 st. C.; pkt 28) Hałas podczas mycia i suszenia poniżej 67 dB.
Łącznie urządzenia			**2 539 766,88 zł**	**3 786 588,00 zł**			**2 728 620,00 zł**		
Roboty budowlane			**12 488 469,80 zł**	**12 119 160,00 zł**			**20 244 380,00 zł**		
w tym z 23% VAT			10 615 881,06 zł	10 046 640,00 zł			17 819 304,00 zł		
w tym z 8% VAT			1 872 588,74 zł	2 072 520,00 zł			2 005 076,00 zł		
Dokumentacja projektowa, w tym ekspertyza			**252 682,80 zł**	**220 539,00 zł**			**420 000,00 zł**		
ŁĄCZNIE:			**15 280 919,48**	**16 126 287,00 zł**			**22 973 000,00 zł**		
KRYTERIA POZA CENOWE:									
Doświadczenie osoby objętej warunkiem udziału w postępowaniu skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (kierownika robót)				Zamawiający przyzna punkty w kryterium doświadczenie kierownika robót po zbadaniu oferty przez członków Komisji Przetargowej			Zamawiający przyzna punkty w kryterium doświadczenie kierownika robót po zbadaniu oferty przez członków Komisji Przetargowej		
Doświadczenie osób objętych warunkami udziału w postępowaniu wyznaczonych do opracowania dokumentacji projektowej				Zamawiający przyzna punkty w kryterium doświadczenie osób opracowujących dokumentację przetargowa po zbadaniu oferty przez członków Komisji Przetargowej			Zamawiający przyzna punkty w kryterium doświadczenie osób opracowujących dokumentację przetargowa po zbadaniu oferty przez członków Komisji Przetargowej		
Istotne elementy ocenne dotyczące urządzeń medycznych podlegających wbudowaniu na stałe				Zamawiający przyzna punkty w kryterium: istotne elementy ocenne dotyczące urządzeń medycznych podlegających wbudowaniu na stałe po zbadaniu oferty przez członków Komisji Przetargowej			Zamawiający przyzna punkty w kryterium: istotne elementy ocenne dotyczące urządzeń medycznych podlegających wbudowaniu na stałe po zbadaniu oferty przez członków Komisji Przetargowej		