



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**DOLNY  
ŚLĄSK**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 123** Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z kamerą z zoomem optyczny równym 6x

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza lampy z kamerą optyczną z zoomem 6x.

**Pytanie 124** Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze sterowaniem wszystkimi wymaganymi funkcjami kamery z dotykowego panelu ściennego oraz dodatkowo sterowaniem trybem zoom kamery z panelu na czaszy lampy?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Dotyczy Pakiet nr 2- Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - lampy zabiegowe, standardowe do zabiegów endoskopowych - 2 kpl.**

**Pytanie 125** Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową w której czasza posiada 12 źródeł świetlnych ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 126** Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji średnicy pola dla czaszy d10: 20 – 25 [cm]?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

**Pytanie 127** Pyt. 11 Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową w której jest możliwość ustawianie kształtu pola operacyjnego w postaci koła z możliwością regulacji średnicy tego koła?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 128** Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową gdzie głębokość oświetlenia ( $L1+L2$ ) = 110 [cm]?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 129** Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową bez regulacji temperatury barwowej lub z regulacją w zakresie 3900 - 5100°K.?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 130** Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z funkcją światła endoskopowego (oświetlenie otoczenia światłem zielonym o natężeniu 500 lx) zapewniająca bezpieczeństwo personelu w trakcie zabiegów endoskopowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy..

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i

znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Dotyczy Pakiet 3 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczeń: 1.33 oraz 1.56 - 2 kpl.**

**Pytanie 131** Czy Zamawiający dopuści kolumnę chirurgiczną w której regulacja wysokości głowicy jest realizowana poprzez ramię zmotoryzowane(ruch ramienia regulowany elektrycznie) zamiast ramienia regulowanego za pomocą sprężyny gazowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy..

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 132** Czy Zamawiający dopuści i będzie punktował jako rozwiązanie tożsame schowek na nadmiar kabli w postaci silikonowego nawijacza kabli z możliwością zamontowania w dowolnym miejscu na pionowych szynach z przodu lub z tyłu głowicy kolumny, nad lub pod półką z szufladą oraz z możliwością w dowolnym momencie samodzielnie przez użytkownika zmiany miejsca schowka.?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy..

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 133** Czy Zamawiający zgodzi się na przyznanie max ilości punktów tj 3 rozwiązaniu tożsamemu gdzie gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone są pod kątem 90 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy, ale za proponowane rozwiązanie nie przyzna punktów.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 134** Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarze 485mmx 450mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Dotyczy Pakiet 4 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczenia 1.36 - 1 kpl.**

**Pytanie 135** Czy Zamawiający dopuści wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby)

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy..

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 136** Czy Zamawiający dopuści dwuramienny wysięgnik dla monitora LCD mocowany do głowicy kolumny .Długość wysięgnika całkowita 700mm , gdzie jedno z ramion jest uchylne sprężyste i ma długość 300mm. Udźwig



wysięgnika 14 kg. Wysięgник wyposażony w uniwersalny uchwyt do mocowania monitorów LCD w standardzie VESA 100 i VESA 75 z możliwością mocowania monitorów o przekątnej min. 32”?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy..

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 137** Czy Zamawiający dopuści i będzie punktował jako rozwiązanie tożsame schowki na nadmiar kabli w postaci silikonowych nawijaczy kabli z możliwością zamontowania w dowolnym miejscu na pionowych szynach z przodu lub z tyłu głowicy kolumny, nad lub pod półką z szufladą oraz z możliwością w dowolnym momencie samodzielnie przez użytkownika zmiany miejsca tego schowka.?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 138** Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarze 485mmx 450mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy..

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 139** Czy Zamawiający dopuści drążek infuzyjny z uchwytem mocowany do bocznej ściany głowicy kolumny zapewniający odległość drążka od boku głowicy minimum 20 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 140** Czy Zamawiający zgodzi się na przyznanie max ilości punktów tj 3 rozwiązaniu tożsamemu gdzie gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone są pod kątem 90 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy, ale za proponowane rozwiązanie nie przyzna punktów.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 141** Czy Zamawiający dopuści dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w jednym, zorientowanym poziomo uchwycie zainstalowanych z przodu jednej z półek zawieszonych na kolumnie.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Dotyczy Pakiet 5 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczenia 1.39, 1.41 i 1.44 - 3 kpl.**

**Pytanie 142** Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarze 485mmx 450mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 143** Czy Zamawiający dopuści dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w jednym poziomym uchwycie zainstalowanym z przodu jednej z półek zawieszonych na kolumnie.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 144** Czy Zamawiający dopuści i będzie punktował jako rozwiązanie tożsame schowki na nadmiar kabli w postaci silikonowych nawijaczy kabli z możliwością zamontowania w dowolnym miejscu na pionowych szynach z przodu lub z tyłu głowicy kolumny, nad lub pod półką z szufladą oraz z możliwością w dowolnym momencie samodzielnie przez użytkownika zmiany miejsca tego schowka?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 145** Czy Zamawiający dopuści drążek infuzyjny z uchwytem mocowany do bocznej ściany głowicy kolumny zapewniający odległość drążka od boku głowicy minimum 20 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 146** Czy Zamawiający zgodzi się na przyznanie max ilości punktów tj 3 rozwiązaniu tożsamemu gdzie gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone są pod kątem 90 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy, ale za proponowane rozwiązanie nie przyzna punktów.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 147** Czy Zamawiający dopuści wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby)

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Dotyczy Pakiet 6 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczenia 1.47 - 1 kpl.**

**Pytanie 148** Czy Zamawiający dopuści i będzie punktował jako rozwiązanie tożsame schowki na nadmiar kabli w postaci silikonowych nawijaczy kabli z możliwością zamontowania w dowolnym miejscu na pionowych szynach z przodu lub z tyłu głowicy kolumny, nad lub pod półką z szufladą oraz z możliwością w dowolnym momencie samodzielnie przez użytkownika zmiany miejsca tego schowka?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**DOLNY  
ŚLĄSK**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowocenowego do składanej oferty.

**Pytanie 149** Czy Zamawiający dopuści przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w zorientowanym pionowo uchwycie zainstalowanym na ścianie głowicy.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowocenowego do składanej oferty.

**Pytanie 150** Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarze 485mmx 450mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowocenowego do składanej oferty.

**Pytanie 151** Czy Zamawiający dopuści dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w jednym poziomym uchwycie zainstalowanym z przodu jednej z półek zawieszonych na kolumnie.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowocenowego do składanej oferty.

**Pytanie 152** Czy Zamawiający dopuści drążek infuzyjny z uchwytem mocowany do bocznej ściany głowicy kolumny zapewniający odległość drążka od boku głowicy minimum 20 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowocenowego do składanej oferty.

**Pytanie 153** Czy Zamawiający dopuści wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby)

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowocenowego do składanej oferty.

**Dotyczy Pakiet 7 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - kolumny anestezjologiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczeń: 1.33, 1.36, 1.39, 1.41, 1.44, 1.47, 1.56, 1.81 i 1.84, - 9 kpl.**

**Pytanie 154** Czy Zamawiający dopuści wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowocenowego do składanej oferty.

**Pytanie 155** Czy Zamawiający dopuści przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w zorientowanym pionowo uchwycie zainstalowanym na ścianie głowicy.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 156** Czy Zamawiający dopuści przyciski do sterowania ruchem pionowym głowicy umieszczone w tym samym uchwycie, w którym są umieszczone przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 157** Czy Zamawiający zgodzi się na przyznanie max ilości punktów tj 3 rozwiązaniu tożsamemu gdzie gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone są pod kątem 90 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy, ale za proponowane rozwiązanie nie przyzna punktów.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 158** Czy Zamawiający dopuści obrotowy wysięgnik dwuramienny, w którym ramiona odpowiednio mają długość 1200 mm i 1000 mm (długość ramion mierzona w osiach obrotu)?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 159** Czy Zamawiający dopuści obrotowy wysięgnik dwuramienny, w którym ramiona odpowiednio mają długość 900 mm i 1000 mm (długość ramion mierzona w osiach obrotu)?

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie 160** Czy Zamawiający dopuści pionową głowicę zasilającą o wysokości 1000 mm? Głowica o takiej wysokości zapewnia prawidłowe i zgodne ze specyfikacją rozmieszczenie punktów poboru gazów medycznych i próżni oraz gniazd elektrycznych a także pozostałego wyposażenia opisanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanej głowicy.

**Dotyczy Pakiet 8 - Dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenie - kolumny endoskopowe o podwyższonym standardzie, z ramieniem pod monitor LCD - przeznaczone do pomieszczeń: 1.81 i 1.84, - 2 kpl.**

**Pytanie 161** Czy Zamawiający dopuści dwuramienny wysięgnik dla monitora LCD mocowany do głowicy kolumny. Długość wysięgnika całkowita 700mm, gdzie jedno z ramion jest uchylne sprężyste i ma długość 300mm. Udźwig wysięgnika 14 kg. Wysięgnik wyposażony w uniwersalny uchwyt do mocowania monitorów LCD w standardzie VESA 100 i VESA 75 z możliwością mocowania monitorów o przekątnej min. 32”?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**DOLNY ŚLĄSK**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 162** Czy Zamawiający dopuści przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w zorientowanym pionowo uchwycie zainstalowanym na ścianie głowicy.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 163** Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarze 485mmx 450mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 164** Czy Zamawiający dopuści schowki na nadmiar kabli w postaci silikonowych nawijaczy kabli z możliwością zamontowania w dowolnym miejscu na pionowych szynach z przodu lub z tyłu głowicy kolumny, nad lub pod półką z szufladą oraz z możliwością w dowolnym momencie samodzielnie przez użytkownika zmiany miejsca tego schowka.?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 165** Czy Zamawiający dopuści drążek infuzyjny z uchwytem mocowany do bocznej ściany głowicy kolumny zapewniający odległość drążka od boku głowicy minimum 20 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 166** Czy Zamawiający zgodzi się na przyznanie max ilości punktów tj 3 rozwiązaniu tożsamemu gdzie gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone są pod kątem 90 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy

**Pytanie 167** Czy Zamawiający dopuści wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy, ale za proponowane rozwiązanie nie przyzna punktów.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

#### **PYTANIA WYKONAWCY NR 7**

##### **Pakiet nr 1**

##### **lampy operacyjne o podwyższonym standardzie, dwuczaszowe z kamerą w czaszy głównej - 6 kpl.**

**Pytanie 168** Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z górną częścią obudowy wykonaną z aluminium w celu odprowadzania ciepła oraz dolną wykonaną z wysokiej jakości bezpiecznego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanej lampy.

**Pytanie 169** Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z 88 diodami LED dla każdej czaszy?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 170** Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego w zakresie od 16 do 33 cm dla obu czasz?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 171** Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z okrągłym kształtem pola operacyjnego?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 172** Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z głębokością oświetlenia (L1+L2) równą 120 cm dla obu czasz?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie wymaga - ale dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 173** Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3000 – 5000°K w 5 krokach?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 174** Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z funkcją endoskopową o natężeniu 8% Ec co jest parametrem minimalnie różnym od wymaganego?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 175** Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z obrotem ramion czaszy z kamerą wokół osi pionowej o 360° z blokadą chroniącą przewody sygnałowe w ramionach lampy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza lampy posiadającej wyżej opisane rozwiązanie.

**Pytanie 176** Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z kamerą sterowaną z panelu przy lampie funkcjami takimi jak: powiększenie/pomniejszenie, wyostrenie obrazu automatyczne, jasność automatyczna, balans bieli automatyczny, stop klatka, włączenie i wyłączenie kamery?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i





Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



DOLNY  
ŚLĄSK

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

### **Pakiet nr 2 lampy zabiegowe, standardowe do zabiegów endoskopowych - 2 kpl.**

**Pytanie 177** Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z górną częścią obudowy wykonaną z aluminium w celu odprowadzania ciepła oraz dolną wykonaną z wysokiej jakości bezpiecznego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej lampy.

**Pytanie 178** Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z 88 diodami LED?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 179** Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego w zakresie od 16 do 33 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 180** Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z okrągłym kształtem pola operacyjnego?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 181** Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z głębokością oświetlenia (L1+L2) równą 120 cm dla obu czasz?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 182** Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3000 – 5000°K w 5 krokach?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 183** Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z funkcją endoskopową o natężeniu 8% Ec co jest parametrem minimalnie różnym od wymaganego?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

### **Pakiet nr 3**

**kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczeń: 1.33 oraz 1.56 - 2 kpl.**

**Pytanie 184** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z regulacją wysokości głowicy regulowaną za pomocą silnika elektrycznego co jest rozwiązaniem nowocześniejszym i wygodniejszym od wymaganego?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

#### **Pakiet nr 4**

##### **kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczenia 1.36 - 1 kpl.**

**Pytanie 185** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę ze schowkiem na nadmiar kabli montowanym pod półką?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 186** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z jedną szyną okalającą kolumnę z trzech stron zamiast trzech oddzielnych szyn?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie wymaga - ale dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 187** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z uchwytem do drążka infuzyjnego mocowanym do pionowej szyny montażowej na kolumnie zapewniające odległość drążka od boku kolumny 30 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

#### **Pakiet nr 5**

##### **kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczenia 1.39, 1.41 i 1.44 - 3 kpl.**

**Pytanie 188** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę ze schowkiem na nadmiar kabli montowanym pod półką?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 189** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z jedną szyną okalającą kolumnę z trzech stron zamiast trzech oddzielnych szyn?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 190** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z uchwytem do drążka infuzyjnego mocowanym do pionowej szyny montażowej na kolumnie zapewniające odległość drążka od boku kolumny 30 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.



Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

#### **Pakiet nr 6**

##### **kolumny chirurgiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczenia 1.47 - 1 kpl.**

**Pytanie 191** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę ze schowkiem na nadmiar kabli montowanym pod półką?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 192** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z jedną szyną okalającą kolumnę z trzech stron zamiast trzech oddzielnych szyn?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 193** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z uchwytem do drążka infuzyjnego mocowanym do pionowej szyny montażowej na kolumnie zapewniające odległość drążka od boku kolumny 30 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

#### **Pakiet nr 7**

##### **kolumny anestezjologiczne o podwyższonym standardzie - przeznaczone do pomieszczeń: 1.33, 1.36, 1.39, 1.41, 1.44, 1.47, 1.56, 1.81 i 1.84, - 9 kpl.**

**Pytanie 194** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę ze schowkiem na nadmiar kabli montowanym pod półką?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 195** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z jedną szyną okalającą kolumnę z trzech stron zamiast trzech oddzielnych szyn?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 196** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z wysięgnikiem do drążka infuzyjnego dwuramiennym, obrotowym o zasięgu 60 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i

znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pakiet nr 8 kolumny endoskopowe o podwyższonym standardzie, z ramieniem pod monitor LCD - przeznaczone do pomieszczeń: 1.81 i 1.84, - 2 kpl.**

**Pytanie 197** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z jedną szyną okalającą kolumnę z trzech stron zamiast trzech oddzielnych szyn?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 198** Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z uchwytem do drążka infuzyjnego mocowanym do pionowej szyny montażowej na kolumnie zapewniające odległość drążka od boku kolumny 30 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pakiet nr 9 sufitowe jednostki zasilające dla stanowisk POP - 8 kpl.**

**Pytanie 199** Czy Zamawiający dopuści do postępowania sufitową jednostkę zasilającą z belką o przekroju 560 x 215 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 200** Czy Zamawiający dopuści do postępowania sufitową jednostkę zasilającą wyposażoną w oświetlenie ogólne umieszczone na dole belki, oświetleniem nocnym mieszczonym na górze belki oraz oświetleniem pacjenta do badań w postaci lampki mocowanej do szyny sprzętowej z giętkim ramieniem?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie 201** Czy Zamawiający dopuści do postępowania sufitową jednostkę zasilającą wyposażoną w półki o wymiarze 430 x 480 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Nadto informujemy, że Zamawiający koryguje udzielone w dniu 13-11-2017 r. (znak pisma WSzSL/DZ/072-757/17) odpowiedzi na Pytania nr 18, 27 i 46, które otrzymują następujące brzmienie:**

**Pytanie nr 18:** Czy Zamawiający dopuszcza lampę z czaszami w których regulacja płamy świetlnej w polu operacyjnym mieściła się w przedziale min 16 cm max 23 cm ? Ograniczenie regulacji płamy świetlnej 25 -35 cm dla czaszy głównej i 23-33 cm dla pomocniczej powoduje, że oświetlenie głębokiego pola operacyjnego przy zabiegach małoinwazyjnych może być niewystarczające.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



DOLNY  
ŚLĄSK

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie nr 27:** Czy Zamawiający dopuszcza lampę z czaszami, w których regulacja płamy świetlnej w polu operacyjnym mieściła się w przedziale min 16 cm max 23 cm? Ograniczenie regulacji płamy świetlnej 23-33 cm powoduje, że oświetlenie głębokiego pola operacyjnego przy zabiegach małoinwazyjnych może być niewystarczające.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Pytanie nr 46:** Czy Zamawiający dopuszcza lampę z czaszami w których regulacja płamy świetlnej w polu operacyjnym mieściła się w przedziale min 16 cm max 23 cm? Ograniczenie regulacji płamy świetlnej 25 -35 cm dla czaszy głównej i 23-33 cm dla pomocniczej powoduje, że oświetlenie głębokiego pola operacyjnego przy zabiegach małoinwazyjnych może być niewystarczające.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy, w wypełnianym Załączniku 3A, powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza asortymentowo-cenowego do składanej oferty.

**Informujemy, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

Ponadto zawiadamiamy, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, który zostaje wyznaczony na **30-11-2017 r.**

**Z poważaniem,**

mgr Krystyna Barcik  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy

