

Legnica, dnia 7 stycznia 2019 roku

**PYTANIA I ODPOWIEDZI (II) DO KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA
WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY WRAZ Z
WYNAJĘCIEM POMIESZCZEŃ
K/NR 46/2018**

W związku z nadesłanymi zapytaniem, wyjaśniam co następuje:

Zapytanie 1

Proponujecie Państwo zainstalowanie 3 aparatów Rtg. W odpowiedzi z dnia 27 grudnia wskazaliście Państwo pomieszczenia na trzy pracownie radiologiczne w tym pomieszczenie 36 w budynku 1A. Zgodnie z planami architektonicznymi, które stanowią załącznik do swk jest to pomieszczenie sterowni o powierzchni około 6 m2. Czy nie jest to pomyłka a jeżeli tak to uprzejmie proszę wskazać odpowiednie pomieszczenie pod 3. pracownię rtg.

Odpowiedź

Zgodnie z opisem widniejącym w planie pomieszczeń zamieszczonym w materiałach konkursowych, dwie pracownie rtg w bud. 1A i 1C nr pomieszczeń 35 i 36 oraz 37 i 38.

Zapytanie 2

Uprzejmie proszę o wskazanie na planie dwóch pomieszczeń dedykowanych dla dwóch pracowni tomografii komputerowej?

Odpowiedź

Zgodnie z paragrafem 11 projektu umowy, Udzielający zamówienia oddaje w najem pomieszczenia w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, a Przyjmujący zamówienie przejmuje te pomieszczenia, przy czym pomieszczenia te przeznaczone są na utworzenie m. in. pracowni tomografii komputerowej, zatem na Przyjmującym zamówienie ciąży obowiązek stosownego dostosowania tych pomieszczeń do zakresu realizowanych zadań, określonych w umowie. W przypadku wykazania przez potencjalnego wykonawcę zamówienia, że nie jest możliwe zrealizowanie tych zadań (zainstalowanie drugiego tomografu) na powierzchni obecnie przeznaczonej pod wynajem, istnieje możliwość przekazania w najem dodatkowej powierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie przekazywanego obszaru, tj. pomieszczenia nr 59 i 60 (ok. 40m2), ewentualnie nr 61 i 62 (ok. 20m2).

Zapytanie 3

Czy aparat tomografii komputerowej 128 warstwowy i 64 rzędowy spełnia warunki specyfikacji konkursu biorąc pod uwagę: System 64-ro rzędowy spełnia wszystkie wymagania MZ i NFZ w zakresie wszystkich rodzajów badań łącznie z badaniami funkcjonalnymi serca. System 64-ro rzędowy pozwala na wykonywanie wszystkich rodzajów badań łącznie z badaniami dynamicznymi i kardiologicznymi. Szybkość i przepustowość systemów 64 rzędowych jest wystarczająca do wykonania nawet ponad 100 pacjentów dziennie. Systemy min. 128 rzędowe są głównie dedykowane do zaawansowanych badań kardiologicznych (badania pacjentów z wysokim tętnem, arytmia oraz badania kardiologiczne dzieci itp.)Systemy min. 128 rzędowe są około dwukrotnie droższe od systemów 64 -ro rzędowych.

Odpowiedź

Organizator konkursu po raz kolejny informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę parametrów tomografu komputerowego określonego w konkursie.

Zastępca Dyrektora ds Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

dr n.med Andrzej Hap