

WSzSL/DZ/072-804/17

Legnica, 30-11-2017 r.

**Do zainteresowanych**

**INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO WRAZ Z REALIZACJĄ ZAPROJEKTOWANYCH NA JEGO PODSTAWIE ROBÓT BUDOWLANYCH MAJĄCYCH NA CELU REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BLOKU OPERACYJNEGO I ZAKUP WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W LEGNICY”**

**Znak sprawy : WSzSL/DZ-45A/17**

W nawiązaniu do Pytań i odpowiedzi (znak pisma WSzSL/DZ/072-786/17) z dnia 15-11-2017 r. Zamawiający informuje, iż koryguje omyłkę pisarską, którą popełnił przepisując treść nw. zadanych pytań:


- 1) w **Pytaniu 90** zamiast cyt.: “(...) 135 punktami led (...)” Zamawiający wpisał omyłkowo “(...) 136 punktami led”.
- 2) w **Pytaniu 91** zamiast cyt.: “(...) 135 punktami led (...)” Zamawiający wpisał omyłkowo “(...) 136 punktami led”.
- 3) w **Pytaniu 104** cyt.: “(...) 135 punktami led (...)” Zamawiający wpisał omyłkowo “(...) 136 punktami led”.

Nadto, w **Pytaniu 92** zabrakło części zadanego przez Wykonawcę Pytania (pogrubiona i podkreślona poniżej), które w całości brzmi:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym zakres regulacji średnicy pola czaszy głównej d10 wynosi 18 - 27 [cm] jeśli oferowana lampa operacyjna będzie gwarantowała bardzo wysokie odwzorowanie barwy czerwonej R9 = 99 oraz bardzo wysokie odwzorowaniu barwy światła słonecznego Ra = 99?

Za ww omyłki pisarskie przepraszamy.

Z poważaniem,

  
DIREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy  
mgr Krystyna Barcik