

**Przetarg nieograniczony na dostawę kardiomonitorów parametrów podstawowych
na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, znak sprawy WSzSL/DZ-72/17**

	ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - otwarcie 4.12.2017r.		OFERTA NR 1
lp	KWOTA NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:	kryteria oceny ofert	BIAMEDITEK Sp. Z o. o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok
1	32 868,18	CENA OFERTY w PLN	34 830,00
		PARAMETRY UŻYTKOWO-TECHNICZNE	<p>Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie 5 kg; Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli; Jednoczesna prezentacja na ekranie do 11 krzywych dynamicznych; Detekcja stymulatora z zaznaczeniem na krzywej;</p> <p>Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji; Obsługa kardiomonitora przez ekran dotykowy oraz przy pomocy pokręteł i przycisków;</p> <p>Monitor wyposażony w funkcje analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów);</p> <p>Monitor wyposażony w funkcję analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów);</p> <p>Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC);</p> <p>Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC);</p> <p>Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską Bene Vision CMS gotową do współpracy z systemami monitorowania Bene Vision serii N wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; BIS; NMT; EEG; ScvO2;</p>
		OKRES GWARANCJI I REKÓJMI w miesiącach	36

Zamawiający uprzejmie przypomina, że zgodnie z Rozdziałem VII pkt 1.3. siwz oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja Zamówień Publicznych

Marta Kropiwnicka