

Do wszystkich zainteresowanych:

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ
KARDIOMONITORÓW PARAMETRÓW PODSTAWOWYCH
NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
znak sprawy WSzSL/DZ-72/17

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 12.12.2017r. dokonał czynności wyboru ofert najkorzystniejszych w ww. postępowaniu.

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ tj.

Cena - 50 %

Parametry użytkowo-techniczne – 40 %

Okres gwarancji i rękojmi – 10%

Zamawiający **dokonał wyboru** oferty spełniającej wymagania określone w SIWZ, niżej wymienionego Wykonawcy:

Nr Oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	cena w PLN	Parametry użytkowo-techniczne	Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach
1	BIAMEDITEK Sp. Z o. o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok	34 830,00	Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie 5 kg; Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli; Jednoczesna prezentacja na ekranie do 11 krzywych dynamicznych; Detekcja stymulatora z zaznaczeniem na krzywej; Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji; Obsługa kardiomonitora przez ekran dotykowy oraz przy pomocy pokręteł i przycisków; Monitor wyposażony w funkcje analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów); Monitor wyposażony w funkcję analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów); Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC); Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC); Kardiomonitor	36

			przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarstwa Bene Vision CMS gotową do współpracy z systemami monitorowania Bene Vision serii N wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; BIS; NMT; EEG; ScvO2;	
--	--	--	---	--

Streszczenie oceny złożonych ofert

Nr Oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Punkty przyznane w kryterium Cena	Punkty przyznane w kryterium Parametry użytkowo-techniczne	Punkty przyznane w kryterium Okres gwarancji i rękojmi	Razem przyznane punkty
1	BIAMEDITEK Sp. Z o. o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok	50,00	40,00	10,00	100,00

Zamawiający informuje, że:

- 1) nie wykluczył Wykonawców,
- 2) nie odrzucił ofert Wykonawców,
- 3) nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów,
- 4) nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów
- 5) nie unieważnił postępowanie.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekazuje Wykonawcom drogą elektroniczną, oraz udostępnia na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

mgr Krystyna Barcik

[Handwritten signature]