

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ WYKONANIA PRZEGLĄDÓW
TECHNICZNYCH I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO**

Znak sprawy: WszSL/DZ-05/18

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), wyjaśniam co następuje:

PYTANIA WYKONAWCY NR 1

Pytanie nr 1

Zgodnie z zapisami instrukcji serwisowej aparatu do znieczulania Primus do przeprowadzenia procedury przeglądowej wymagane jest użycie specjalistycznego oprogramowania serwisowego.

Czy w celu potwierdzenia posiadania takiego oprogramowania serwisowego będzie wymagał przedstawienia wydruku z programu „ServiceConnect” (program administrujący prawami dostępu do programów serwisowych) z listą użytkowników programu serwisowego, którzy są w dyspozycji składającego ofertę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa takich wymagań. Zgodnie z treścią Rozdziału VII SIWZ w pkt 4.2 wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego, iż podmiot który będzie wykonywał usługę posiada autoryzację producenta na świadczenie usług objętych zamówieniem lub świadectwo przeszkolenia przez producenta urządzeń podlegających przeglądowi, uprawniające do wykonywania zamawianych usług zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

Jeżeli realizacja przedmiotu zamówienia prowadzić będzie do czynności, w wyniku których strony umowy uzyskają dostęp do danych osobowych, to Zamawiający przygotowuje odrębną umowę o przetwarzaniu danych osobowych, a strony umowy będą zobowiązane do jej podpisania.

1. Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
mgr Krystyna Barcik

On