

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dotyczy:**

**Postępowania przetargowego na „ Dostawę odczynników do wykonywania badań w technice ELISA i Western blot”.**

**znak sprawy: WSzSL/DZ-31/18**

**W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2017. 1579 ze zm), wyjaśniam co następuje:**

**Dotyczy: Rozdział XVII. Projekt umów**

**Pytanie 1**

(§ 5 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

**W odpowiedzi na pytanie: Są to zmiany nieistotne, Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzenia ich do projektu umowy.**

**Pytanie 2**

(§ 5 ust. 1) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający określił dopuszczone zmiany w § 5 projektu umowy.**

**Pytanie 3**

(§ 5 ust. 6) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 4**

(§ 5 ust. 6) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 5**

(§ 2 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy ze znakiem „PILNE” na 2 dni robocze?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 6**

(§ 6 ust. 1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw (specyfikacje produktów, MSDS) w formie elektronicznej?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający w podanej w tabeli A, zał. 2A w kolumnie E podając maksymalną ilość oznaczeń uwzględnił w niej dodatkowe oznaczenia na kalibrację i kontrolę? Jeśli nie, to w celu prawidłowej kalkulacji oferty prosimy o podanie serii oznaczeń dla testów ELISA wykonywanych z każdej płyty mikrotitracyjnej.

W takim przypadku, czy Zamawiający wyrazi również zgodę na zmianę maksymalnej ilości oznaczeń w kolumnie E uwzględniając dodatkowe oznaczenia na kalibrację i kontrolę?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie uwzględnił w ilościach badań – kalibratorów oraz kontroli.**

**Informujem, iż badania wykonujemy w seriach:**

**Borelia IgG/IgM po 40 oznaczeń – w serii**

**Mycoplasma IgG- 10 oznaczeń– w serii**

**Mycoplasma IgM – 10 oznaczeń – w serii**

**Chlamydia Tracheomatis IgG- 5 oznaczeń – w serii**

**Chlamydia Tracheomatis IgM- 5 oznaczeń – w serii**

**Chlamydia Pneumoniae IgG- 5 oznaczeń – w serii**

**Chlamydia Pneumoniae IgM- 5 oznaczeń – w serii**

**Zamawiający wymaga uwzględnienia tych ilości zgodnie z metodyką badań oraz GLP obowiązującą w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.**

**Pytanie 8**

Czy wymagając w dzierżawę „wstrząsarkę” opisaną w tabeli C, pkt. 2, Zamawiający ma na myśli kołyskę laboratoryjną do testów wymienionych w pozycji 13 i 14 tabeli A?

**W odpowiedzi na pytanie: Tak.**

**Pytanie 9**

Do odczytu wyników wymaganych testów ELISA konieczny jest czytnik mikropłytek z oprogramowaniem. Czy Zamawiający posiada własne urządzenie czy wymaga je dodatkowo w dzierżawę? Jeśli Zamawiający posiada własny czytnik prosimy o podanie jego modelu/oprogramowania do oceny możliwości wprowadzenia metodyk oferowanych testów.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga dostarczenia czytnika mikropłytek wraz z oprogramowaniem.**

**UWAGA**

1. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 18-07-2018 roku.
2. Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
3. Modyfikację Zamawiający wprowadził w Załączniku 2A czcionką koloru czerwonego.

**Z poważaniem,**

