

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Dostawy rękawic nitrylowych”.

znak sprawy: WSzSL/DZ-36/18

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2017. 1579 ze zm), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 wyrazi zgodę na wycenę rękawic o grubości na końcach palców 0,08mm; grubości na dłoni 0,07mm; sile zrywu wynoszące 6N przed i po starzeniu oraz AQL <1,5?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 wyrazi zgodę na wycenę rękawic o wartości siły zrywu 9N przed starzeniem i 6N po starzeniu; AQL <1,5; rozmiary S-XL?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 wyrazi zgodę na wycenę rękawic pakowanych x100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych poziom AQL 1,5, grubość na palcu 0,08mm, na dłoni 0,07mm i na mankiecie 0,05mm. Siła zrywania przed i po starzeniu 6N.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy odpowiednie oznaczenie potwierdzające spełnienie zgodności z normami EN 420, EN 455, ASTM F 1671, EN 388, EN 374 oraz piktogram dopuszczenia do kontaktu z żywnością winny być umieszczone fabrycznie na opakowaniu?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający w SIWZ określił informacje których oczekuje na opakowaniu.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe o nieznacznej różnicy w grubości - palec 0,10 mm ($\pm 0,01$), dłoń - 0,08mm ($\pm 0,01$), mankiet - 0,06mm ($\pm 0,01$), co wpływa korzystnie na poziom czucia i komfort pracy użytkownika?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe o sile zrywu przed starzeniem min. 6,9N (średnia 7,8N), po starzeniu min. 6,5N (średnia 7,6N)?

Pragniemy nadmienić, że zgodnie z zharmonizowaną normą EN 455 – 2 z dyrektywą o wyrobach medycznych, minimalna siła zrywu dla rękawicy chirurgicznej wynosi 6,0 N.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane rękawice posiadały odporność (min. 30min.) na środki dezynfekcyjne i alkohole powszechnie stosowane w dezynfekcji – etanol i izopropanol o stężeniu min. 70% potwierdzone raportami z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane rękawice spełniały w całości normę EN 374 – 1,2,3, co oznacza, że są odporne na przenikanie min 3 substancji chemicznych pochodzących z listy badanych substancji podanej w załączniku A przez co najmniej 30 min, co gwarantuje pełną ochronę i bezpieczeństwo personelu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe o nieznaczej różnicy w grubości - palec 0,12 mm ($\pm 0,02$), dłoń - 0,07mm ($\pm 0,02$), mankiet – 0,06mm ($\pm 0,02$)?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe o poziomie AQL 1,5?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe o sile zrywu przed starzeniem min. 6,3N, po starzeniu 6,0N?

Pragniemy nadmienić, że zgodnie z zharmonizowaną normą EN 455 – 2 z dyrektywą o wyrobach medycznych, minimalna siła zrywu dla rękawicy chirurgicznej wynosi 6,0 N.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe w opakowaniach jednostkowych a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 72 000 op.?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie 14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy podając ilości rękawic miał na myśli 36000 sztuk czy też 36000 op. a 200 sztuk?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga zgodnie z ilością wskazaną w Załączniku 2A – 36000 opakowań po 200 sztuk lub dokonując odpowiednich przeliczeń (patrz odpowiedź na pytanie nr 3, 13 oraz 23).

Pytanie 15

Prosimy o dopuszczenie grubości rękawic w strefie palca 0,10-0,11mm, dłoni i mankietu min. 0,05mm.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16

Prosimy o dopuszczenie siły zrywu rękawic przed i po starzeniu min. 6N.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17

Prosimy o dopuszczenie rękawic z poziomem AQL=1,5.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne niesterylne nitrylowe o parametrach:

- 1) wykonane z nitrylu – bezpudrowe,
- 2) kształt uniwersalny, mankiet rolowany;
- 3) powierzchnia zewnętrzna na końcach palców teksturowana o grubości $\geq 0,14$ mm,
- 4) długość rękawicy 240 mm,
- 5) grubość rękawicy w części dłoni $\geq 0,12$ mm,
- 6) grubość na mankiecie $\geq 0,10$ mm,
- 7) siła zrywu przed starzeniem 7,0-7,5 N i po starzeniu 7,0-7,5 N. AQL:1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu),
- 8) oznaczone znakiem CE,
- 9) zgodne z wymaganiami normy EN 455-1-2-3-4,
- 10) zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III,
- 11) przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374 z wyłączeniem punktu 3
- 12) przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671,
- 13) rozmiary w przedziale XS-XL.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19

dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy słowa „0,5% wartości złożonego zamówienia brutto” zostały zastąpione słowami „0,5% wartości niedostarczonego towaru”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt.3) wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 6 ust. 1 lit. c) wzoru umowy?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23

Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a'100szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.

W odpowiedzi na pytanie. Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niesterylnych nitrylowych rękawic diagnostycznych o grubości na palcach 0,11 mm, o grubości na dłoni 0,07, o grubości na mankiecie 0,05, o sile zrywu 7,6N (brak

W odpowiedzi na pytanie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

2. Zamawiający wskazuje, iż przy składaniu oferty w formularzu ofertowym, w kolumnie „jednostka miary” należy, dokładnie określić wielkość opakowania i zmienić odpowiednio liczbę opakowań, a także powołać się na numer pozytywnie udzielonej odpowiedzi.

Z poważaniem,

14.04.2015
 ... Szkoła Sztuki
 ...
 ...
 ...