

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: Postępowania przetargowego na „ Dostawy gazów medycznych i niemedycznych”.

znak sprawy: WSzSL/DZ-39/18

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2017. 1579 ze zm), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1.

W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi z dnia 17.07.2018r i wprowadzonych zmian prosimy, w przypadku gdy dostarczone butle będą kompatybilne z posiadanymi przez Państwa reduktorami, o dopuszczenie zaoferowania tlenu azotu w azocie bez dodatkowego wyposażania butli w reduktory.

Wprowadzenie powyższych zmian do specyfikacji i umowy umożliwi nam złożenie oferty oraz równorzędną współpracę Wykonawcy i Zamawiającego przy realizacji zamówienia.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie zaproponowanych butli, kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego reduktorami. Zamawiający posiada reduktory Linde typ C200-M605. Jednocześnie informujemy, iż nie dopuszcza się stosowania żadnych redukcji.

Ponadto wskazujemy, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

UWAGA

1. Powyższa odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

2. W formularzu asorymentowo-cenowym, we wszystkich Pakietach w nagłówku kolumny”J”, zostaje skorygowany błędny zapis dotyczący oferowanego terminu dostawy, zgodnie z siwz winno być „(do-2 dni roboczych lub do 5 dni roboczych)”. Za omyłkę przepraszamy.

Z poważaniem,

