

**Do wszystkich zainteresowanych  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
na dostawę produktów leczniczych, produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii oraz wyrobów  
medycznych**

**Dotyczy: postępowania o numerze sprawy: WSzSL/DZ-52/18**

**W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2015.2164 ze zm), wyjaśniam co następuje:**

**Dotyczy Pakietu nr 8 -Wózek do przewozu chorych – 2 zestawy**

**Pytanie 1-Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 85cm?**

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 2-Czy Zamawiający dopuści uchwyty do prowadzenia po obu stronach wózka (od strony nóg i głowy) umiejscowione tak ergonomicznie, że nie wymagają składania?**

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 3-Czy Zamawiający dopuści bardziej stabilne i wytrzymałe podwójne koła o średnicy 150 mm?**

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 4- Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości leża w zakresie 67 - 99 cm?**

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Dotyczy -Pakiet 3- Tabela A -Defibrylatory AED - 11 – kompletów**

**Pytanie 5- Dotyczy zapisu: Podgląd krzywej ekg z możliwością ustawienia wzmocnienia w zakresie: min. 0,25-4 cm/mV oraz AUTO.**

Czy Zamawiający dopuści półautomatyczny defibrylator AED ze stałą wartością wzmocnienia wyświetlana na ekranie defibrylatora AED ? Wartość stała wzmocnienia krzywej ekg jest dobrana w sposób optymalny do wielkości ekranu defibrylatora tak, aby odczyt przez operatora był jasny i czytelny. Możliwość ustawienia zmiany zakresu wzmocnienia krzywej ekg jest możliwy w programie do edytowania i analizowania rekordów pacjenta z zapisu zdarzeń i pamięci defibrylatora. Program jest dostarczany wraz z defibrylatorem. W programie krzywa ekg jest definiowana przez parametry: czas, częstotliwość i wzmocnienie w zakresach: 125-12.5 mm/sek. i 5-20mm/mV. Wszystkie wielkości i możliwość ich regulacji w podanych zakresach powodują, iż analiza jest dokładna i wystarczająca, aby prawidłowo ocenić stan danego pacjenta przez lekarza. Proszę zwrócić uwagę, iż Zamawiający premiuje czysto technologiczne rozwiązanie skutecznie ograniczając zasadę konkurencyjności. Prosimy o zmianę parametru i dopuszczenie naszego defibrylatora do postępowania tak, aby nasza firma mogła złożyć Zamawiającemu ważną ofertą. Zapis o uczciwej konkurencji opisany został w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 20 lipca 2017 w rozdziale 2 art. 29. Pkt. 2 „, Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6- Dotyczy zapisu: Możliwość rozbudowy o czujnik monitorowania głębokości uciśnięć z wyświetlaniem parametrów na ekranie defibrylatora.**

Czy Zamawiający zrezygnuje punktacji w punkcie: „Możliwość rozbudowy o czujnik monitorowania głębokości uciśnięć z wyświetlaniem parametrów na ekranie defibrylatora.” i zastosuje wyłącznie opis TAK/NIE ? Proszę zwrócić uwagę, iż Zamawiający premiuje czysto technologiczne rozwiązanie skutecznie ograniczając zasadę konkurencyjności. Prosimy o zmianę parametru i dopuszczenie naszego defibrylatora do postępowania tak, aby nasza firma mogła złożyć Zamawiającemu ważną ofertą. Zapis o uczciwej konkurencji opisany został w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 20 lipca 2017 w rozdziale 2 art. 29. Pkt. 2 „, Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 7- Dotyczy zapisu pkt 10: Energia defibrylacji w trybie AED min. od 10 do 360 J. Od 10-100 dla dzieci, od 100-360J dla dorosłych.**

Czy Zamawiający dopuści półautomatyczny defibrylator AED, który posiada energię defibrylacji w trybie AED w zakresie od 50 do 360 J. Od 50J dla dzieci, od 50-360J dla dorosłych ?

Proszę zwrócić uwagę, iż Zamawiający premiuje czysto technologiczne rozwiązanie skutecznie ograniczając zasadę konkurencyjności. Prosimy o zmianę parametru i dopuszczenie naszego defibrylatora do postępowania tak, aby nasza firma mogła złożyć Zamawiającemu ważną ofertą. Zapis o uczciwej konkurencji opisany został w ustawie Prawo

Zamówień Publicznych z dnia 20 lipca 2017 w rozdziale 2 art. 29. Pkt. 2 „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowany defibrylator modyfikując jednocześnie siwz.**

**Pytanie 8 -Dotyczy zapisu pkt 11:** Programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji dla dzieci i odrębnie dorosłych.

Czy Zamawiający dopuści półautomatyczny defibrylator AED, który posiada programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji dla dorosłych ? Dla dzieci wartość energii jest stała , zatem regulacja wartości jest zbędna.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowany defibrylator modyfikując jednocześnie siwz.**

**Pytanie 9-Dotyczy zapisu:** Czas ładowania do energii 200J max. 5 sekund

Czy Zamawiający dopuści półautomatyczny defibrylator AED, którego czas ładowania do energii 200J jest opisany w parametrach technicznych poniżej 9 sekund ?

Proszę zwrócić uwagę, iż Zamawiający premiuje czysto technologiczne rozwiązanie skutecznie ograniczając zasadę konkurencyjności. Prosimy o zmianę parametru i dopuszczenie naszego defibrylatora do postępowania tak, aby nasza firma mogła złożyć Zamawiającemu ważną ofertą. Zapis o uczciwej konkurencji opisany został w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 20 lipca 2017 w rozdziale 2 art. 29. Pkt. 2 „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”.  
**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 10 - Dotyczy zapisu pkt. 18 -** Eksport danych na pamięć typu pendrive przez port USB

Czy Zamawiający dopuści półautomatyczny defibrylator AED, gdzie eksport danych odbywa się na pamięć typu flash przez czytnik i port USB ? Proszę zwrócić uwagę, iż Zamawiający premiuje czysto technologiczne rozwiązanie skutecznie ograniczając zasadę konkurencyjności. Prosimy o zmianę parametru i dopuszczenie naszego defibrylatora do postępowania tak, aby nasza firma mogła złożyć Zamawiającemu ważną ofertą. Zapis o uczciwej konkurencji opisany został w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 20 lipca 2017 w rozdziale 2 art. 29. Pkt. 2 „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowany defibrylator modyfikując jednocześnie siwz.**

**Pytanie 11 -Dotyczy zapisu:** Na wyposażeniu:1 komplet jednorazowych elektrod defibrylacyjnych dla dorosłych i dzieci > 25kg; – czas przydatności do użycia min. 3 lata

Czy Zamawiający dopuści półautomatyczny defibrylator AED, który posiada na wyposażeniu: 1 komplet jednorazowych elektrod defibrylacyjnych dla dorosłych i dzieci > 25kg o czas przydatności do użycia min. 2 lata ?

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 12- Dotyczy zapisu pkt. 23 :** Min. stopień ochrony IP55

Czy Zamawiający dopuści półautomatyczny defibrylator AED zgodny ze stopniem ochrony wynoszącym IP54 i odporności na wstrząs i upadek zgodnie z normą IEC 60601-1, klauzula 21 ?

Proszę zwrócić uwagę, iż Zamawiający premiuje czysto technologiczne rozwiązanie skutecznie ograniczając zasadę konkurencyjności. Prosimy o zmianę parametru i dopuszczenie naszego defibrylatora do postępowania tak, aby nasza firma mogła złożyć Zamawiającemu ważną ofertą. Zapis o uczciwej konkurencji opisany został w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 20 lipca 2017 w rozdziale 2 art. 29. Pkt. 2 „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowany defibrylator modyfikując jednocześnie siwz.**

#### **Dotyczy: Pakiet 8 - Wózek do przewozu chorych – 2 zestawy**

**Pytanie 13-Czy Zamawiający przedłuży termin dostawy do 12 tygodni ?**

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy siwz i przedłuża termin dostawy do 84 dni w Pakiecie 8.**

#### **Dotyczy: Pakiet 8 - Wózek do przewozu chorych – 2 zestawy**

**Pytanie 14-pkt. 2-** Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający leże podzielone na 2 segmenty wypełnione płytami HPL zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne, jak wskazane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź na zapytanie: Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowany wózek modyfikując jednocześnie siwz.**

**Pytanie 15-** Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający leże (przestrzeń dla pacjenta) o długości 1960 mm i szerokości 655 mm?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 16-** Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w piątą koło ułatwiające manewrowanie, sterowanie wózkiem i precyzyjną jazdę, wyposażone w sprężynę (amortyzator) dociskającą koło do podłoża? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 17-** Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne stalowe, lakierowane proszkowo, składane wzdłuż leża, o wysokości 39 cm i długości 140 cm (długości ok.  $\frac{3}{4}$  leża), zlokalizowane po obu stronach wózka, zewnętrzne wykończenie (górna część) barierki z tworzywa sztucznego zapobiegające otarciu i uszkodzeniu ścian i wózka?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 18-** Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac piankowy, w pokrowcu typu skaj, nieprzemakalnym o grubości 8 cm?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 19-** Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac mocowany do leża za pomocą specjalnych pasków uniemożliwiających samoczynne przesuwanie?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

#### **Dotyczy Pakietu 5-Myjnie do basenów i kaczek - 3 sztuki**

**Pytanie 20 pkt. 13-** Czy zamawiający dopuści urządzenie, w którym zamontowana jest jedna pompa dozująca środek zmiękczający (odkamieniacz). Wg naszej wiedzy i doświadczenia urządzenie z dwoma pompami generuje dodatkowe koszty dla jednostki, a nie przyczynia się to do uzyskania lepszego efektu mycia i dezynfekcji utensyliów.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę modyfikując jednocześnie siwz. Zamawiający wprowadza dodatkową punktację w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnie „C”.

**Pytanie 21-** Czy zamawiający wymaga, aby myjnia posiadała automatyczne rozszczelnianie drzwi na koniec cyklu? Rozwiązanie takie wspomaga suszenie konwekcyjne, dzięki temu naczynia są suche i gotowe do ponownego użycia.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązanie lecz nie wymaga. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 22 pkt. 11-** Czy zamawiający dopuści urządzenie, w które posiada wysoko wydajne ramię obrotowe z 10 dyszami. Ta technologia nie wymaga 13 dysz a zapewnia doskonałe mycie utensyliów.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza proponowane urządzenie (parametr mieści się w granicach siwz jako inne rozwiązanie).

**Pytanie 23-** Czy zamawiający wymaga, aby myjnia posiadała trójstopniową kontrolę detergentu w pojemniku? Rozwiązanie takie informuje użytkownika, że jest środek w kanistrze, następnie informuje że jest bardzo mało środka, na końcu że środek się skończył. Rozwiązanie takie daje możliwość zamknięcia środka z wyprzedzeniem nie powodując przestoju urządzenia

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązanie lecz nie wymaga. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 24-** Czy zamawiający wymaga, aby myjnia posiadała automatyczne rozszczelnianie drzwi na koniec cyklu? Rozwiązanie takie wspomaga suszenie konwekcyjne, dzięki temu naczynia są suche i gotowe do ponownego użycia.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązanie lecz nie wymaga. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 25 pkt. 2-** Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w komorę z łączeniami laserowymi. Rozwiązanie takie jest równoważne z komorą głęboko tłoczoną a dodatkowo posiada dożywotnią gwarancję na komorę, czego nie zapewniają producenci komór głęboko tłoczonych.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane urządzenie modyfikując jednocześnie siwz.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone

zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 26-** Czy zamawiający wymaga, aby myjnia wyposażona była w system suszenia konwekcyjnego poprzez automatyczne rozszczelnienie komory na koniec cyklu. Rozwiązanie takie jest zgodne z normą PN EN 15883-3.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązanie lecz nie wymaga.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 27 pkt 4-** Prosimy o dopuszczenie myjni o wysokości nieznacznie odbiegającej od wymaganych wymiarów - 1450 mm.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane urządzenie modyfikując jednocześnie siwz.

**Pytanie 28 pkt. 9-** Czy zamawiający wymaga aby drzwi komory myjni posiadały uszczelkę silikonową gwarantującą paro i wodo-szczelność ?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązanie lecz nie wymaga.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 29 pkt. 8 -** Prosimy o dopuszczenie myjni z nowoczesną izolacją termiczną o grubości 0,5 cm zastosowanie nowoczesnego materiału pozwala zredukować grubość izolacji i uzyskać takie efekty jak przy grubszej wielkości.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane urządzenie modyfikując jednocześnie siwz.

**Dotyczy pakietu nr. 6 -Urządzenie do chłodzenia skóry przy leczeniu chemioterapią – 1 sztuka-**

**Pytanie 30 poz. 12-** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z urządzeniem do chłodzenia skóry przy leczeniu chemioterapią w którym maksymalna wysokość wsporników jest równa 1650 mm. Pozostałe parametry pozostają zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane urządzenie modyfikując jednocześnie siwz.

**Pytanie 31-** W związku ze zmianami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy Zamawiającego o odpowiedzi na poniższe pytania:

- Czy Zamawiający zawrze dodatkową umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą, która stanowić będzie załącznik do umowy dostawy ?
- Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpowierzenie przez Wykonawcę przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji zamówienia publicznego tym podmiotom / osobom trzecim, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, np. podwykonawcom?
- W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr a), czy Zamawiający wyrazi zgodę aby stosowna umowa została zawarta na wzorze Wykonawcy ?
- W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr c), prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż:

- zawrze umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z zapisami zgodnymi z nowo opublikowaną treścią (zgodnie ze zmianą siwz)
- odsyłamy do treści umowy
- nie
- jak w odpowiedzi a)

**Pytanie 32-** W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

- „1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.
- Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: [http://\\*](http://*)
- Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 33 -** W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (\*\*).

2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 34-** W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie widzi potrzeby zawierania takiej klauzuli, regulują to przepisy prawne.**

**Pytanie 35-** W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.

2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:

1) ustnie:

a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

2) w formie pisemnej:

a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxxx.

3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, pośłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.

4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.

5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:

1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,

3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.

8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.

9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:

1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: <https://rf.gov.pl/>.

2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

5

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje wymogi siwz.**

**Pytanie 36-** W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679, jak również – za jego zgodą – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przysyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę). Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. „

Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywanie danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest xxxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxx, który wyznaczył Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxxxx.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxx.

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679;

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel.”

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż zamieszcza zmieniony projekt umowy przetwarzania danych osobowych.**

#### **Dotyczy Pakietu 2-Systemy holtera EKG – 2 komplety**

**Pytanie 37 pkt 1-** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie oddzielnego oprogramowania do analizy sygnału EKG metodą holtera?

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 38 pkt 5-** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania do analizy holterowskiej bez możliwości podglądu sygnału EKG w czasie przygotowania pacjenta. Tak możliwość istnieje na rejestratorze, który jest wyposażony w wyświetlacz LCD.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 39 pkt 8 -** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania holterowskiego zabezpieczonego tylko kluczem sprzętowym?

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę modyfikując jednocześnie siwz.**

6

**Pytanie 40 pkt 12** -Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania holterowskiego bez możliwości zmiany szaty graficznej.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 41 pkt 13** -Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania holterowskiego bez możliwości edycji ilości i rozmiarów wyświetlanych okien?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 42 pkt 30** -Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rejestratora EKG z częstotliwością próbkowania 1000 Hz, 15 bit?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 43 pkt 33** -Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rejestratora z zapisem badania na dysku wewnętrzny rejestratora?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 44 pkt 37** -Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rejestratora z przyciskiem zdarzeń i mikrofonem do wprowadzenia danych pacjenta, bez możliwości wykorzystania mikrofonu jako przycisku zdarzeń.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż proponowany parametr mieści się w granicach siwz (parametr punktowany)

**Pytanie 45 pkt 38** -Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rejestratora EKG zasilanego jedną baterią typu AA lub akumulatorem AA?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę modyfikując jednocześnie siwz.

**Pytanie 46 pkt 1** -Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie oddzielnego oprogramowania do analizy holtera ciśnieniowego?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 47 pkt 44** -Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania zabezpieczonego kluczem sprzętowym bez hasła użytkownika?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę modyfikując jednocześnie siwz.

**Pytanie 48 pkt 48** -Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania z konfiguracją raportu wg użytkownika ale nie ze wszystkimi funkcjami jakie posiada edytor tekstu.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 49 pkt 55** -Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rejestratora z łącznością Bluetooth?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 50 pkt 62** -Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rejestratora z wskaźnikiem baterii bez informacji o stanie ich naładowania.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż parametr mieści się w granicach siwz (parametr punktowany)

Medilab

**Dotyczy Pakietu 5 -Myjnie do basenów i kaczek - 3 sztuki**

**Pytanie 51** - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia pozwalała na skuteczną eliminację sporów bakteryjnych Clostridium Difficile, co byłoby potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez niezależną akredytowaną jednostkę.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 52-** Czy Zamawiający w pkt. 21 „wydajna pompa cyrkulacyjna” wymaga taką o mocy co najmniej 700W i wydajności min. 200l/min?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż nie precyzuje mocy i wydajności pompy.

**Dotyczy projektu umowy**

**Pytanie 53**

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 5 ust. 1 – 3 poprzez nadanie mu brzmienia:  
§ 5

1. Zamawiającemu przysługują kary umowne:

- a) w wysokości 3% wartości urządzenia brutto w przypadku wystąpienia jego wadliwości w czasie trwania gwarancji lub rękojmi, przy czym za wadliwość uważa się brak możliwości używania rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, która nie została usunięta przez Wykonawcę w terminie 10 dni roboczych
- b) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 3.
- c) w wysokości 200 zł za każde uchybienie obowiązkowi opisanemu w Załączniku nr 2 do umowy - Karcie gwarancyjnej w §2 ust 8;
- e) w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w §6 ust. 2.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek z jej stron, a którego przyczyna leży po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

- 1) zwłoki w terminie realizacji zamówienia o 20 dni,
- 2) nie usunięcia wady w terminie 5 dni roboczych po upływie terminu, o którym mowa w Karcie gwarancyjnej - §3 ust. 4 lub §3 ust. 5;
- 3) nie przekazania Zamawiającemu, dokumentu/dokumentów, o których mowa w §6 po upływie 10 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia wady.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy siwz.**

#### Dotyczy Pakietu 2 - tabela A

**Pytanie 54 pkt. 1** - Czy zamawiający zgodzi się na system dedykowany do obsługi i analizy zapisu Holtera nie stanowiący modułu większej platformy medycznej?

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 55 pkt. 11** - Czy zamawiający dopuści do przetargu system bez analizy aktywności pacjenta?

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę modyfikując jednocześnie siwz.**

**Pytanie 56 pkt. 13** - Czy zamawiający dopuści do przetargu system bez możliwości zmiany położenia, ilości i rozmiaru okien?

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 57 pkt. 17** - Czy zamawiający dopuści do przetargu system bez interaktywnego histogramu sąsiednich pobudeń?

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 58 pkt. 25** - Czy zamawiający zrezygnuje z możliwości współpracy oprogramowania z rejestratorami 7-kanalowymi?

W praktyce badania metodą Holtera polegają na zapisie 3 i 12kanalowym dla trudniejszych do zdiagnozowania przypadków. Jest to standard stosowany przez większość producentów.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 59 pkt. 28** - Czy zamawiający dopuści do przetargu rejestrator bez czujnika aktywności pacjenta?

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę modyfikując jednocześnie siwz.**

**Pytanie 60 pkt. 31** - Czy zamawiający dopuści rejestrator o częstotliwości próbkowania 200Hz 12bit?

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 61 pkt. 32** - Czy zamawiający dopuści rejestrator z funkcją wykrywania rozrusznika 10000 Hz?

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 62 pkt. 43 i 44** - Czy zamawiający dopuści do przetargu oprogramowanie bez trybu pracy administratora i użytkownika zabezpieczonego hasłem?

Sprzęt zazwyczaj jest instalowany w pomieszczeniach gdzie nie ma dostępu osób postronnych. W razie takiej potrzeby można takie zabezpieczenie wykonać bezproblemowo w systemie Windows.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 63 pkt. 48** - Czy zamawiający z edycji raportu jak w edytorze tekstu?

Program posiada konfigurowalny szablon umożliwiający dowolny wybór rodzaju przedstawianych danych. Wyniki korygować można z poziomu oprogramowania.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga jak w siwz.**

**Pytanie 64 pkt. 55** - Czy zamawiający odstąpi od wymogu stosowania kabla optycznego do komunikacji z komputerem?

Rodzaj zastosowanego przewodu nie ma żadnego praktycznego znaczenia dla transmisji stosunkowo niewielkiej ilości danych na tak krótkim odcinku.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę modyfikując jednocześnie siwz.**



**Dotyczy Pakietu 1 - Tabela A-System rehabilitacji kardiologicznej i prób wysiłkowych- 1 zestaw**

**Pytanie 65 Pkt. 4.** Funkcjonalność systemu do wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej

Możliwość niezależnego programowania parametrów treningowych dla każdego pacjenta w sposób graficzny i ręczny. Czy Zamawiający zgodzi się na niezależne programowanie parametrów treningowych dla każdego pacjenta w sposób ręczny iż pośrednią funkcją graficzną? oferowanym systemie jest możliwość określania parametrów treningu poprzez wprowadzanie wartości liczbowych. Dodatkowo, graficznie, przy użyciu linii markerów, operator może ustalać przebieg trendu profilu treningu.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga jak w siwz.**

**Pytanie 66 Pkt. 9.** Monitorowanie dwóch odprowadzeń EKG wraz z pełną archiwizacją zapisu EKG – przed rozpoczęciem treningu, w trakcie treningu i po jego zakończeniu aż do momentu przerwania zapisu przez personel medyczny.

Proszę o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający miał na myśli analizę z dwóch kanałów EKG, jeśli tak, to czy Zamawiający dopuści analizę EKG z jednego kanału EKG?

W oferowanym zestawie proponujemy bezprzewodowe nadajniki EKG mocowane na pasie piersiowym. Zapewnia to analizę niezbędnych parametrów EKG, jednocześnie obsługa pacjenta jest błyskawiczna, a koszty badania są minimalne. Do celów rehabilitacji kardiologicznej takie rozwiązanie jest optymalne.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż przedmiotowy zapis dotyczy dwóch kanałów EKG i wymaga analizy z dwóch kanałów EKG.**

**Pytanie 67 Pkt.11.** Prezentacja na ekranie dwóch nałożonych na siebie zespołów PQRST – z fazy spoczynkowej i aktualnie wyliczanego podczas treningu.

Czy Zamawiający dopuści system bez funkcji prezentacji na ekranie dwóch nałożonych na siebie zespołów PQRST – z fazy spoczynkowej i aktualnie wyliczanego podczas treningu?

Wymagana funkcja ma szerokie zastosowanie w systemie do prób wysiłkowych.

Jedynie jedna z firm, oferując aplikację uniwersalną, umożliwiającą przeprowadzenie próby wysiłkowej i rehabilitację kardiologiczną, proponuje podobne rozwiązanie.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga jak w siwz.**

**Pytanie 68 Pkt. 12.** Automatyczna detekcja i klasyfikacja podstawowych rodzajów arytmii zapamiętywanych w postaci zdarzeń EKG.

Czy Zamawiający dopuści system bez funkcji automatycznej detekcji i klasyfikacji podstawowych rodzajów arytmii zapamiętywanych w postaci zdarzeń EKG?

Wymagana funkcja ma szerokie zastosowanie w systemie do prób wysiłkowych.

Jedynie jedna z firm, oferując aplikację uniwersalną, umożliwiającą przeprowadzenie próby wysiłkowej i rehabilitację kardiologiczną, proponuje podobne rozwiązanie.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 69 Pkt. 13.** Możliwość ręcznego dodawania zdarzeń EKG w trakcie trwania treningu i po jego zakończeniu.

Proszę o wyjaśnienie. Czy Zamawiający ma na myśli możliwości ręcznego dodawania komentarza w trakcie trwania treningu i po jego zakończeniu?

**Odpowiedź na zapytanie: Tak. Zamawiający wymaga możliwości zaznaczania zdarzenia w trakcie trwania treningu i po jego zakończeniu.**

**Pytanie 70 Pkt. 15.** Możliwość podglądu wcześniejszych treningów wykonanych przez pacjenta z poziomu treningu.

Proszę o wyjaśnienie. Czy Zamawiający ma na myśli możliwości podglądu wcześniejszych treningów wykonanych przez pacjenta z poziomu aplikacji treningowej, lecz po zakończeniu treningu?

W oferowanym systemie możliwy jest podgląd wcześniejszych treningów, oraz porównanie dwóch różnych treningów pacjenta.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający wymaga możliwość podglądu wcześniejszych treningów w trakcie trwania treningu.**

**Pytanie 71 Pkt. 18.** Wyświetlanie planowanej wartości mocy dla roweru i rzeczywistej wartości uzyskiwanej przez pacjenta.

Czy Zamawiający dopuści system bez funkcji wyświetlania planowanej wartości mocy dla roweru i rzeczywistej wartości uzyskiwanej przez pacjenta?

Oferowany przez naszą firmę system nie umożliwia możliwości wyświetlania planowanej wartości mocy dla roweru i rzeczywistej wartości uzyskiwanej przez pacjenta.

Funkcja ta wykorzystana jest głównie w systemach fitness. Nie ma większego zastosowania w rehabilitacji kardiologicznej

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę modyfikując jednocześnie siwz.**

**Pytanie 72 Pkt. 25.** Wzmacniacz sygnału EKG 2-kanałowy, różnicowy, zabezpieczony przed defibrylacją, filtr izolinii oraz filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz.

dh

9

izolacji oraz filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz?

W oferowanym zestawie proponujemy bezprzewodowe nadajniki EKG mocowane na pasie piersiowym. Zapewnia to analizę niezbędnych parametrów EKG, jednocześnie obsługa pacjenta jest błyskawiczna, a koszty badania są minimalne. Do celów rehabilitacji kardiologicznej takie rozwiązanie jest optymalne.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga jak w siwz.**

**Pytanie 73 Pkt. 2.** Funkcjonalność systemu do wykonywania prób wysiłkowych

Stałe monitorowanie 12 standardowych odprowadzeń uzupełnionych obliczanymi odprowadzeniami ortogonalnymi X, Y, Z.

Proszę o wyjaśnienie. Czy Zamawiający ma na myśli możliwość stałego monitorowania 15 standardowych odprowadzeń uzupełnionych obliczanymi odprowadzeniami ortogonalnymi X, Y, Z?

Jedynie w trybie 15-lead, 15 odprowadzeń, dostępne są Standard+Right, Standard+Back, Standard+NEHB, Standard+XYZ.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wymaga 12 odprowadzeń lecz dopuszcza 15.**

**Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 74 Pkt. 23.** Możliwość reanalizy archiwalnych wyników badań w dowolnej konfiguracji po ręcznej korekcji położenia markerów pomiarowych dla odcinka ST.

Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości reanalizy archiwalnych wyników badań w dowolnej konfiguracji po ręcznej korekcji położenia markerów pomiarowych dla odcinka ST?

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 75 Pkt. 29.** Czulość dla zespołów średnich, min.: 5, 10, 20, 50 i 100 mm/mV.

Czy Zamawiający dopuści system z czułością dla zespołów średnich: 2.5, 5, 10, 20, 10/5 mm/mV?

Wartości czułości na poziomie 50, 100 mm/mV nie są w praktyce wykorzystane.

Sygnał EKG, poprawnej jakości, po wzmocnieniu czułości rzędu 50, czy 100 mm/mV, nie będzie widzialny na ekranie.

Obrys zespołu QRS wyjdzie poza obszar wyświetlania.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę modyfikując jednocześnie siwz.**

#### Dotyczy Pakietu 5 - Myjnie do basenów i kaczek

**Pytanie 76** -Czy Zamawiający dopuści myjnie o następujących wymiarach szerokość 660mm, głębokość 630mm, wysokość 1610 mm?

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę modyfikując jednocześnie siwz.**

**Pytanie 77-** Ze względu na brak wpływu na użyteczność i funkcjonalność urządzenia wnosimy o dopuszczenie komory mycia prostopadłościenną bez pochylenia sufitu. Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne dla wąskiej grupy firm i uniemożliwia złożenie ofert na produkty innych marek.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy siwz.**

**Pytanie 78** -Monitorowalne parametry programów myjni są dobrane przez producenta w sposób zapewniający całkowitą skuteczność mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych. O skuteczności procesu mycia decydują temperatura procesu i jego czas, a parametr A0 jest wynikiem działań matematycznych. Czy zatem Zamawiający dopuści myjnie, w których wyświetlane są oba te parametry bez bieżącej wartości A0?

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.**

**Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 79** -Zamawiający określił całkowitą moc urządzenia mx 5,5kW. Tak niski pobór mocy powoduje znaczne wydłużenie wszystkich najważniejszych procesów zachodzących w myjce. Urządzenia o mocy całkowitej wyższej (np. 7,5kW) gwarantują znacznie szybsze na przykład procesy nagrzewania, a tym samym wbrew pozorom mniejsze zużycie energii. Czy zatem Zamawiający dopuści urządzenia o mocy <8 KW?

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

#### Dotyczy Pakietu 8- Tabela A - Wózek do przewozu chorych – 2 zestawy

**Pytanie 80 pkt 2-**Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych z 2 segmentami wypełnionymi płytą HPL o grubości 10 mm?

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę modyfikując jednocześnie siwz.**

**Pytanie 81** -Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do przewozu chorych o szerokości całkowitej 830 mm?

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 82-** Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych ze stalowymi barierkami bocznymi pokrytymi warstwą lakieru epoksydowanego?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 83 pkt 14** -Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości leża w zakresie 560 – 880 mm?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę modyfikując jednocześnie siwz.

**Pytanie 84 pkt 17-**Czy Zamawiający dopuści wózek z płaskimi gumowymi odbojnikami chroniącymi wózek i ściany przed otarciami?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 85** -Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem pokrytym pokrowcem z poliestru z poliuretanowym wypełnieniem: hipoalergicznym, oddychającym, antystatycznym i antybakteryjnym?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 86-** Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuści relingi chromowane od strony nóg pacjenta zapobiegające przesuwaniu się materaca?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 87-**Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych z wieszakiem infuzyjnym o maksymalnym obciążeniu 4 kg?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 88-**Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych z pasem do unieruchamiania pacjenta znajdującym się pomiędzy sekcjami leża?

**Odpowiedź na zapytanie:** Tak.

**Pytanie 89 - Część 7 - tympanometr - pkt 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tympanometru dla którego wydruk badania może być zrealizowany na drukarce komputerowej podłączonej bezpośrednio do tympanometru lub poprzez drukarkę komputerową podłączoną do komputera, w którym znajduje się baza danych pacjentów i badań?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 90 Część 7 – Tympanometr – pkt 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tympanometru wyprodukowanego z obowiązującymi normami dla którego dokładność podawania częstotliwości wynosi 1%. W związku z tym, że wymagana dokładność pomiaru ciśnienia w zamawianym urządzeniu jest na poziomie +/-15% pozytywna odpowiedź nie wpłynie zmianę właściwości diagnostycznych tympanometru?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę (parametr punktowany -bez punktów)

**Pytanie 91 - Część 7 – Tympanometr - 22**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tympanometru wyprodukowanego z obowiązującymi normami dla którego szybkość pompowania może być realizowana w wymaganych przez Użytkownika pięciu trybach:

- Automatycznym (normalny), to wysoka prędkość pompy, która automatycznie spowalnia do niskiej prędkości pompy wokół szczytu tympanogramu. Zalecane do badań przesiewowych i normalnych testów tympanometrycznych.
- Szybkim, ustawienie stałej prędkości około 300 daPa /s.
- Medium, ustawienie stałej prędkości około 200 daPa /s.
- Wolnym, ustawienie stałej prędkości około 100 daPa /s.
- Bardzo wolnym, ustawienie stałej prędkości około 50 daPa /s.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z siwz.

#### Dotyczy siwz

**Pytanie 92** -W nawiązaniu do konieczności złożenia oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w wersji elektronicznej prosimy o wskazanie maksymalnego rozmiaru wiadomości wraz z załącznikami jakie przyjmuje Zamawiający.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż maksymalny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami jakie przyjmuje Zamawiający to 100 MB.

**Blokada wysyłania plików wykonywalnych**

**Blokowane pliki o rozszerzeniach:**

de, adp, bat, chm, cmd, com, cpl, exe, hta, ins, isp, jse, lib, mde, msd, msp, mst, pif, scr, sct, shb, sys, vb, vbe, vbs, vxd, wsc, wsf, wsh.

**Uwaga!** Blokowane są również archiwa (\*7z, zip, rar, arj) zawierające ww. pliki

**Pytanie 93** -Mając na względzie zapisy §4 ust. 2 prosimy o informację, czy Zamawiający oczekuje kosztu finansowania płatności obliczonego jako oprocentowanie bieżące oparte na stopie równej stopie procentowej odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy siwz.

**Pytanie 84** -Czy obliczony w ten sposób koszt finansowania dla wszystkich rat ma być w całości wliczony w drugą ratę czy doliczany odpowiednio do każdej raty począwszy od drugiej ?

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy siwz.

**Pytanie 95** -Prosimy o potwierdzenie, że odsetki wskazane w ofercie mają być naliczone od dnia hipotetycznego protokołu odbioru i nie będą ulegały przeliczeniu po protokole odbioru. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy o dokładne określenie jak należy obliczyć te odsetki do oferty.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy siwz.

**Pytanie 96** - Ze względu na fakt, iż odsetki podlegają stawce podatku VAT zw. prosimy o wprowadzenie do formularza cenowego odpowiedniej pozycji - w chwili obecnej Zamawiający zakłada tylko pozycje objęte podatkiem VAT 8 lub 23%, więc nie ma możliwości złożenia ważnej oferty.

Wzór zmodyfikowanej tabeli przedstawiamy poniżej:

Tabela C – Cena -							
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H
1							
2	Koszt finansowania płatności ratalnej	1	Usł.			ZW.	

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy siwz.

**Pytanie 97** -Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż termin wskazany w §2 ust. 7 wzoru umowy nie ma wpływu na podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego z dostawy i montażu sprzętu, o którym mowa §2 ust. 8.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany do przeszkoleniu pracowników.

**Pytanie 98** -Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że za podstawę płatności przyjmuje się protokół z dostawy i uruchomienia sprzętu.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż jest to podstawa do wystawienia faktury VAT.

**Pytanie 99** -Mając na względzie miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary określonej w §5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy do 3%

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy projektu umowy.

**Pytanie 100** -Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie kary zawartej w §5 ust. 1 lit.c) wzoru umowy jako wysoko rażąca i niemożliwą do zaakceptowania przez Wykonawców.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż modyfikuje §5 ust. 1 lit.c) projektu umowy, który otrzymuje nowe brzmienie ” c) w wysokości 500 zł za każde uchybienie obowiązku opisanemu w Załączniku nr 2 do umowy - Karcie gwarancyjnej w §2 ust 8;”

**Pytanie 101** -Mając na względzie miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary określonej w §5 ust. 1 lit. c) wzoru umowy do 500 zł.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż modyfikuje modyfikuje §5 ust. 1 lit.c) projektu umowy jak wyżej.

**Pytanie 102**-Prosimy o zmianę kary umownej zawartej w §5 ust. 1 lit. b) oraz e) wzoru umowy i naliczanie jej za każdy dzień „zwłoki” a nie „opóźnienia”. Zapisy w dotychczasowej formule powodują, iż wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej nawet w sytuacji, gdy nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie umowy w terminie.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy projektu umowy.

**Pytanie 103** -Mając na względzie miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary określonej w §5 ust.2 wzoru umowy do 5%.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy projektu umowy.

**Pytanie 104** -Zgodnie z zasadą równości stron umowy Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za nieuzasadnione zerwanie umowy z winy Zamawiającego w wysokości analogicznej jak w §5 ust. 2 wzoru umowy.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

**Pytanie 105** -Prosimy Zamawiającego o zmianę postanowienia §5 ust. 4 i nadanie mu brzmienia: „Zamawiający może odstąpić od umowy a trybie art. 145 ustawy PZP w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym”. Pragniemy zauważyć, iż pozostawienie zapisów w obecnym brzmieniu jest nieprecyzyjne.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

**Pytanie 106** - Mając na względzie równość stron umowy zwracamy się z prośbą o zmianę treści §5 ust. 6 poprzez nadanie mu brzmienia: „Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych”.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

**Pytanie 107**-Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §1 ust. 5 Karty Gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy i nadanie mu treści: „Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolna od wad, termin gwarancji biegnie zgodnie z następującymi ustaleniami. W przypadku wymiany części lub zespołu na nową (nowy) gwarancja biegnie od nowa przez okres 6 miesięcy lub jeśli pozostały okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia jest dłuższy niż 6 miesięcy to gwarancja na dany podzespół lub element upływa z końcem upływu gwarancji na przedmiot zamówienia. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego skutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać”. Usługi gwarancyjne de facto nie są bezpłatne a ich koszt przez każdego z Wykonawców jest uwzględniany w cenie oferty. Obecna treść wymogu w praktyce oznacza gwarancję dożywotnią oraz scedowanie całości obciążenia na Wykonawcę. Taka praktyka stanowi naruszenie natury stosunku zobowiązaniowego i znacząco narusza równowagę stron.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

**Pytanie 108** -Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wyraża zgodę na skrócenie gwarancji dostępności części zamiennych od daty rozpoczęcia gwarancji do 5 lat. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż modyfikuje §2 ust. 8 w Załączniku nr 2 do umowy „KARTA GWARANCYJNA”, który otrzymuje brzmienie: „8. W ramach udzielenia gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania dostępności części zamiennych przez okres 7 lat od daty rozpoczęcia terminu gwarancji.”**

**Pytanie 109** -Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §2 ust. 6 Karty Gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy i nadania mu brzmienia: „Ileokroć w postanowieniach niniejszej gwarancji jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć wymianę wadliwego elementu na wolny od wad, a w przypadku braku takiej możliwości wymianę rzeczy wchodzącej w zakres gwarancji na wolną od wad”.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

**Pytanie 110** -Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów zawartych w § 3 ust. 4 Karty Gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, poprzez potwierdzenie, iż czas reakcji serwisu i przystąpienie do usuwania awarii liczony będzie w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie mailowej na adres \_\_\_\_\_, z tym zastrzeżeniem, że wiadomość, w przypadku wysłania jej między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznana jest za doręczona w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania jej po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznana jest za doręczony w następnym dniu roboczym.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

**Pytanie 111** - Dotyczy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (dla pakietu 1,2,4,9):

a) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie przetargowej podwykonawców, zgodnie z art. 36a ust.1 ustawy PZP, Zamawiający wyraża zgodę na podpowierzenie danych tym podmiotom oraz zapisów §2 ust. 3 i 5 nie stosuje się.

b) Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisów §4 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pragniemy zauważyć, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne wraz z załącznikami powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy związanego z przedmiotem zamówienia. KIO 2397/13, KIO 487/14

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż zamieszcza zmieniony projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.**

**Pytanie 112-** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż dla pakietów nr 3, 5, 6, 7, 8, 10 zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych na wzorze Wykonawcy.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż zamieszcza zmieniony projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dla pakietów 1, 2, 4, 7, 9 dla pozostałych pakietów nie jest wymagana taka umowa.

**Pytanie 113-** W przypadku odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie proszę o udostępnienie wzoru umowy przetwarzania danych osobowych obowiązującego dla powyższych pakietów.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż nie jest wymagana umowa dla pakietów 3, 5, 6, 8, 10.

**Pytanie 114-** Prosimy Zamawiającego o wykreślenie pkt. 8 ppkt. 1) z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Pragniemy zauważyć, iż zamówienie będzie realizowane jednorazowo w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy i Zamawiający nie będzie składał zamówień.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż modyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ w pkt 8 ppkt. 1).

**Pytanie 115 -**Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż poprzez zapewnienie przez Wykonawcę serwisu pogwarancyjnego Zamawiający rozumie wskazanie przez Wykonawcę punktu serwisowego, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego.

**Odpowiedź na zapytanie:** Tak. Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 116-** Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. Proponujemy poniższy zapis:

„Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy siwz projektu umowy.

**Pytanie 117 -**Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż zapytanie nie ma związku z treścią siwz.

**Pytanie 118 -**Prosimy Zamawiającego o informację ile posiada łóżek zakontraktowanych przez NFZ.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż zapytanie nie ma związku z treścią siwz.

**Pytanie 119 -**Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do §7 wzoru umowy ustępu 6 o następującym brzmieniu:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- α) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
- β) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
- χ) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- δ) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- ε) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- φ) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- γ) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
- η) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;
- ι) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy siwz.

**Pytanie 120 -**Czy Zamawiający dopuszcza możliwość kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty? W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat.

**Odpowiedź na zapytanie:** Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy umowy w paragrafie 4 projektu umowy.

**Pytanie 121 -**Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż z tytułu nieterminowej zapłaty Wykonawcy przysługują od

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż w przypadku opóźnień płatności w terminach wskazanych dla spłat poszczególnych rat Wykonawcy przysługiwać będą odsetki jak z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

a/ których komora myjąca, drzwi komory od strony wewnętrznej, wytwornica pary, zbiornik wody, skraplacz wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316 lub lepszej gatunkowo, a panele zewnętrzne, rama wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304 lub lepszej gatunkowo?

c/ o głębokość 600 mm?

e/ o całkowitej mocy przyłączeniowej urządzenia nie większej niż 10 kW?

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

1. Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

2. Zmiany związane z pozytywnie udzieloną odpowiedzią wprowadzono czcionką koloru niebieskiego.
3. Informujemy, iż ulega zmianie termin składania ofert.

3. Informujemy, iż ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert a dzień 6.09.2018. godziny i miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

ds. Lecznictwa  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Łodzi