

Do wszystkich zainteresowanych:

**INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT**

**W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA DOSTAWĘ STYMULATORÓW SERCA WRAZ Z AKCESORIAMI
NA POTRZEBY PACJENTÓW ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO**

WSzSL/DZ-32/18

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 30.08.2018r. dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych w ww. postępowaniu.

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (tj. cena -60%, Parametry funkcjonalne -40%) Zamawiający dokonał wyboru ofert niżej wymienionych Wykonawców. Oferty spełniają wymagania określone w SIWZ oraz uzyskały najwyższą ilość punktów:

Część A

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Numer Pakietu	Cena oferty brutto	Parametry funkcjonalne punktowane* (lp. w tabeli)
2	Biotronic Polska Spółka z o.o. ul. Murawa 12-18 61-655 Poznań	1	279 010,44	21. Żywotność stymulatora min 13 lat (nastawy nominalne)-Tak, min. 13 lat 22. Pomiar impedancji elektrod po zdarzeniach wycutych i wystymulowanych- Tak 23. Widoczna w skopii stopa elektrody aktywnej-Tak
1	Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa	2	248 983,20	14. Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne)- Tak 9,6 lat 15. Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod-Tak, Lead Monitor 16. Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji-Tak, Ventricular Output Management 17. Automatyczna zamiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze- Tak, Sensing Assurance
1	Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa	4	326 095,20	23. Żywotność stymulatora min. 8 (nastawy nominalne)-Tak, 11,4 roku 24. Funkcje antyarytmiczne (min. 3)-Tak, Non-competitive Atrial Pacing, PCN Response, PMT Intervention

Część B . Streszczenie oceny złożonych ofert

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Numer Pakietu	Cena oferty brutto	Przyznane punkty w kryterium „Cena”	Przyznane punkty w kryterium „Parametry funkcjonalne”	Razem punkty
2	Biotronic Polska Spółka z o.o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań	1	279 010,44	60	40	100,00

1	Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa	2	248 983,20	60	40	100,00
1	Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa	4	326 095,20	60	40	100,00

*Informacja o przyznanych punktach częściowych w kryterium „Parametry funkcjonalne” stanowi Załącznik nr 1 do informacji wyborze najkorzystniejszych ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu na podstawie ustawy Prawo publicznych z dnia z 29 stycznia 2004 r., (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) **art. 93 ust. 1 pkt 4)** ze względu na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, **unieważnia się** postępowanie w zakresie **Pakietu nr 3**.

Uzasadnienie:

Kwota, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla **Pakietu nr 3** wynosi **326 116,80 zł brutto**, natomiast oferta z najniższą ceną złożoną w niniejszym postępowaniu przez firmę **Biotronic Polska Spółka z .o.o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań** to kwota **393 544,44 zł brutto**. Zamawiający przeanalizował możliwość udzielenia zamówienia Wykonawcy, jednakże zaoferowana cena znacząco obiega od kwoty przewidzianej na realizację dostawy, co uniemożliwia sfinansowanie zamówienia z budżetu Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu:

- 1) nie wykluczył Wykonawców,
- 2) nie odrzucił ofert Wykonawców,
- 3) nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów,
- 4) nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekazuje Wykonawcom drogą elektroniczną oraz udostępnia na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl

Dziękujemy Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

mgr Krystyna Barcik

Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca przyznanych punktów częściowych w kryterium „Parametry funkcjonalne”*

Ip. w Pakiecie	Parametr punktowany	Punktacja jaką mogła uzyskać oferta	Zaoferowane parametry wraz z ilością przyznanych punktów częściowych	
			Oferta nr 2 Biotronic Polska Spółka z .o.o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań	ilość pkt
21	Żywotność stymulatora min 13 lat (nastawy nominalne)	TAK 20 pkt / NIE 0 pkt.	Tak, min. 13 lat	20
22	Pomiar impedancji elektrod po zdarzeniach wyczułych i wystymulowanych	TAK 10 pkt / NIE 0 pkt.	Tak	10
23	Widoczna w skopii stopa elektrody aktywnej	TAK 10 pkt / NIE 0 pkt.	Tak	10
Razem punkty częściowe				40

Ip. w Pakiecie	Parametr punktowany	Punktacja jaką mogła uzyskać oferta	Zaoferowane parametry wraz z ilością przyznanych punktów częściowych	
			Oferta nr 1 Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa	ilość pkt
14	Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne)	TAK 10 pkt / NIE 0 pkt	TAK, 9,6 LAT	10
15	Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod	TAK 10 pkt / NIE 0 pkt	TAK, Lead Monitor	10
16	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzzonego progu stymulacji	TAK 10 pkt / NIE 0 pkt	Tak, Ventricular Output Management	10
17	Automatyczna zamiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedstonku i komorze	TAK 10 pkt / NIE 0 pkt.	Tak, Sensing Assurance	10
Razem punkty częściowe				40

Ip. w Pakiecie	Parametr punktowany	Punktacja jaką mogła uzyskać oferta	Zaoferowane parametry wraz z ilością przyznanych punktów cząstkowych	
			Oferta nr 1 Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa	ilość pkt
Pakiet 4				
23	Żywotność stymulatora min 8 (nastawy nominalne)	TAK 20 pkt. / NIE 0 pkt.	Tak, 11,4 roku	20
24	Funkcje antyarytmiczne (min 3)	TAK 20 pkt / NIE 0 pkt	Tak, Non-competitive Atrial Pacing, PCN Response, PMT Intervention	20
Razem punkty cząstkowe				40

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
 w Legnicy
mgr Krystyna Barcik