

Do wszystkich zainteresowanych:

**INFORMACJA  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

**W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Na dostawy stymulatorów serca wraz z akcesoriami na potrzeby Pacjentów Oddziału Kardiologicznego  
WSzSL/DZ-69/18

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu **28-09-2018r.** dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w ww. postępowaniu.

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (tj. cena -60%, Parametry funkcjonalne – 40%) Zamawiający dokonał wyboru oferty niżej wymienionego Wykonawcy. Oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz uzyskała najwyższą ilość punktów:

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Zaoferowane „Parametry funkcjonalne”*
1	Biotronik Polska Spółka z o.o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań	393 597,36	<b>DOSTĘPNE HISTOGRAMY:</b> -częstości -przewodzenia AV -aktywności pacjenta <b>REJESTRACJA EPIZODÓW:</b> -wysokiej częstości komorowej przedsionkowej -częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej -czas trwania arytmii przedsionkowych -gwałtownego spadku częstości

**Streszczenie oceny złożonych ofert**

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Przyznane punkty w kryterium „Cena”	Przyznane punkty w kryterium „Parametry funkcjonalne”*	Razem punkty
1	Biotronik Polska Spółka z o.o. ul. Murawa 12-18,61-655 Poznań	60,00	40,00	100,00

punkty w zakresie parametrów funkcjonalnych zostały obliczone według wzoru zgodnie z siwz (Rozdział XIV)

\*Informacja o przyznanych punktach częściowych w kryterium „Parametry funkcjonalne” stanowi załącznik nr 1 do informacji wyborze najkorzystniejszych ofert

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu:

- 1) nie wykluczył Wykonawców,
- 2) nie odrzucił ofert Wykonawcy,
- 3) nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów,
- 4) nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów,
- 5) nie unieważnił postępowania.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekazuje Wykonawcy drogą elektroniczną, udostępnia na stronie internetowej [www.szpital.legnica.pl](http://www.szpital.legnica.pl) oraz na tablicy ogłoszeń szpitala.

Dziękujemy Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Z poważaniem,  
**Z-CA DYREKTORA**  
 ds. bezcennictwa  
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy  
*dr n. med. Andrzej Hap*

**Załącznik nr 1 - do wyboru oferty najkorzystniejszej nr sprawy WSzSL/DZ-69/18**

<b>Oferta nr 1 - Biotronik Polska Spółka z o. o. ul. Murawa 12-18 61-655 Poznań</b>			
Wymagane parametry (lub preferowane w przypadku parametrów punktowanych)	Punktacja jaką można było uzyskać w zakresie kryterium funkcjonalności	Zaoferowane parametry wraz z ilością przyznanych punktów częściowych	Przyznane punkty częściowe
<b>Dostępne histogramy:</b>			
-częstości	TAK 5 pkt / NIE 0 pkt	-częstości	5
-przewodzenia AV	TAK 5 pkt / NIE 0 pkt	-przewodzenia AV	5
-aktywności pacjenta	TAK 5 pkt / NIE 0 pkt	-aktywności pacjenta	5
<b>Rejestracja epizodów:</b>			
-wysokiej częstości komorowej przedsionkowej	TAK 5 pkt / NIE 0 pkt	-wysokiej częstości komorowej przedsionkowej	5
-częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej	TAK 5 pkt / NIE 0 pkt	-częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej	5
-czas trwania arytmii przedsionkowych	TAK 5 pkt / NIE 0 pkt	-czas trwania arytmii przedsionkowych	5
-gwałtownego spadku częstości	TAK 5 pkt / NIE 0 pkt	-gwałtownego spadku częstości	5
<b>Razem punkty częściowe</b>			<b>35</b>