

Do wszystkich zainteresowanych:

**INFORMACJA  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT**

**W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH MAJĄCYCH STANOWIĆ WYPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW  
WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA W LEGNICY**

WSzSL/DZ-34/18

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu **04.10.2018r.** dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych w ww. postępowaniu.

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (tj.cena - 60%, okres gwarancji i rękojmi - 20%, parametry użytkowo-techniczne - 20 %). Zamawiający dokonał wyboru ofert niżej wymienionych Wykonawców. Oferty spełniają wymagania określone w SIWZ oraz uzyskały najwyższą ilość punktów:

**Część A**

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Numer Pakietu	Cena oferty brutto	Okres gwarancji i rękojmi	Zaoferowane Parametry użytkowo-techniczne*
6	BFF MEDFinance S.A. Al. Piłsudskiego 76 90-330 Łódź	1	98 439,80	24	Zgodnie z załącznikiem nr 1
1	BTL Polska Sp z o.o. ul. Leonida 49 02-239 Warszawa	2	68 946,00	24	Zgodnie z załącznikiem nr 1
8	Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58 15-620 Białystok	3	79 952,40	60	Zgodnie z załącznikiem nr 1
8	Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58 15-620 Białystok	4	103 140,00	48	Zgodnie z załącznikiem nr 1
2	Sani System Sp. z o.o. Sp. K. ul. Borówkowa 24 65-124 Zielona Góra	5	52 791,13	60	Zgodnie z załącznikiem nr 1
5	Wrocławskie Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego „Żak-Med” Anna Bojanowska ul. Ostródzka 38 54-166 Wrocław	6	134 892,00	24	Zgodnie z załącznikiem nr 1
4	Medicus Sp. z o.o. Plac Strzelecki 24 50-224 Wrocław	7	45 256,32	24	Zgodnie z załącznikiem nr 1
8	Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58 15-620 Białystok	8	30 780,00	36	Zgodnie z załącznikiem nr 1
8	Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58 15-620 Białystok	9	29 376,00	48	Zgodnie z załącznikiem nr 1
3	Medtronic Poland Sp z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa	10	64 692,00	24	Zgodnie z załącznikiem nr 1

**Część B . Streszczenie oceny złożonych ofert**

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Numer Pakietu	Cena oferty brutto	Okres gwarancji w m-cach	Przyznane punkty w kryterium „Cena”	Przyznane punkty w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”	Przyznane punkty w kryterium „Parametry użytkowo-techniczne” *	Razem punkty
6	BFF MEDFinance S.A. Al. Piłsudskiego 76 90-330 Łódź	1	98 439,80	24	60	20	20	100,00
1	BTL Polska Sp z o.o. ul. Leonida 49 02-239 Warszawa	2	68 946,00	24	60	20	20	100,00
8	Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58 15-620 Białystok	3	79 952,40	60	60	20	20	100,00
8	Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58 15-620 Białystok	4	103 140,00	48	60	20	20	100,00
2	Sani System Sp. z o.o. Sp. K. ul. Borówkowa 24 65-124 Zielona Góra	5	52 791,13	60	60	20	12,5	92,50
7	„MEDILAB” Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 60 15-531 Białystok	5	53 460,00	37	59,25	12,33	20	91,58
5	Wrocławskie Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego „Żak-Med” Anna Bojanowska ul. Ostródzka 38 54-166 Wrocław	6	134 892,00	24	60	20	20	100,00
4	Medicus Sp. z o.o. Plac Strzelecki 24 50-224 Wrocław	7	45 256,32	24	60	20	20	100,00
8	Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58 15-620 Białystok	8	30 780,00	36	60	20	20	100,00
8	Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58 15-620 Białystok	9	29 376,00	48	60	20	20	100,00
3	Medtronic Poland Sp z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa	10	64 692,00	24	60	20	20	100,00

\*- punkty w zakresie parametrów użytkowo-technicznych zostały obliczone według wzoru zgodnie z siwz (Rozdział XIV)

Informacja o zaoferowanych parametrach użytkowo-technicznych i przyznanych punktach częściowych w kryterium „Parametry użytkowo-techniczne” stanowi załącznik nr 1 do informacji wyborze najkorzystniejszych ofert

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu:

- 1) nie wykluczył Wykonawców,
- 2) nie odrzucił ofert Wykonawców,
- 3) nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów,
- 4) nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów,
- 5) nie unieważnił postępowania.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekazuje Wykonawcom drogą elektroniczną oraz udostępnia na stronie internetowej [www.szpital.legnica.pl](http://www.szpital.legnica.pl).

Klauzula obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO na potrzeby realizacji zamówienia publicznego

Adresatem tej informacji są przede wszystkim osoby fizyczne (wykonawcy) przekazujące swoje dane osobowe bezpośrednio Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy.

Zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica (dalej: „Szpital”). Kontakt tel.: 76 72 11 000 (centrala telefoniczna).
- Szpital wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: [iod@szpital.legnica.pl](mailto:iod@szpital.legnica.pl)
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), (dalej „ustawa Pzp”)w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z korzystnym dla Pana/Pani rozstrzygnięciem postępowania, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również w celu realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualnego dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora danych) i w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Pzp).
- Zamówieniem publicznym na potrzeby którego będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe jest zamówienie publiczne, któremu towarzyszy niniejsza klauzula (dalej: „Zamówienie”).
- Dane osobowe i kategorie Pani/Pana danych osobowych przetwarzane na potrzeby realizacji Zamówienia wynikają bezpośrednio z SIWZ Zamówienia, Szpital przetwarza w szczególności imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, dane zawarte w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG)
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przede wszystkim będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także podmioty przetwarzające działające na zlecenie Szpitala (np.dostawcy usług IT, księgowość, kancelarie prawne) oraz pracownicy i współpracownicy Szpitala.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W związku z zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Pana/Pani dane osobowe mogą być przechowywane dodatkowo do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na podstawie przepisów prawa.
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane przez Szpital do odbiorcy w państwie trzecim.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- co do zasady Pana/Pani prawo do usunięcia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych jest istotnie ograniczone, w szczególności nie przysługuje Panu/Pani:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

---

*\*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*\*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

---

Dziękujemy Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Z poważaniem,

*[Faint stamp: "Urząd Gminy" and handwritten signature]*

*Ch*

**Załącznik nr 1 – do informacji o wyborze ofert najkorzystniejszych nr sprawy WSzSL/DZ-34/18**

<b>Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca przyznanych punktów częściowych w kryterium „Parametry użytkowo-techniczne”*</b>				
<b>Pakiet 1</b>				
<b>Lp. w Pakiecie</b>	<b>Parametr punktowany</b>	<b>Punktacja jaką mogła uzyskać oferta</b>	<b>Zaoferowane parametry wraz z ilością przyznanych punktów częściowych</b>	<b>Ilość otrzymanych punktów częściowych</b>
			<b>Oferta nr 1 - BFF MEDFinance S.A. Al. Piłsudskiego 76 90-330 Łódź</b>	
Funkcjonalność systemu do wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej pkt 24	Możliwość zastosowania kart chipowych do szybkiej identyfikacji pacjentów i inicjalizacji treningu	Tak 10pkt: Nie -0 pkt	TAK, Możliwość prowadzenia długotrwałego monitorowania spoczynkowego EKG z równoczesną prezentacją częstości akcji serca, zespołów średnich i parametrów odcinka ST	10
pkt 34	Zasięg transmisji sygnału EKG min. 10 m	Powyżej 10 m - 10 pkt	TAK, Zasięg transmisji sygnału EKG powyżej 10 m	10
pkt 35	Tłumienie sygnału wspólnego min. 100 dB	Powyżej 100dB -10 pkt	TAK, Tłumienie sygnału wspólnego powyżej 100 dB	10
pkt 37	Czas pracy modułu EKG z akumulatora min. 12 h	13-15 godzin -5 pkt: powyżej 16 godzin -10 pkt	TAK, Czas pracy modułu EKG z akumulatora powyżej 20 godzin	10
Rowery rehabilitacyjne pkt 4	Moc cykloergometru w zakresie min. 10 – 850 W	900W i więcej -5 pkt	TAK, Moc cykloergometru w zakresie 10 – 999 W	5
pkt 10	Wbudowany czytnik kart chipowych wykorzystywany przy inicjalizacji treningu lub odczytu danych z kart chipowych NFZ	Tak 10pkt: Nie -0 pkt	TAK, Wbudowany czytnik kart chipowych wykorzystywany przy inicjalizacji treningu lub odczytu danych z kart chipowych NFZ	10
Bieżnia rehabilitacyjna- pkt 14	Panel sterowania zapewniający autonomiczną pracę bieżni	Tak 5pkt: Nie -0 pkt	TAK	5
<b>Razem punkty częściowe</b>				<b>60</b>

\*. punkty w zakresie parametrów użytkowo-technicznych zostały przyznane zgodnie z siwz (Rozdział VII)

Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca przyznanych punktów częściowych w kryterium „Parametry użytkowo-techniczne”*				
Pakiet 2				
Lp. w Pakiecie	Parametr punktowany	Punktacja jaką mogła uzyskać oferta	Zaoferowane parametry wraz z ilością przyznanych punktów częściowych	Ilość otrzymywanych punktów częściowych
			Oferta nr 1- BTL Polska Sp z o.o. ul. Leonida 49 02-239 Warszawa	
6	Komunikacja z komputerem poprzez kabel mini USB, karty SD	bezprowadowa-5 pkt	Tak, wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta.	5
9	Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu	Tak-5 pkt Nie -0 pkt	Tak, tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu	5
15	Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarstwa pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania	Tak-5 pkt Nie -0 pkt	Tak, możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarstwa pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania	5
29	Możliwość uruchomienia badania z wpisaniem danych pacjenta i parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze bez udziału komputera	Tak-5 pkt Nie-0 pkt	Tak, możliwość uruchomienia badania z wpisaniem danych pacjenta i parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze bez udziału komputera	5
30	Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez konieczności wprowadzania danych pacjenta	Tak-5 pkt Nie-0 pkt	Tak, automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez konieczności wprowadzania danych pacjenta	5
35	Wyświetlacz LCD w rejestratorze	podgląd sygnału EKG -5 pkt	Tak, wyświetlacz LCD w rejestratorze z możliwością podglądu sygnału EKG	5
36	Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD	Bezprowadowa -5 pkt	Tak, komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD	5
37	Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon)	Tak-5 pkt Nie-0 pkt	Tak, przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon)	5
54	Możliwość ustawienia czasu ciągłego zapisu: 24,48 godzin	dłuższe czasy -5 pkt	Tak, możliwość ustawienia czasu ciągłego zapisu: 24, 48, 51 godzin	5
58	Przycisk informacji o pobraniu leku	Tak-5 pkt Nie -0 pkt	Tak, przycisk informacji o pobraniu leku	5
62	Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania	Tak-5 pkt Nie -0 pkt	Tak, wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania	5
Razem punkty częściowe				55

\*- punkty w zakresie parametrów użytkowo-technicznych zostały przyznane zgodnie z siwz (Rozdział VII)

Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca przyznanych punktów częściowych w kryterium „Parametry użytkowo-techniczne”*				
Pakiet 3				
Lp. w Pakiecie	Parametr punktowany	Punktacja jaką mogła uzyskać oferta	Zaoferowane parametry wraz z ilością przyznanych punktów częściowych	Ilość otrzymywanych punktów częściowych
			Oferta nr 8- Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58 15-620 Białystok	
2	Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 5”	7”i więcej -10 pkt	Tak. Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej 7”	10
9	Możliwość rozbudowy o czujnik monitorowania głębokości ucisnąć z wyświetlaniem parametrów na ekranie defibrylatora.	Tak-10 pkt : Nie -0 pkt	Tak. Możliwość rozbudowy o czujnik monitorowania głębokości ucisnąć z wyświetlaniem parametrów na ekranie defibrylatora.	10
16	Możliwość wykonania min. 150 defibrylacji z energią 360J przy w pełni naładowanej baterii	151-200 defibrylacji -5 pkt ,powyżej 200-10 pkt	Tak. Możliwość wykonania 200 defibrylacji z energią 360J przy w pełni naładowanej baterii	5
20	Na wyposażeniu: bateria jednorazowa - czas przydatności do użycia min. 3 lata	4 lata-5 pkt: 5lat i więcej-10 pkt	Tak. Na wyposażeniu: bateria jednorazowa - czas przydatności do użycia min. 4 lata (tryb czuwania), 5 lat (od daty produkcji)	5
24	Masa defibrylatora z baterią max. 3 kg	waga poniżej -5 pkt	Tak. Masa defibrylatora z baterią 2.7 kg	5
	Razem punkty częściowe			35

\*- punkty w zakresie parametrów użytkowo-technicznych zostały przyznane zgodnie z siwz (Rozdział VII)

Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca przyznanych punktów częściowych w kryterium „Parametry użytkowo-techniczne”*				
Pakiet 4				
Lp. w Pakiecie	Parametr punktowany	Punktacja jaką mogła uzyskać oferta	Zaferowane parametry wraz z ilością przyznanych punktów częściowych	
			Oferta nr 8- Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58 15-620 Białystok	Ilość otrzymywanych punktów częściowych
2	Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 5”	Ekran powyżej 5” - 10pkt	Tak. Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej 7”	10
7	Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej	Tak-10pkt:Nie-0 pkt	Tak. Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej	10
8	Czas ładowania do energii maksymalnej 200J poniżej 5 sekund	3-4 sekundy -5 pkt; poniżej 3 sekund -10 pkt	Tak. Czas ładowania do energii maksymalnej 200J poniżej 5 sekund	10
24	b.nałożenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 180 mA	Prąd powyżej 190mA-10 pkt	Tak. b.nałożenie prądu stymulacji w zakresie od 1 do 200 mA	10
25	zakres częstotliwości stymulacji w zakresie min. od 30 do 200 imp/min	częstość powyżej 200imp/min-10pkt	Tak. zakres częstotliwości stymulacji w zakresie od 30 do 210 imp/min	10
33	Możliwość rozbudowy o czujnik monitorowania jakości uciśnięć z wyświetlaniem krzywej głębokości uciśnięć na ekranie	Tak-5 pkt :Nie-0pkt	Tak. Możliwość rozbudowy o czujnik monitorowania jakości uciśnięć z wyświetlaniem krzywej głębokości uciśnięć na ekranie	10
37	Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 300 minut monitorowania	Powyżej 300minut-5 pkt	Tak. Czas pracy na bateriach dla urządzenia 360 minut monitorowania	10
42	Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 7 kg	niższa waga -10pkt	Tak. Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami 6.1 kg	10
Razem punkty częściowe				80



Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca przyznanych punktów częściowych w kryterium „Parametry użytkowo-techniczne”*				
Pakiet 5				
Lp. w Pakiecie	Parametr punktowany	Punktacja jaką mogła uzyskać oferta	Zaoferowane parametry wraz z ilością przyznanych punktów częściowych	Ilość otrzymanych punktów częściowych
7	Pojemność na jeden cykl – dwie „kaczki” i jeden „basen” lub trzy kaczki	Większy wsad -5 pkt	Oferta nr 2 -Sani System Sp. z o.o. Sp. K. ul. Borówkowa 24 65-124 Zielona Góra	0
10	Automatyczne otwieranie drzwi za pomocą przycisku nożnego	TAK-10 pkt : NIE-0 pkt	TAK, dwie „kaczki” i jeden „basen” oraz pokrywka do basenu lub trzy kaczki	0
12	Elementy grzejne poza komorą myjni . Moc Elementów grzejnych – max. 5 kW	moc poniżej 4kW -5 pkt	NIE	5
13	Dwie pompy dozujące detergent z możliwością nastawienia dozowania bezpośrednio z panelu sterowania, dla każdego programu oddzielnie, dopuszcza się rozwiązanie z jedną pompą dozującą	Wymagane - jedna pompa 0 pkt : dwie pompy 10 pkt	TAK, Elementy grzejne poza komorą myjni . Moc Elementów grzejnych – 3 kW	0
24	Maksymalny poziom emitowanego hałasu – 55 dB	54-51 dB -5 pkt : poniżej 51dB -10 pkt	TAK, jedna pompa dozująca detergent z możliwością nastawienia dozowania bezpośrednio z panelu sterowania	10
28	Możliwość stosowania środków różnych producentów bez wpływu na gwarancję	Tak-10 pkt : Nie-0 pkt	TAK, poziom emitowanego hałasu – 50 dB	10
Razem punkty częściowe				25

\*- punkty w zakresie parametrów użytkowo-technicznych zostały przyznane zgodnie z siwz (Rozdział VII)

Pakiet 5				
Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca przyznanych punktów częściowych w kryterium „Parametry użytkowo-techniczne”*				
Lp. w Pakiecie	Parametr punktowany	Punktacja jaką mogła uzyskać oferta	Zaoferowane parametry wraz z ilością przyznanych punktów częściowych	Ilość otrzymanych punktów częściowych
			Oferta nr 2 „MEDILAB” Firma Wytórczo Usługowa Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 60 15-531 Białystok	

7	Pojemność na jeden cykl – dwie „kaczki” i jeden „basen” lub trzy kaczki	Większy wsad -5 pkt	pojemność jeden cykl- dwie „kaczki” i jeden „basen” lub trzy kaczki	0
10	Automatyczne otwieranie drzwi za pomocą przycisku nożnego	TAK-10 pkt : NIE-0 pkt	Tak, Automatyczne otwieranie drzwi za pomocą przycisku nożnego	10
12	Elementy grzejne poza komorą myjni . Moc Elementów grzejnych – max. 5 kW	moc poniżej 4kW -5 pkt	TAK, Elementy grzejne poza komorą myjni . Moc Elementów grzejnych – 3,5 kW	5
13	Dwie pompy dozujące detergent z możliwością nastawienia dozowania bezpośrednio z panelu sterowania, dla każdego programu oddzielnie, dopuszcza się rozwiązanie z jedną pompą dozującą	Wymagane - jedna pompa 0 pkt : dwie pompy 10 pkt	Tak, dwie pompy dozujące detergent z możliwością nastawienia dozowania bezpośrednio z panelu sterowania, dla każdego programu oddzielnie	10
24	Maksymalny poziom emitowanego hałasu – 55 dB	54-51 dB -5 pkt : poniżej 51dB -10 pkt	TAK, maksymalny poziom emitowanego hałasu – 51 dB	5
28	Możliwość stosowania środków producentów bez wpływu na gwarancję	Tak-10 pkt : Nie-0 pkt	TAK, Możliwość stosowania środków różnych producentów bez wpływu na gwarancję	10
<b>Razem punkty częściowe</b>				<b>40</b>

\*- punkty w zakresie parametrów użytkowo-technicznych zostały przyznane zgodnie z siwz (Rozdział VII)

Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca przyznanych punktów częściowych w kryterium „Parametry użytkowo-techniczne”*				
Pakiet 6				
Lp. w Pakiecie	Parametr punktowany	Punktacja jaką mogła uzyskać oferta	Zaoferowane parametry wraz z ilością przyznanych punktów częściowych Oferta nr 5- Wrocławskie Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Ortopedycznego „Żak-Med” Anna Bojanowska ul. Ostródzka 38 54-166 Wrocław	Ilość otrzymanych punktów częściowych
5	Urządzenie do obsługi dwóch pacjentów w tym samym czasie.	Tak-20 pkt: Nie-0 pkt	Tak, Urządzenie do obsługi dwóch pacjentów w tym samym czasie	20
9	Waga: do 45 kg.	Poniżej 45 kg -5 pkt	Waga: do 40 kg.	5
13	Napięcie zasilania: 230 V, 50/60Hz, maks.750VA	moc poniżej 700VA -3 pkt	Napięcie zasilania: 230 V, 50/60Hz, maks.750VA	0
	Razem punkty częściowe			25

\*- punkty w zakresie parametrów użytkowo-technicznych zostały przyznane zgodnie z siwz (Rozdział VII)

Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca przyznanych punktów częściowo-techniczne**					
Pakiet 7					
Lp. w Pakiecie	Parametr punktowany	Punktacja jaką mogła uzyskać oferta	Zaferowane parametry wraz z ilością przyznanych punktów częścikowych	Ilość otrzymanych punktów częścikowych	
3	Możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie bez konieczności odpinania w celu zmiany sondy w trakcie badania	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	Oferta nr 4- Medicus Sp. z o.o. Plac Strzelecki 24 50-224 Wrocław	10	
7	Automatyczne uruchamianie testu przy badaniu za pomocą sondy screeningowej, możliwość uruchomienia testu za pomocą diagnostycznej (możliwość wykonania badania przy pacjencie, bez konieczności obsługi z panelu urządzenia), możliwość zmiany ucha badanego za pomocą przycisku na sondzie screeningowej	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	Tak, automatyczne uruchamianie testu przy badaniu za pomocą sondy screeningowej, możliwość uruchomienia testu za pomocą przycisku przy sondzie diagnostycznej (możliwość wykonania badania przy pacjencie, bez konieczności obsługi z panelu urządzenia), możliwość zmiany ucha badanego za pomocą przycisku na sondzie screeningowej	5	
9	W zestawie oprogramowanie pracujące w oparciu o jeden interfejs umożliwiający obsługę różnych urządzeń takich jak: tympanomet, audiometr, otoemisja oraz system dopasowywania aparatów słuchowych, umożliwiający gromadzenie danych pacjentów, zarządzania danymi i wynikami badań, generowania i wydruku raportów pacjenta	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	Tak, w zestawie oprogramowanie pracujące w oparciu o jeden interfejs umożliwiający obsługę różnych urządzeń takich jak: tympanomet, audiometr, otoemisja oraz system dopasowywania aparatów słuchowych, umożliwiający gromadzenie danych pacjentów, zarządzania danymi i wynikami badań, generowania i wydruku raportów pacjenta	5	
14	Dokładność częstotliwości +/- 0,5%	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	Tak, dokładność częstotliwości +/- 0,5%	5	
23	Dokładność pracy pompy $\pm 10\%$ lub $\pm 10$ daPa (w zależności od tego, która wartość jest większa)	Tak – 5 pkt; Nie – 0 pkt	Tak, dokładność pracy pompy $\pm 10\%$ lub $\pm 10$ daPa (w zależności od tego, która wartość jest większa)	5	
25	Wykres admittancji: oś Y - ml, cc, mmho, $\mu$ l; oś X: daPa, sec	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	Tak, wykres admittancji: oś Y - ml, cc, mmho, $\mu$ l; oś X: daPa, sec	5	
26	Urządzenie stacjonarne, kompaktowe z wyświetlaczem min.6'' oraz rozdzielczością 800x480 pikseli	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	Tak, urządzenie stacjonarne, kompaktowe z wyświetlaczem min.6'' oraz rozdzielczością 800x480 pikseli	5	
Razem punkty częścikowe				40	

\*- punkty w zakresie parametrów użytkowo-technicznych zostały przyznane zgodnie z siwz (Rozdział VII)

Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca przyznanych punktów częściowych w kryterium „Parametry użytkowo-techniczne”*				
Pakiet 8				
Lp. w Pakiecie	Parametr punktowany	Zaoferowane parametry wraz z ilością przyznanych punktów częściowych		Ilość otrzymanych punktów częściowych
		Punktacja jaką mogła uzyskać oferta	Oferta nr 8 - Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58 15-620 Białystok	
4	Dopuszczalne obciążenie min. 220 kg	większe obciążenie -5 pkt	TAK - Dopuszczalne obciążenie 227 kg	5
7	Wymiary leża (powierzchnia dla pacjenta): długość min. 1900 mm (+/-10)mm, szerokość min. 650mm	większa szerokość -5 pkt	TAK - Wymiary leża (powierzchnia dla pacjenta): długość 1920mm, szerokość 660mm	5
14	Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej od 580mm do 880 mm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)	dolny zakres poniżej 580mm -5pkt : górny zakres powyżej 900mm - 5pkt	TAK - Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie od 550mm do 910 mm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)	10
15	Manualna regulacja segmentu pleców ze wspomaganie sprężyn gazowych w zakresie co najmniej 0°-70	większy zakres -5 pkt	TAK - Manualna regulacja segmentu pleców ze wspomaganie sprężyn gazowych w zakresie 0°-90	5
16	Pozycja Trendelenburg/ anty Trendelenburg regulowana hydraulicznie w zakresie co najmniej ±10° przy użyciu przycisków nożnych z obu stron wózka	większy zakres -5 pkt	TAK - Pozycja Trendelenburg/ anty Trendelenburg regulowana hydraulicznie w zakresie ±18° przy użyciu przycisków nożnych z obu stron wózka	5
17	Narożniki wózka wyposażone w 4 odbojniki rolkowe chroniące wózek i ściany przed otarciami	Dodatkowe listwy odbojowe na całej długości leża po obu stronach - 5 pkt	TAK - Naróżniki wózka wyposażone w 4 odbojniki rolkowe chroniące wózek i ściany przed otarciami	5
Razem punkty częściowe				35

\*- punkty w zakresie parametrow użytkowo-technicznych zostały przyznane zgodnie z siwz (Rozdział VII)

Załącznik nr 1 -Informacja dotycząca przyznanych punktów częściowych w kryterium „Parametry użytkowo-techniczne”*				
Pakiet 9				
Lp. w Pakiecie	Parametr punktowany	Punktacja jaką mogła uzyskać oferta	Zaoferowane parametry wraz z ilością przyznanych punktów częściowych	Ilość otrzymanych punktów częściowych
			<b>Oferta nr 8 - Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58 15-620 Białystok</b>	
2	Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max 8,5 kg	Waga poniżej 8 kg -10 pkt	Tak. Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami 7,93 kg	10
3	Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 5”	ekran6-7cali-5 pkt;ekran 8 cali i powyżej 10 pkt	Tak. Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej 8,4”	10
9	Czas ładowania do energii 200J poniżej 5 sekund	3-4 sekundy -5 pkt; poniżej 3 sekund -10 pkt	Tak. Czas ładowania do energii 200J poniżej 5 sekund	0
27b	b. pomiar respiracji w zakresie min. od 1 do 100 rpm	większy zakres-5 pkt	b. pomiar respiracji w zakresie od 0 do 200 rpm	5
29	Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 180 mA	Prąd powyżej 190mA-10 pkt	Tak. Natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0 do 200 mA	10
30	Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 200 imp/min.	częstość powyżej 200imp/min-10pkt	Tak. Zakres częstości stymulacji w zakresie od 30 do 210 imp/min.	10
35	Możliwość rozbudowy o czujnik monitorowania jakości uciśnięć z wyświetlaniem krzywej głębokości uciśnięć na ekranie	Tak-5 pkt; Nie -0 pkt	Tak. Możliwość rozbudowy o czujnik monitorowania jakości uciśnięć z wyświetlaniem krzywej głębokości uciśnięć na ekranie	5
42	Czas pracy na bateriach dla urządzenia: minimum 5 godzin monitorowania	powyżej 5 godzin-5 pkt	Tak. Czas pracy na bateriach dla urządzenia: 10 godzin monitorowania	5
	<b>Razem punkty częściowe</b>			<b>55</b>

\*- punkty w zakresie parametrów użytkowo-technicznych zostały przyznane zgodnie z siwz (Rozdział VII)

Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca przyznanych punktów częściowych w kryterium „Parametry użytkowo-techniczne”*				
Pakiet 10				
Lp. w Pakiecie	Parametr punktowany	Punktacja jaką mogła uzyskać oferta	Zaferowane parametry wraz z ilością przyznanych punktów częściowych	Ilość otrzymanych punktów częściowych
14	Waga urządzenia maks. 10 kg	poniżej 9,5kg - 5 pkt	Oferta nr - 3 Medtronic Poland Sp z o.o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa	5
15	urządzenie kompatybilne z nożem plazmowym do cięcia tkanek miękkich o precyzji skalpela i kontroli krwawienia tradycyjnej elektrochirurgii z plazmą generowaną na zewnętrznej krawędzi elektrochirurgii ostrza (0,05% powierzchni), grubość krawędzi tnącej 12,5 µm	Tak 50 pkt : Nie -0 pkt	TAK, urządzenie kompatybilne z nożem plazmowym do cięcia tkanek miękkich o precyzji skalpela i kontroli krwawienia tradycyjnej elektrochirurgii z plazmą generowaną na zewnętrznej krawędzi elektrochirurgii ostrza (0,05% powierzchni), grubość krawędzi tnącej 12,5 µm	50
<b>Razem punkty częściowe</b>				<b>55</b>

\*- punkty w zakresie parametrów użytkowo-technicznych zostały przyznane zgodnie z siwz (Rozdział VII)