

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

Postępowania przetargowego na „DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA BIAŁEK METODĄ NEFELOMETRII LASEROWEJ ”

znak sprawy: WSzSL/DZ-64/18

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2017. 1579 ze zm), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1


Czy Zamawiający wymaga zaoferowania całkowitych lekkich łańcuchów kappa i lambda, czy wolnych łańcuchów kappa i lambda?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga zaoferowania wolnych, lekkich łańcuchów kappa i lambda. Odpowiednio zmodyfikowano Załącznik 2A w zakresie Tabeli „A” odpowiednio w pozycji 10 i 11.

UWAGA!

Modyfikacja została wprowadzona czcionką koloru czerwonego.

Z poważaniem,


D Y R E K T O R
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
mgr Krystyna Barcik