

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

Postępowania przetargowego na „NA DOSTAWY ŻELI DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK I IMMUNOFIKSACJI ORAZ ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA HEMOGLOBINY GLIKOWANEJ”.

znak sprawy: WSzSL/DZ-67/18

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2017. 1579 ze zm), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1 - Prosimy o informację do jakiej sieci informatycznej ma zostać wpięty analizator do oznaczania HbA1c?

W odpowiedzi na pytanie: Analizator ma być wpięty do systemu e-lab firmy Eclipse.

Pytanie nr 2 - Prosimy o doprecyzowanie treści zawartej w Tabeli B, pkt 2. Co Zamawiający rozumie poprzez: "Należy uwzględnić fakt, iż badania będą wykonywane przy każdorazowej zmianie serii odczynników. Wykonawca zobowiązany jest dostosować ofertę uwzględniając wymaganie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym".

Czy Zamawiający miał na myśli kalibrację, które będą wykonywane przy każdorazowej zmianie serii odczynników?

Czy Zamawiający wymaga, aby uwzględnić w wycenie oraz w ilości badań dodatkowe oznaczenia, które będą przeznaczone na kalibrację urządzenia do oznaczania HbA1c?

W odpowiedzi na pytanie: Tak przez ten zapis Zamawiający rozumie obowiązkowe kalibracje. Oferent winien w wycenie uwzględnić wszystkie dodatkowe badania tj. kalibrację oraz badania kontrolne.

Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia do oznaczania HbA1c, które do obsługi nie wymaga zestawu komputerowego? Czy w takiej sytuacji, Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu komputerowego o parametrach ujętych w SIWZ?

W odpowiedzi na pytanie: Nie. Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu komputerowego opisanego w SIWZ.

Z poważaniem,

Z-CO DOKTORA
da Legnicka
Województwo Legnicko-Poznańskie
dr n. med. Andrzej Rog
