

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

Postępowania przetargowego na „Dostawy odczynników do badań immunochemicznych w technice BLOT oraz ELISA”

znak sprawy: WSzSL/DZ-61/18

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2017. 1579 ze zm), wyjaśniam co następuje:

**Pytanie nr 1**

W celu poprawnej kalkulacji oferty, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie dodatkowej kolumny w tabeli „A” załącznik nr 2A, w której Wykonawca mógłby wskazać faktyczną ilość oznaczeń będących sumą oznaczeń wymaganych (kolumna D) oraz niezbędnych kalibracji i kontroli.

Oferta skalkulowana wyłącznie w oparciu o liczbę oznaczeń podaną przez Zamawiającego w kolumnie „D” będzie niedoszacowana i błędnie skalkulowana.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wykonuje oznaczenia wymienione w pozycji 3 i 4 Załącznika 2A w seriach 2 razy w miesiącu. Wobec powyższego należy dostosować ilość testów do przedstawionej częstotliwości.**

**Ponadto Zamawiający odsyła do zapisów Rozdziału XIII SIWZ tj. „ UWAGA Zamawiający wymaga, aby ilość zaoferowanych opakowań handlowych obejmowała nie mniej niż 100% zamówienia określonego w poz. 1-4 Tabeli A Załącznika 2A do siwz. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zaoferować opakowanie handlowe, którego wielkość i/lub wielokrotność spowoduje zwiększenie ilości przedmiotu zamówienia wskazanego w kolumnie „E”, powinien w tejże kolumnie wskazać faktyczną ilość asortymentu jaką oferuje do realizacji zamówienia tzn. równoważną z odpowiednią ilością pełnych oferowanych opakowań handlowych i ją wycenić”.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ (rozdział XXIV) może wskazać miejsce w formularzu ofertowym, w którym Wykonawca powinien umieścić hasło dostępu do pliku JEDZ?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający omyłkowo nie wskazał miejsca umieszczenia hasła dostępu do pliku JEDZ w druku oferty. Prosimy o dopisanie go jako kolejny punkt druku bądź o złożenie na osobnej stronie oferty.**

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem,

Z-CA DZIENIOWA  
ds. Legnicka  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy  
dr n. med. Andrzej Eder