

Legnica, 31-10-2018 r.

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 810.000 zł brutto.

Oferta nr 1 złożona przez **Siemens Healthcare Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa**

1) Zaoferowana cena brutto: **671.116,58 zł**

2) Parametry funkcjonalno-użytkowe analizatorów :

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące analizatorów - parametry funkcjonalno-użytkowe | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście opisu w kolumnie book |
|-----|--|--|
| 1 | Wydajność każdego z analizatorów nie mniej niż 350 oznaczeń PFT na godzinę | 380 oznaczeń |
| 2 | Wydajność każdego analizatora nie mniej niż 300 oznaczeń APTT | 310 oznaczeń |
| 4 | Możliwość pracy z minimum 3 seriami odczynników | praca z 6 seriami odczynników |
| 6 | Możliwość oznaczania DD | Oznaczanie DD poniżej 10 minut |
| 8 | System re-run w przypadku wyników poza liniowością metody | System re-run w przypadku wyników poza liniowością metody |

3) **Termin wykonywania dostaw - 5 dni roboczych**

Prosimy Wykonawców, aby w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wzór zamieszczamy na stronie internetowej.

Zestawienie sporządziła: Dorota Patera