

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy:****PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY PASKÓW DO ANALIZY MOCZU****Znak sprawy: WSzSL/DZ-65/18**

Zamawiający dokonuje korekty odpowiedzi udzielonej w dniu 2.11.2018r. na pytanie nr 41 w następujący sposób:

**Pytanie nr 41:**

Dotyczy Tabeli B – Informacje uzupełniające Pkt 4.

W związku z wymaganiem przedstawiony w tabeli B tj „Zestaw komputerowy musi posiadać system operacyjny MS Windows 10 PRO (ze względu na pracę w sieci z domenami), który jest wymagany w parametrach Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (dalej: LIS) użytkowanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobligowany jest do podłączenia analizatorów do sieci LIS”, zwracamy się prośbą o zgodę na zaoferowanie komputera pracującego w oparciu o Windows 7, który to komputer stanowi integralną część zestawu dostarczanego przez producenta wraz z oferowanym analizatorem. Zgodnie z warunkami podłączenia do LIS, otrzymaną od dostawcy systemu z którego korzysta Zamawiający (E-lab), minimalne wymagania dotyczące systemu operacyjnego komputera, który ma być podłączony do LIS to właśnie Windows 7, dlatego też prosimy o zgodę jak wyżej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę, na warunkach określonych w z modyfikowanym wzorze umowy. Zamawiający w §3 umowy dodał ustęp 4 o poniższej treści:

**[4. Wynajmowany zestaw komputerowy posiada system operacyjny Windows 7 i w związku z tym Wykonawca do dnia 31-01- 2020 roku, (tj. przed wygaśnięciem wsparcia producenta dla Windows 7 i zaprzestania przez niego aktualizacji systemu) – na własny koszt i ryzyko dokona zmiany systemu operacyjnego Windows 7 na Windows 10 PRO dochowując procedur wynikających z obowiązujących przepisów RODO.] - zapis nie dotyczy ofert z systemem Windows 10 PRO.**

Za niedopełnienie tego obowiązku Zamawiający przewidział naliczenie kar umownych w zmodyfikowanym wzorze umowy.

Informacje o oferowanym systemie operacyjnym należy wskazać w Tabeli D w Kolumnie I.

1. Udzielona odpowiedź jest wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Zamawiający w wyniku udzielonej korekty odpowiedzi zmodyfikował treść SIWZ, w tym wzoru umowy. Niezależnie od zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zmodyfikowano treść w Tabelach B, D, E Załącznika 2A do SIWZ oraz Rozdziału XIV SIWZ.
3. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 19.11.2018r. Miejsce i godziny pozostają bez zmian.
4. Wszelkie zmiany dokonano czcionką kolory niebieskiego

**Z poważaniem,**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy

mgr Krystyna Barcik