



**DOLNY
ŚLĄSK**

WSzSL/FZ/072/85 /19

Legnica 13-11-2019 r.

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę detektora promieniowania do urządzenia Artis zee C floor
(znak sprawy WSzSL/FZ-63/19)**

W odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843), wyjaśniamy co następuje:

Pytanie 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o co najmniej 2 dni robocze, w związku z wydłużonymi procedurami Wykonawcy związanymi z pozyskaniem dokumentów wymaganych w SIWZ, m.in. gwarancja wadialna.

Odpowiedź: Termin składania i otwarcia ofert zostaje przełożony na 19-11-2019 r.

Pytanie 2 dot. SIWZ rozdz. III pkt. 2 Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu gwarancji i rękojmi do 12 miesięcy zgodnie z tą, którą oferuje producent.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – w związku z tym faktem dokumentacja przetargowa zostaje odpowiednio zmodyfikowana.

Uwaga:

1. Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ, a dokonane zmiany zostały oznaczone czcionką koloru czerwonego.

Z poważaniem,


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Anna Fiedoruk-Michalska