

WSzSL/FZ/072-958/19

Legnica, dnia 28.11.2019 r.

**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY WYROBÓW DO UŻYTKU MEDYCZNEGO
znak sprawy: WSzSL/FZ-59/19**

DOTYCZY CZĘŚCI: 1, 2, 11, 13, 15, 16, 30, 31, 32, 36

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu **28.11.2019r.** dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych w ww. postępowaniu. Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ (Cena- 100%) wybrano oferty n.w. Wykonawców. Oferty spełniają wymogi Zamawiającego oraz uzyskały największą punktację.

NR OFERTY	NAZWA I ADRES WYKONAWCY	Nr części	CENA
12	J. Chodacki, A. Misztal, „MEDICA” Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin	1	2 592,00
11	Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	2	2 592,00
4	Biochem Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 23, Stara Iwiczna 05-500 Piaseczno	11	6 804,00
8	Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl	13	11 988,00
11	Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	15	4 406,40
12	J. Chodacki, A. Misztal, „MEDICA” Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin	16	35 532,00
1	ZARYS INTERNATIONAL GROUP Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	32	1 096,20
10	KD -Medical Polska Sp. z o.o. ul. Legionów 192 B, 43-502 Czechowice- Dziedzice	36	884,52

Streszczenie i ocena złożonych ofert

NUMER OFERTY	WYKONAWCA – NAZWA /ADRES	Nr części	CENA	PUNKTY W KRYTERIUM „CENA” 100 %
8	Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl	1	6 804,00	38,10
12	J. Chodacki, A. Misztal, „MEDICA” Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin	1	2 592,00	100,00
1	ZARYS INTERNATIONAL GROUP Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	2	4 320,00	60,00
5	Becton Dickinson Sp. z o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 warszawa	2	6 480,00	40,00
8	Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl	2	10 800,00	24,00
9	„Vygon Polska” Sp. z o.o., ul. francuska 36 lok. 6 03-905 Warszawa	2	9 504,00	27,27
10	KD -Medical Polska Sp. z o.o. ul. Legionów 192 B, 43-502 Czechowice- Dziedzice	2	3 456,00	75,00
11	Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	2	2 592,00	100,00
12	J. Chodacki, A. Misztal, „MEDICA” Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin	2	3 888,00	66,67
4	Biochem Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 23, Stara Iwiczna 05-500 Piaseczno	11	6 804,00	100,00
8	Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl	13	11 988,00	100,00
10	KD -Medical Polska Sp. z o.o. ul. Legionów 192 B, 43-502 Czechowice- Dziedzice	13	12 830,40	93,43
11	Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	15	4 406,40	100,00
10	KD -Medical Polska Sp. z o.o. ul. Legionów 192 B, 43-502 Czechowice- Dziedzice	16	37 044,00	95,92
11	Bialmed Sp. z o.o.	16	41 680,00	85,25

	ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa			
12	J. Chodacki, A. Misztal, „MEDICA” Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin	16	35 532,00	100,00
1	ZARYS INTERNATIONAL GROUP Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	32	1 096,20	100,00
9	„Vygon Polska” Sp. z o.o., ul. francuska 36 lok. 6 03-905 Warszawa	36	2 021,76	43,75
10	KD -Medical Polska Sp. z o.o. ul. Legionów 192 B, 43-502 Czechowice- Dziedzice	36	884,52	100,00
11	Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	36	1 507,90	58,66

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp) - (tj. treść oferty nie odpowiada treści SIWZ) - odrzucona zostaje oferta:

- 1) nr 10 firmy **KD -Medical Polska Sp. z o.o. ul. Legionów 192 B, 43-502 Czechowice- Dziedzice** w zakresie części 11;
- 2) nr 12 firmy **J. Chodacki, A. Misztal, „MEDICA” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin** w zakresie części 13;
- 3) nr 1 firmy **ZARYS INTERNATIONAL GROUP Sp. z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze** w zakresie części 15;
- 4) nr 3 firmy **SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź** w zakresie części 30 i 31;
- 5) nr 11 firmy **Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa** w zakresie części 32.

Ad 1)

Uzasadnienie dla części 11

Zamawiający pismem z dnia 30.10.2019 r. (WSzSL/FZ/072/801/19) na podstawie art. 26 ust. 2 uPzp wezwał firmę **KD -Medical Polska Sp. z o.o. ul. Legionów 192 B, 43-502 Czechowice- Dziedzice** do złożenia dokumentów dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia w postaci katalogów (lub części katalogów) wydanych przez Wytwórcę oferowanego wyrobu medycznego zawierających numery katalogowe oferowanych produktów oraz opis/wskazanie kluczowych cech, parametrów właściwości itp. oferowanego przedmiotu zamówienia, w szczególności w kontekście opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego przez Zamawiającego w zakresie części 11.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego dla ww. Części złożył katalog zgodnie z którym, zaoferowane zawory posiadają przepływ 540 ml/min., a nie 160-170 ml/min. czego wymagał Zamawiający zgodnie z w siwz. Ponadto w załączonym katalogu brak jest informacji o tym, iż oferowany zawór posiada nasadkę połączeniową typu lock.

Ad. 2)

Uzasadnienie dla części 13

Zamawiający pismem z dnia 30.10.2019 r. (WSzSL/FZ/072/802/19) na podstawie art. 26 ust. 2 uPzp wezwał firmę **J. Chodacki, A. Misztal, „MEDICA” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin** do złożenia dokumentów dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia w postaci katalogów (lub części katalogów) wydanych przez Wytwórcę oferowanego wyrobu medycznego zawierających numery katalogowe oferowanych produktów oraz opis/wskazanie kluczowych cech, parametrów właściwości itp. oferowanego przedmiotu zamówienia, w szczególności w kontekście opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego przez Zamawiającego w zakresie części 13.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego dla ww. Części nadesłał katalog zgodnie z którym, zaoferowany aparat posiada elastyczną komorę kroplową, podczas, gdy Zamawiający wymagał „dwuczęściowej komory kroplowej, której część z kołcem wykonana jest ze sztywnego, w pełni przejrzystego materiału oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej)”.

Ad. 3)

Uzasadnienie dla części 15

Zamawiający pismem z dnia 12.11.2019 r. (WSzSL/FZ/072/842/19) na podstawie art. 26 ust. 3 uPzp wezwał firmę **ZARYS INTERNATIONAL GROUP Sp. z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze** do złożenia brakującego dokumentu/dokumentów dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającego/potwierdzających fakt, iż oferowane przedłużacze wytrzymują ciśnienie 4,5 bara oraz, że łącznik stożkowy luer-lock żeński posiada podwójny gwint czego wymagał Zamawiający w zakresie części 15.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego dla ww. Części złożył MATERIAŁY MARKETINGOWE UDOSTĘPNIANE NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO „egzemplarz informacyjny”. Nie są to zatem żadne z wymaganych przez Zamawiającego dokumentów tj. katalogi lub ich części wydane przez Wytwórcę oferowanego wyrobu medycznego zawierające numery katalogowe oferowanego produktu oraz opis/wskazanie kluczowych cech, parametrów właściwości itp.(...)

09

Ad. 4)

Uzasadnienie dla części 30

Zamawiający pismem z dnia 8.11.2019r. (WSzSL/FZ/072/840/19) na podstawie art. 26 ust. 3 uPzp wezwał firmę **SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź** do złożenia brakującego dokumentu/dokumentów dotyczącego/dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającego fakt, iż:

- 1) otwory boczne w zaofertowanych cewnikach posiadają średnicę nie większą niż 1-2mm oraz, że są one zlokalizowane w odległości nie większej niż 1-1,5 cm od otworu dystalnego cewnika czego wymagał Zamawiający.
- 2) zaofertowane cewniki posiadają rozmiar CH4 o długości 40 cm, oraz CH6, CH8, CH10 o długościach 40 cm.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego dla ww. Części przesłał oświadczenie zamiast wymaganego katalogu co jest niezgodne z wymogami siwz.

Ad. 5)

Uzasadnienie dla części 31

Zamawiający pismem z dnia 8.11.2019r. (WSzSL/FZ/072/839/19) na podstawie art. 26 ust. 3 uPzp wezwał firmę **SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź** do złożenia brakującego dokumentu dotyczącego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającego fakt, iż otwory boczne w zaofertowanych cewnikach posiadają średnicę nie większą niż 1-2mm oraz, że są one zlokalizowane w odległości nie większej niż 1-1,5 cm od otworu dystalnego cewnika, czego wymagał Zamawiający.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego dla ww. Części przesłał oświadczenie zamiast wymaganego katalogu co jest niezgodne z wymogami siwz.

Uzasadnienie dla części 32

Zamawiający, zgodnie z siwz, w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnie „I” wymagał wskazania numeru katalogowego oferowanego asortymentu. Firma **Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa** w złożonej ofercie w kolumnie „I” wpisała „brak nr kat.” co jest niezgodne z wymaganiami określonymi w siwz.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1) uPzp. (tj. nie złożono żadnych ofert nie podlegających odrzuceniu) unieważnia się postępowanie w zakresie: **Części 30 i 31.**

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że w zakresie wskazanych części: 1, 2, 11, 13, 15, 16, 30, 31, 32, 36.

- 1) nie wykluczył Wykonawcy,
- 2) nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów,
- 3) nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Nieśnięjsza informacja zostaje:

- 1) przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty - za pośrednictwem poczty elektronicznej;
- 2) zamieszczona, na stronie internetowej postępowania;
- 3) zamieszczona na Tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Klauzula obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO na potrzeby realizacji zamówienia publicznego

Adresatem tej informacji są przede wszystkim osoby fizyczne (wykonawcy) przekazujące swoje dane osobowe bezpośrednio Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy.

Zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. Iwaskiewicza 5, 59-220 Legnica (dalej: „Szpital”). Kontakt tel.: 76 72 11 000 (centrala telefoniczna).
- Szpital wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@szpital.legnica.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), (dalej „ustawa Pzp”)w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z korzystnym dla Pana/Pani rozstrzygnięciem postępowania, Pana/Pani

dane osobowe będą przetwarzane również w celu realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualnego dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora danych) i w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Pzp).

- Zamówieniem publicznym na potrzeby którego będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe jest zamówienie publiczne, któremu towarzyszy niniejsza klauzula (dalej: „**Zamówienie**”).
- Dane osobowe i kategorie Pani/Pana danych osobowych przetwarzane na potrzeby realizacji Zamówienia wynikają bezpośrednio z SIWZ Zamówienia, Szpital przetwarza w szczególności imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, dane zawarte w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG)
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przede wszystkim będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także podmioty przetwarzające działające na zlecenie Szpitala (np. dostawcy usług IT, księgowość, kancelarie prawne) oraz pracownicy i współpracownicy Szpitala.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W związku z zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Pana/Pani dane osobowe mogą być przechowywane dodatkowo do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na podstawie przepisów prawa.
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane przez Szpital do odbiorcy w państwie trzecim.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- co do zasady Pana/Pani prawo do usunięcia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych jest istotnie ograniczone, w szczególności nie przysługuje Panu/Pani:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**** Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

***** Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Dziękujemy Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
mgr inż. Andrzej Bukowczyk