

**Do wszystkich zainteresowanych  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
na dostawę wyrobów medycznych na potrzeby oddziału neurochirurgicznego**

**Dotyczy: postępowania o numerze sprawy: WSzSL/DZ-48/17**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2015.2164 ze zm), wyjaśniam co następuje:

**Dotyczy Pakietu 3**

**Pytanie 1-Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia pozycji 1 i 2 i utworzenia z nich oddzielnego pakietu?**

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje w Pakiecie 3 modyfikując jednocześnie siwz.**

**Dotyczy Pakietu 15**

**Pytanie 2-Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia pozycji 1 i 2 i utworzenia z nich oddzielnego pakietu?**

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Dotyczy Pakietu 2 poz. 1**

**Pytanie 3-Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zacisków ze stopu tytanu do mocowania płyta kostnego czaszki po kraniotomii, na ryflowanym trzpieniu o rozmiarze 11mm, 16mm lub 20mm (do śródoperacyjnego wyboru operatora)? Ryflowany trzpień zapobiega samoczynnemu zsuwaniu się talerzyka i ułatwia implantację. Zacisk 16mm i 20mm z otworami na drenaż. Pakowane sterylne, jednostkowo. Zakładane za pomocą w pełni automatycznego, dynamometrycznego aplikatora, umożliwiającego zaciskanie implantu ze stałą siłą. Odcięcia trzpienia odbywa się za pomocą oddzielnego narzędzia.**

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Dotyczy Pakietu 15 poz. 2**

**Pytanie 4 -Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu płytek jak poniżej:**

1	Płytką 2 - otworowa prosta, długość 11 mm, profil 0,6mm
2	Płytką 2 - otworowa prosta, długość 16 mm, profil 0,6mm
3	Płytką 4 - otworowa prosta, długość 17 mm, profil 0,6mm
4	Płytką 4 - otworowa prosta, długość 20 mm, profil 0,6mm
5	Płytką 5 - otworowa typu Y, długość 17 mm, profil 0,6mm
6	Płytką 16 - otworowa prosta, długość 63 mm, profil 0,6mm
7	Płytką 6 - otworowa typu podwójny Y, długość 15 mm, profil 0,6mm
8	Płytką 6 - otworowa typu podwójny Y, długość 17 mm, profil 0,6mm
9	Płytką 4 - otworowa kwadratowa, długość 10 mm, profil 0,6mm
10	Płytką 6 - otworowa prostokątna, długość 17 mm, profil 0,6mm
11	Płytką 8 - otworowa prostokątna, długość 24 mm, profil 0,6mm
12	Płytką 6 - otworowa na otwór trepanacyjny, średnica 16 mm, profil 0,6mm
13	Płytką 6 - otworowa na otwór trepanacyjny, średnica 20 mm, profil 0,6mm
14	Płytką - siatka o wymiarach 65 x 90 mm, grubość 0,6 mm, sieciowanie normalne
15	Płytką - siatka o wymiarach 65 x 90 mm, grubość 0,3 mm, sieciowanie normalne
16	Płytką - siatka o wymiarach 132 x 158 mm, grubość 0,6 mm, sieciowanie normalne
17	Płytką - siatka o wymiarach 68 x 91 mm, grubość 0,6 mm, sieciowanie drobne

18	Płytki - siatka o wymiarach 68 x 91 mm, grubość 0,3 mm, sieciowanie drobne
19	Magazynek 8 śrub samogwintujących, standardowych, wkrętek krzyżakowy, dł. 3 mm, średnica 1,5 mm
20	Magazynek 8 śrub samogwintujących, standardowych, wkrętek krzyżakowy, dł. 4 mm, średnica 1,5 mm
21	Magazynek 8 śrub samogwintujących, standardowych, wkrętek krzyżakowy, dł. 5 mm, średnica 1,5 mm
22	Magazynek 8 śrub samogwintujących, "awaryjnych", wkrętek krzyżakowy, dł. 3 mm, średnica 1,8 mm
23	Magazynek 8 śrub samogwintujących, "awaryjnych", wkrętek krzyżakowy, dł. 5 mm, średnica 1,8 mm

Możliwość dowolnej konfiguracji kompletu.

**Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Uwaga:**

1. Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Zmiany związane z pozytywnie udzieloną odpowiedzią wprowadzono czcionką koloru różowego.
3. Informujemy, iż ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert z dnia 21.08.2017 na dzień 22.08.2017 godziny i miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy

mgr Krystyna Pencik