

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I SPRZĘTU
NA POTRZEBY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGICZNEGO**

Znak sprawy: WszSL/DZ-55/17

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

PYTANIA WYKONAWCY NR 4

Pytanie do pakietu 5 do SIWZ, załącznik 2A – parametry wymagane pkt. 16

Pytanie nr 24:

Głośność pompy mierzona jest według norm w decybelach (dB) Zamawiający podaje głośność pompy 21 dbA. dbA oznacza poziom względny, ale przeskalowany według krzywej ważącej A odpowiadającej odwróconej krzywej czułości ucha ludzkiego dla różnych częstotliwości.

Zwracamy się z prośbą o podanie przez Zamawiającego wymaganej głośności pompy mierzonej w decybelach dB?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia omyłkowo określił głośność pompy wg. skali dbA. Prawidłowa wartość parametru w pozycji 16 w Pakiecie 5 to 21 dB.

1. Udzielona odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.
2. Zamawiający w wyniku udzielonej odpowiedzi, zmodyfikował treść Załącznik 2A, a dokonane zmiany oznaczono kolorem czerwonym.
3. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z dnia 9.10.2017r. na dzień 11.10.2017r. Godziny i miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
mgr Krystyna Barcik