

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania przetargowego na  
„Dostawy osprzętu do urządzeń na oddziale neonatologii i intensywnej terapii noworodków”.

sprawa : WszSL/DZ-61 /17

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2015.2164 ze zm), wyjaśniam co następuje:

**Pytanie nr 1**

**Pakiet 2.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji od 1 do 5 do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 2**

**Pakiet 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 2 mankietów o rozmiarach takich jak poniżej. Reszta bez zmian.

1	Mankiet RR NEONATAL roz 1 3,3 – 5,6cm jednożyłowy , dwuwarstwowy ( do monitora ECONET )	szt	60
2	Mankiet RR NEONATAL roz 2 4,2 – 7,1 cm jednożyłowy , dwuwarstwowy ( do monitora ECONET )	szt	60
3	Mankiet RR NEONATAL roz 3 5 – 10,5 cm jednożyłowy , dwuwarstwowy ( do monitora ECONET )	szt	40
4	Mankiet RR NEONATAL roz 4 6,9 – 11,7cm jednożyłowy , dwuwarstwowy ( do monitora ECONET )	szt	40
5	Mankiet RR NEONATAL roz 5 8,9 – 15cm jednożyłowy , dwuwarstwowy ( do monitora ECONET )	szt	40

**Pytanie nr 3**

**Pakiet 2 Poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru mankietu 3-6 cm

**W odpowiedzi na pytanie:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 4**

**Pakiet 2 Poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru mankietu 4-8 cm

**W odpowiedzi na pytanie:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 5**

**Pakiet 2 Poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru mankietu 8-15 cm

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 6**

Pakiet 2 Poz. 6 i 7

Prosimy o wydzielenie pozycji 6 i 7 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Prosimy o podanie nr kat. obecnie stosowanych czujników

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 7**

Pakiet 2 Poz. 8

Prosimy o podanie nr kat. obecnie stosowanych czujników

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Z poważaniem,

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy  
*mgr Krystyna Barcik*