

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania przetargowego na
„ Dostawę wózków i stolików oddziałowych”.

sprawa : WSzSL/DZ-60 /17

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2015.2164 ze zm), wyjaśniam co następuje:

Pakiet 1

Stolik oddziałowy 1-blatowy – dostawa, montaż, szkolenie

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści wózek oddziałowy 1-blatowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 bez kanałów montażowych umożliwiających dowolną regulację wysokości dolnego blatu? W przypadku wózka wykonanego w całości ze stali kwasoodpornej technologicznie nie ma możliwości wykonania stelaża z kanałami montażowymi opisanymi w specyfikacji.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 2.

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu dotyczącego montażu wózka na miejscu? Wózek dostarczany jest w formie złożonej, gotowy do użytku.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego montażu wózka w siedzibie Zamawiającego odpowiednio modyfikując SIWZ.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wymaga, aby producent wózka oddziałowego posiadał Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 oraz Certyfikat PN-EN ISO 9001 ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pakiet 2

Stolik oddziałowy 2-blatowy – dostawa, montaż, szkolenie

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści wózek oddziałowy 2-blatowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 bez kanałów montażowych umożliwiających dowolną regulację wysokości dolnego blatu? W przypadku wózka wykonanego w całości ze stali kwasoodpornej technologicznie nie ma możliwości wykonania stelaża z kanałami montażowymi opisanymi w specyfikacji.

Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 2.

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu dotyczącego montażu wózka na miejscu? Wózek dostarczany jest w formie złożonej, gotowy do użytku.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego montażu wózka w siedzibie Zamawiającego odpowiednio modyfikując SIWZ.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wymaga, aby producent wózka oddziałowego posiadał Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 oraz Certyfikat PN-EN ISO 9001 ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pakiet 3

Wózek wielofunkcyjny – dostawa, montaż, szkolenie

Pytanie 1.

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu dotyczącego montażu wózka na miejscu? Wózek dostarczany jest w formie złożonej, gotowy do użytku.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego montażu wózka w siedzibie Zamawiającego odpowiednio modyfikując SIWZ.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wymaga, aby producent wózka oddziałowego posiadał Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 oraz Certyfikat PN-EN ISO 9001 ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rozdział XVII Projekt Umowy

Pytanie 1.

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu umowy w §2 punkt. 5, dotyczącego przeszkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu prawidłowej obsługi sprzętu, jeśli zgodnie z oświadczeniem producenta produkt nie jest aparaturą medyczną i nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż odpowiednie zapisy projektu umowy związane z odstąpieniem od wymogu zostaną odpowiednio zmodyfikowane przy zawieraniu umowy.

UWAGI

- 1) Przy składaniu oferty, na którą w wyniku odpowiedzi na zapytania Zamawiający wyraził zgodę (a nie dokonał zmian zapisów w SIWZ) należy w formularzu ofertowym powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania) i w razie konieczności odpowiednio dostosować treść formularza ofertowego do składanej oferty.
- 2) Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
- 3) Zmiany będące rezultatem pozytywnie udzielonych odpowiedzi wprowadzono kolorem czerwonym.

Z poważaniem,
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
mgr Krystyna Barcik