

Legnica 4.10.2017r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I SPRZĘTU
NA POTRZEBY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGICZNEGO**

Znak sprawy: WszSL/DZ-55/17

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

PYTANIA WYKONAWCY NR 12

Pytanie nr 108:

Pakiet nr 3 – łóżko sterowane elektrycznie

W związku ze zmianą załącznika nr 2A i dodaniu do tabelki punktu 25 proszę o dopuszczenie łóżka wyposażonego w barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, barierki boczne składające się z czterech poprzeczek, w celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w dwóch ruchach, tj. ściśnięcie ze sobą 2 elementów blokady barierki, zwolnienie blokady poprzez uniesienie jej do góry, a następnie opuszczenie barierki? Odblokowywanie barierki poprzez podniesienie barierki powoduje, że barierka jest niestabilna, utrudnia manewrowanie łóżkiem, a opuszczenie barierki nie jest intuicyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zaproponowanego przez Wykonawcę systemu składania/opuszczania barierki.

Udzielona odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

dr n. med. Andrzej Hap