

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania przetargowego na
„Dostawy osprzętu do urządzeń na oddziale neonatologii i intensywnej terapii
noworodków”.

sprawa : WszSL/DZ-65 /17

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2015.2164 ze zm), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Pakiet 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarach :

1	Mankiet RR NEONATAL roz 1 3,3 – 5,6cm jednożyłowy , dwuwarstwowy (do monitora ECONET)
2	Mankiet RR NEONATAL roz 2 4,2 – 7,1 cm jednożyłowy , dwuwarstwowy (do monitora ECONET)
3	Mankiet RR NEONATAL roz 3 5 – 10,5 cm jednożyłowy , dwuwarstwowy (do monitora ECONET)
4	Mankiet RR NEONATAL roz 4 6,9 – 11,7cm jednożyłowy , dwuwarstwowy (do monitora ECONET)
5	Mankiet RR NEONATAL roz 5 8,9 – 15cm jednożyłowy , dwuwarstwowy (do monitora ECONET)

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 poz. 1 do poz. 5 do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z-CA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
Z poważaniem,
Hap