

**Przetarg nieograniczony na dostawę sterylizatora niskotemperaturowego plazmowego wraz z sukcesywnymi dostawami czynnika sterylizującego znak sprawy WSzSL/DZ-58/17**

<b>ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - otwarcie 7.11.2017r.</b>			<b>OFERTA NR 1</b>
lp	<b>KWOTA NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:</b>	<b>kryteria oceny ofert</b>	<b>INFOMER MED Sp. Z o. o. ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań</b>
1	341 933,40	CENA OFERTY w PLN	397 170,00
		PARAMETRY UŻYTKOWO-TECHNICZNE	Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych tworzywowych średnica 1mm × długość 12000mm; Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych w wykonanych ze stali średnica 1mm × długość 1000mm; System awaryjnego usuwania H2O2 lub jego pozostałości bez użycia dodatkowego zbiornika. Brak konieczności stosowania zbiornika pozostałości nadtlenu wodoru oraz opakowań na puste naboje czynnika sterylizującego.; Przydatność użycia czynnika sterylizacyjnego 12 miesięcy od daty wytworzenia; 2 programy sterylizacyjne; Przeprowadzanie testów biologicznych nie częściej niż 1 raz/tydzień (zgodnie z wymaganiem producenta/wytwórcy urządzenia); Potwierdzenie spełnienia wymagań normy ISO14937 (w deklaracji producenta)
		OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI w miesiącach	24

Zamawiający uprzejmie przypomina, że zgodnie z Rozdziałem VII pkt 1.3. siwz oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**Sekcja Zamówień Publicznych**

*Marta Kropiwnicka*