

Do wszystkich zainteresowanych:

**INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU
POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA DOSTAWĘ STERYLIZATORA NISKOTEMPERATUROWEGO
PLAZMOWEGO WRAZ Z SUKCESYWNymi DOSTAWAMI CZYNNIKA
STERYLIZUJĄCEGO**

WSzSL/DZ-58/17

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 22.11.2017r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w ww. postępowaniu.

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ tj.:

- 1) Cena - 60 %
- 2) Parametry użytkowo-techniczne – 30 %
- 3) Okres gwarancji i rękojmi – 10%

Zamawiający dokonał wyboru oferty niżej wymienionego Wykonawcy:

Nr Oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena w PLN	Parametry użytkowo-techniczne	Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach
1	INFOMER MED Sp. z o. o. ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań	397 170,00	Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych tworzywowych średnica 1mm × długość 12000mm; Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych w wykonanych ze stali średnica 1mm × długość 1000mm; System awaryjnego usuwania H2O2 lub jego pozostałości bez użycia dodatkowego zbiornika. Brak konieczności stosowania zbiornika pozostałości nadtlenu wodoru oraz opakowań na puste naboje czynnika sterylizującego.; Przydatność użycia czynnika sterylizacyjnego 12 miesięcy od daty wytworzenia; 2 programy sterylizacyjne; Przeprowadzanie testów biologicznych nie częściej niż 1 raz/tydzień (zgodnie z wymaganiem producenta/wytwórcy urządzenia); Potwierdzenie spełnienia wymagań normy ISO14937 (w deklaracji producenta)	24

Streszczenie oceny złożonych ofert

Nr Oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Punkty w kryterium cena	Punkty w kryterium parametry użytkowo-techniczne	Punkty w kryterium okres gwarancji i rękojmi w miesiącach	Razem przyznane punkty
1	INFOMER MED Sp. z o. o. ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań	60,00	30,00	10,00	100,00

Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie nr WSzSL/DZ-58/17

uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 341 933,40 zł brutto, natomiast cena złożonej oferty wynosi 397 170,00 zł brutto. Zamawiający przeanalizował możliwość udzielenia zamówienia Wykonawcy, jednakże zaoferowana cena znacząco obiega od kwoty przewidzianej na realizację dostawy, co uniemożliwia sfinansowanie zamówienia z budżetu Zamawiającego.

uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (..), na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579, dalej: uPzp),

Informację o unieważnieniu postępowaniu Zamawiający przekazuje Wykonawcy drogą elektroniczną oraz udostępnia na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl i na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

mgr Krystyna Barcik