

Do zainteresowanych

**INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH  
 W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  
 NA DOSTAWY**

**URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO  
 Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEJ TERAPII WCZEŚNIAKÓW, NOWORODKÓW I DZIECI  
 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY**  
**Znak sprawy: WSzSL/DZ-66/17**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu **23.11.2017 roku** dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych w ww. postępowaniu:

I. Zgodnie z kryterium określonym w SIWZ:

a) **Cena (C) - 50 %**

b) **Parametry użytkowo-techniczne (P) – 30 %**

c) **Okres gwarancji i rękojmi (Gr) – 20%**

- wybrano oferty niżej wymienionych Wykonawców. Oferty spełniają wymagania określone w SIWZ oraz uzyskały największą punktację:

Tabela 1

Nr Pakietu	Numer Oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Wartość oferty brutto ( PLN)	Potwierdzone dokumentami parametry użytkowo-techniczne	Okres gwarancji i rękojmi
A	B	C	D	E	F
Pakiet 1	5	Dutchmed PL Sp. z o.o. ul. Szajnochy 14 85-738 Bydgoszcz	169 000,00	pkt 2 - Ciągłe wyświetlanie stężeń na dużym wyświetlaczu cyfrowym, ekran LCD; pkt 10 - zasilanie prądem zmiennym (230V 50Hz) i z akumulatora 4 godziny	24 miesiące
Pakiet 2	6	GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wołowska 9 02-583 Warszawa	162 000,00	pkt 4 -Kolorowy wyświetlacz (ekran) na panelu sterującym, do prezentacji parametrów nastawianych i monitorowanych z wyświetlanym tekstem w języku polskim 6,5 cala; pkt 5 - Płynna regulacja kąta nachylenia podstawy z materacykiem w zakresie min. +/-12°; pkt 10 - Promiennik usytuowany na stałe pod kątem; pkt 11 - Moc promiennika 360W; pkt 20 - Pomiar saturacji, z możliwością obserwacji trendów	36 miesięcy
Pakiet 3	5	Dutchmed PL Sp. z o.o. ul. Szajnochy 14 85-738 Bydgoszcz	194 244,00	pkt 15 -Blokada panelu sterującego przed przypadkową zmianą nastaw w trakcie transportu; pkt 20 - słupek do mocowania osprzętu np. pompy infuzyjnej; pkt 25 - akumulator własny wbudowany module zasilania, 12V o czasie pracy 90 min.	24 miesiące
Pakiet 4	5	Dutchmed PL Sp. z o.o. ul. Szajnochy 14 85-738 Bydgoszcz	300 999,96	pkt 5 - Czytelny ekran wyświetlający wszystkie mierzone parametry, dotykowy LCD; pkt 16 - Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora 45dB; pkt 20 - Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury wrzenia, pkt 40, 41 i 42- Tak	36 miesięcy
Pakiet 5	6	GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wołowska 9 02-583 Warszawa	239 922,00	pkt 10 - Podstawa materacyka obrotowa (obrót 360°), zapewniająca optymalny dostęp do pacjenta bez konieczności przemieszczania go do celów zabiegowych; pkt 15 -Automatyczny dobór temperatury komfortu ciepłego dla przyjmowanego noworodka na podstawie: wieku ciążowego, wagi oraz wieku urodzeniowego noworodka; pkt 17 - Trendy mierzonych parametrów w tym wagi; pkt 18 - Wieszak na gietkim ramieniu do mocowania rur respiratora wewnątrz inkubatora przymocowany do materacyka -podczas wysuwania materacyka wyjeżdża razem z nim; pkt 28 - Panel sterujący z dużym, dotykowym kolorowym wyświetlaczem (ekranem) 10,4 cali umieszczonym centralnie, do konfiguracji pracy inkubatora, oraz prezentacji mierzonych parametrów	36 miesięcy

<b>Pakiet 6</b>	<b>6</b>	<b>GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.</b> ul. Wołowska 9 02-583 Warszawa	<b>61 560,00</b>	<b>pkt 4</b> - Kolorowy wyświetlacz (ekran) na panelu sterującym, do prezentacji parametrów nastawianych i monitorowanych z wyświetlanym tekstem w języku polskim, 6,5 cala; <b>pkt 5</b> - Płynna regulacja kąta nachylenia podstawy z materacykiem w zakresie min. +/-12°; <b>pkt 10</b> - Konstrukcja promiennika bez możliwości odsuwania/odchylania czy blokowania, usytuowana pod kątem po stronie panelu sterującego (nie zawieszona równolegle nad leżem pacjenta), zapewniająca komfort pracy personelu przy wykonywaniu procedur intensywnych przy noworodku oraz zapewniająca równomierne nagrzewanie powierzchni materacyka ; <b>pkt 11</b> - Moc promiennika 360 W;	<b>36 miesięcy</b>
<b>Pakiet 7</b>	<b>1</b>	<b>MAQUET Polska Sp. zo.o.</b> ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa	<b>226 800,00</b>	<b>pkt 5</b> - Możliwość rozbudowy wewnętrznego zasilania akumulatorowego w respiratorze przez użytkownika w trakcie pracy urządzenia, bez użycia narzędzi, bez udziału serwisu, baterie w postaci modułów pracujących w systemie "plug and play"; <b>pkt 10</b> - Zasilanie z wewnętrznych baterii na 60 minut pracy przy wszystkich trybach i zakresach parametrów. <b>pkt 11</b> - Napięcie zasilania AC 230 V,50 Hz,± 10%,pobór energii do 140W; <b>pkt 27</b> - Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu głównym; <b>pkt 28</b> - Możliwość rozbudowy o wentylację Helioxem; <b>pkt 58</b> - Ciśnienie TotalPEEP	<b>24 miesiące</b>
<b>Pakiet 8</b>	<b>2</b>	<b>DIAGNOS Sp. zo.o.</b> ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa	<b>149 904,00</b>	<b>pkt 5</b> -Awaryjne zasilane akumulatorowe na czas pracy 200 minut, <b>pkt 10</b> - Respirator z pojedynczym, kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 12 cali do prezentacji krzywych, pętli spirometrycznych i wartości mierzonych; <b>pkt 11</b> -możliwość oddzielnego zamocowania ekranu sterowania nastawami i wyświetlającego parametry wentylacji od jednostki podającej mieszaninę oddechową w odległości do 3,0 m; <b>pkt 27</b> . "wentylacja HFO"-Tryb HFO realizowany za pomocą zintegrowanego i wbudowanego modułu membranowego zasilanego i sterowanego przez respirator	<b>24 miesiące</b>
<b>Pakiet 9</b>	<b>5</b>	<b>Dutchmed PL Sp. z o.o.</b> ul. Szajnochy 14 85-738 Bydgoszcz	<b>64 999,99</b>	<b>pkt 5</b> -Z wbudowanego akumulatora zapewniające 180 minut pracy; <b>pkt 7</b> - Pobór mocy 70W; <b>pkt 14</b> - Poziom głośności w decybelach w czasie pracy 42 dB; <b>pkt. 32</b> - Możliwość rozbudowy o zapamiętywanie i obrazowanie trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB	<b>24 miesiące</b>
<b>Pakiet 10</b>	<b>4</b>	<b>Neo Plus Sp. z o.o.</b> Parzniewice Duże 110 97-371 Wola Krzysztoporska	<b>90 720,00</b>	<b>pkt 9</b> – Regulacja przepływu za pomocą przepływomierzy elektronicznych; <b>pkt 11</b> -Wbudowany akumulator zapewniający działanie aparatu powyżej 120 minut pracy	<b>60 miesięcy</b>

**Tabela 2**  
**Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert**

Nr Pakietu	Numer Oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Wartość oferty brutto ( PLN)	Parametry użytkowo-techniczne	Okres gwarancji i rękojmi	PUNKTACJA-CENA ( 50%)	PUNKTACJA-PARAMETRY ( 30%)	PUNKTACJA-GWARANCJA (20%)	PUNKTACJA RAZEM
Pakiet 1	5	Dutchmed PL Sp. z o.o. ul. Szajnochy 14 85-738 Bydgoszcz	169 000,00	Wskazane w Tabeli 1 w kolumnie E	24 miesiące	50	30	20	100
Pakiet 2	6	GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wołowska 9 02-583 Warszawa	162 000,00	Wskazane w Tabeli 1 w kolumnie E	36 miesięcy	50	30	20	100
Pakiet 3	5	Dutchmed PL Sp. z o.o. ul. Szajnochy 14 85-738 Bydgoszcz	194 244,00	Wskazane w Tabeli 1 w kolumnie E	24 miesiące	50	30	20	100
Pakiet 4	5	Dutchmed PL Sp. z o.o. ul. Szajnochy 14 85-738 Bydgoszcz	300 999,96	Wskazane w Tabeli 1 w kolumnie E	36 miesięcy	50	30	20	100

Pakiet 5	6	GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wołowska 9 02-583 Warszawa	239 922,00	Wskazane w Tabeli 1 w kolumnie E	36 miesięcy	50	30	20	100
Pakiet 6	6	GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wołowska 9 02-583 Warszawa	61 560,00	Wskazane w Tabeli 1 w kolumnie E	36 miesięcy	50	30	20	100
Pakiet 7	1	MAQUET Polska Sp. zo.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa	226 800,00	Wskazane w Tabeli 1 w kolumnie E	24 miesiące	50	30	20	100
Pakiet 8	2	DIAGNOS Sp. zo.o. ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa	149 904,00	Wskazane w Tabeli 1 w kolumnie E	24 miesiące	50	30	20	100
Pakiet 9	5	Dutchmed PL Sp. z o.o. ul. Szajnochy 14 85-738 Bydgoszcz	64 999,99	Wskazane w Tabeli 1 w kolumnie E	24 miesiące	50	30	20	100
Pakiet 10	3	LIFEMED Poland Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa	115 560,00	Pkt. 3 – ocena: 10 pkt; Pkt 11 – ocena: 10 pkt	24 miesiące	39,25	30	8	77,25
Pakiet 10	4	Neo Plus Sp. z o.o. Parzniewice Duże 110 97-371 Wola Krzysztoporska	90 720,00	Pkt. 9 – ocena: 10 pkt; pkt 11 – ocena: 10 pkt	60 miesięcy	50	30	20	100

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu:

- 1) nie wykluczył żadnego Wykonawcy,
- 2) nie odrzucił żadnej oferty,
- 3) nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów,
- 4) nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów,
- 5) nie unieważnił postępowania.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 94 ust.2 pkt 1) ppkt.a) ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: uPzp) Zamawiający przewiduje zawarcie umów w sprawie niniejszego zamówienia – za wyjątkiem części dotyczącej przedmiotu zamówienia opisanego w Pakiecie nr 10 - przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust.1 pkt.1) uPzp.

W zakresie Pakietu 10 zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż wskazany w art. 94 ust. 1 pkt. 1) uPzp.

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną, zamieszczona na Tablicy Ogłoszeń Dyrektora Szpitala w budynku 1D (poziom „0”) w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej [www.szpital.legnica.pl](http://www.szpital.legnica.pl)

Dziękujemy za wzięcie udziału w procedurze przetargowej.

**Z poważaniem,**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy  
*mgr Krystyna Barcik*