

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania przetargowego na

„ Dostawy różnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku: w tym kołder grzewczych, elektrod, tac medycznych, bielizny jednorazowego użytku oraz innych drobnych wyrobów medycznych”.

sprawa : WszSL/DZ-08/18

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2017. 1579 ze zm), wyjaśniam co następuje:

**Pytanie 1****Dotyczy Pakiet nr 29 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o podanie rozmiaru serwety.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga serwety o wymiarze 100x200 cm.****Pytanie 2****Dotyczy Pakiet nr 30 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koca w kolorze zielonym i rozmiarze min. 110x150cm.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).****Pytanie 3****Dotyczy Pakiet nr 33 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa, chłonność min. 800 ml/m<sup>2</sup>. Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej. Wymiar całkowity 150x101 cm (tolerancja +/- 2 cm). Rdzeń chłonny 50x125cm?**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.****Pytanie 4****Do SIWZ rozdział XI pkt. 14**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania większej liczby sztuk na podstawie oferowanych ilości opakowań należy w kolumnie „D” – ilość - zwiększyć liczbę sztuk podaną przez Zamawiającego, np. Zamawiający wymaga 240 sztuk produktu, Wykonawca oferuje w kolumnie „J” zawartość opakowania handlowego 50 sztuk, ilość opakowań handlowych w kolumnie „L” podaje 5 i zwiększa tym samym ilość w kolumnie „D” na 250 sztuk?

Czy ilość sztuk w kolumnie „D” ma pozostać bez zmian?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odsyła do wnikliwego zapoznania się z zapisem cyt.****„ UWAGA! W przypadkach, gdy dotyczy Zamawiający wymaga, aby ilość zaoferowanych opakowań handlowych obejmowała nie mniej niż 100% zamówienia określonego w Załączniku 2A - formularzu asortymentowo-cenowym, ale wskazuje jednocześnie, iż pożądana ilość przedmiotu zamówienia jest określona w kolumnie „Ilość”. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zaoferować opakowanie handlowe, którego wielkość i/lub wielokrotność spowoduje zwiększenie liczby sztuk wymaganej przez Zamawiającego, powinien w tejże kolumnie wskazać faktyczną liczbę asortymentu jaką oferuje do realizacji zamówienia tzn. równoważną z odpowiednią ilością pełnych oferowanych opakowań handlowych i ją wycenić.”****Pytanie 5****Do Umowy**

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamówienia składane podczas realizacji zamówienia będą posiadały wszystkie niezbędne informacje .**

**Pytanie 6**

**dotyczy Pakiet 16**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę stymulacyjną biopolarną z odłączanym uchwytem, korki filcowe 2 x 7 mm, odstęp między korkami 23 mm, kabel ekranowany 2 m, wtyk DIN?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 7**

**Pakiet 27 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wiązany na troki z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 8**

**Pakiet 30 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, włókninowy koc z poliestrowym wypełnieniem stworzony do utrzymywania temperatury pacjenta na stabilnym poziomie na etapie przedoperacyjnym, operacyjnym, pooperacyjnym w rozmiarze 110x105cm o właściwościach:

- Wykonany z włókninowy, z poliestrowym wypełnieniem
- Efekt izolacji ciepła, delikatny dla skóry
- Koc może zostać podgrzany w urządzeniu podgrzewającym
- Szyty ultradźwiękowo
- Bardzo mała ilość uwalnianych cząsteczek
- Bezlateksowy
- Kolor: zielony/ niebieski

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 9**

**Pakiet 30 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt z przeliczeniem podanych ilości?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie określił wielkości opakowań. Konstrukcja formularza w zakresie Kolumny „J, K, L” umożliwia złożenie takiej oferty.**

**Pytanie 10**

**Pakiet 31 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści matę chłonną na stół operacyjny jałową umożliwiającą wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 8l wody), dwustronną, chłonną od góry oraz od spodu? Wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar 60x38cm (wkład chłonny 52cm x 30cm); op. 50szt. Warstwa wierzchnia i spodnia wykonana z hydrofilnej włókniny, w części środkowej superabsorbent SuperCore. Gramatura maty 830 ±10g/m<sup>2</sup>, chłonność 8l wody lub 3,1 l roztworu soli fizjologicznej.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.**

**Pytanie 11**

**Pakiet 31 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową umożliwiającą wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 7l wody) spływających na podłogę podczas operacji? Dwustronna, chłonną od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar 75x36cm (wkład chłonny 68cmx30cm), kolor biały; op. 100szt. Warstwa wierzchnia i spodnia wykonana z hydrofilnej włókniny, w części środkowej superabsorbent SuperCore. Chłonność 7l wody lub 2,5l roztworu soli fizjologicznej.

