

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania przetargowego na**„Dostawy różnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku: w tym kołder grzewczych, elektrod, tac medycznych, bielizny jednorazowego użytku oraz innych drobnych wyrobów medycznych”.****sprawa : WszSL/DZ-08/18**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2017. 1579 ze zm), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1**Dotyczy Pakietu 11 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści tace medyczne ze stali nierdzewnej małe o wymiarach 25x15x2,5 cm lub 23x15,5x3cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 2**Dotyczy Pakietu 11 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści tace medyczne ze stali nierdzewnej duże o wymiarach 27x23x3,5cm lub 35x24x4cm lub 40x30x1,2cm

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 3**Dotyczy Wzoru umowy Pakiet nr 1 i 2:**

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający będzie zamawiał według aktualnych potrzeb.

Pytanie nr 4**Dotyczy Wzoru umowy Pakiet nr 1 i 2:**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający świadomie ogłosił postępowanie przetargowe. Ponadto odsyłamy do zapisów projektów umowy w zakresie § 5 ust. 1

Pytanie nr 5***Dotyczy Wzoru umowy Pakiet nr 1 i 2:***

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, numeru katalogowego" oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca zamieścił informację o numerach katalogowych w składanej ofercie (np. w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik 2A do SIWZ).

Pytanie nr 7***Dotyczy Wzoru umowy Pakiet nr 1 i 2:***

Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy:

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).

W odpowiedzi na pytanie: Wynika to z przepisów obowiązującego prawa.

Pytanie nr 8***Dotyczy Wzoru umowy Pakiet nr 1 i 2:***

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9**Pakiet 19**

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii w kolorze mlecznym, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 10**Pakiet 19**

Czy zamawiający dopuści wycenę worków pakowanych zbiorczo po 50 szt. z przeliczeniem ilości, pakowanie umożliwiające łatwe i szybkie wyjęcie pojedynczej sztuki, eliminując czynności związane z odpakowywaniem worka z indywidualnego opakowania, co znacznie skraca czas reakcji w nagłych przypadkach związanych z zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego, chemioterapią, transportem, zatruciami pokarmowymi, itp. minimalizując ryzyko zanieczyszczeń materiałem zakaźnym?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie określił wielkości opakowań. Konstrukcja formularza w zakresie Kolumny „J, K, L” umożliwia złożenie takiej oferty.

Pytanie 11

Pakiet 27

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Pakiet 27

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie określił wielkości opakowań. Konstrukcja formularza w zakresie Kolumny „J, K, L” umożliwia złożenie takiej oferty.

Pytanie 13

Pakiet 27

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Dotyczy pakietu nr 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje „Elektrodę uziemiającą metalową średnica 30mm z kablem 1,5 m”. Różnica 30 cm w długości kabla nie ma wpływu na wynik badania.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15

Dotyczy pakietu nr 16, pozycja

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje „Elektrodę stymulującą, biopolarną z odłączanym uchwytem, korki filcowe 2x7 mm, odstęp między korkami 23 mm, kabel ekranowany 2 m, wtyk DIN”? Różnica w średnicy korków filcowych wynosząca 1 mm, nie ma wpływu na wynik badania.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 16

Dotyczy pakietu nr 23

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje „Zmywacz do kleju elektrodowego (EEG, EKG) OP=473ml”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

UWAGA

- 1) Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
- 2) Zamawiający wskazuje, iż przy składaniu oferty w formularzu ofertowym, w kolumnie „opis oferowanego przedmiotu zamówienia” należy, w przypadku braku modyfikacji formularza ofertowego, dokładnie określić oferowany parametr, a także powołać się na numer pozytywnie udzielonej odpowiedzi.

Z poważaniem,

NACZELNA PIELEGNIARKA
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
mgr Beata Łabowicz