

Do wszystkich zainteresowanych:

**INFORMACJA**  
**O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU**  
**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**  
**NA DOSTAWĘ STERYLIZATORA NISKOTEMPERATUROWEGO**  
**PLAZMOWEGO WRAZ Z SUKCESYWNymi DOSTAWAMI CZYNNIKA**  
**STERYLIZUJĄCEGO**

**WSzSL/DZ-58A/17**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 22.03.2018r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w ww. postępowaniu.

Zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ tj.:

- 1) Cena - 60 %
- 2) Parametry użytkowo-techniczne – 30 %
- 3) Okres gwarancji i rękojmi – 10%

Zamawiający dokonał wyboru oferty niżej wymienionego Wykonawcy:

Nr Oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena w PLN	Parametry użytkowo-techniczne	Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach
2	<b>Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o. o.</b> <b>ul. Fabryczna 17,</b> <b>65-410 Zielona Góra</b>	<b>329 823,36</b>	Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych tworzywowych średnica 1mm × długość min. 10000 mm; Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych w wykonanych ze stali średnica 1mm × długość 850mm; System awaryjnego usuwania H2O2 lub jego pozostałości; Przydatność użycia czynnika sterylizacyjnego: 10 miesięcy od daty jego wytworzenia (przechowywanie w temperaturze pokojowej), 18 miesięcy (przechowywanie w temperaturze 2-8°C); 3 programy sterylizacyjne: powierzchniowy, standardowy, zaawansowany	<b>24</b>

### Streszczenie oceny złożonych ofert

Nr Oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Punkty w kryterium cena	Punkty w kryterium parametry użytkowo-techniczne	Punkty w kryterium okres gwarancji i rękojmi w miesiącach	Razem przyznane punkty
1	<b>STERIMED Sp. z o. o. Ul. Żwirki i Wigury 47/702-091 Warszawa</b>	60,00	10,00	10,00	80,00
2	<b>GREENPOL Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o. ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra</b>	43,36	30,00	6,67	80,03
3	<b>INFORMER MED Sp. z o. o. ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań</b>	52,19	20,00	6,67	78,86


Zamawiający informuje, że:

- 1) informacja o przyznanych punktach częściowych w zakresie kryterium „Parametry użytkowo-techniczne” znajduje się z Załączniku nr 1 do niniejszego pisma i stanowi jej integralną część.
- 2) nie wykluczył Wykonawcy,
- 3) nie odrzucił ofert Wykonawcy,
- 4) nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów,
- 5) nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów
- 6) nie unieważnił postępowania.

Informację powyższą Zamawiający przekazuje Wykonawcom drogą elektroniczną, a także udostępnia na stronie internetowej [www.szpital.legnica.pl](http://www.szpital.legnica.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

**Dziękujemy Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

Z poważaniem,

  
Zastępca Dyrektora Szpitala  
Legnica

Załącznik nr 1 do Informacji z dnia 22.03.2018r. w postępowaniu WZSL/DZ-58A/17

Parametr punktowany	punktacja jaką można uzyskać oferta	Sterimed Sp. z o. o. Ul. Żwirki i Wigury 47/702-091 Warszawa - cena	Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o. ul. Fabryczna 17, 65- 410 Zielona Góra	INFORMER MED Sp. Z o. o. ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań
Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych tworzywowych średnica 1mm × długość min. 10000 mm	Nie – 0 pkt	0		
	Tak - 5 pkt		5	5
Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych w wykonanych ze stali średnica 1mm × długość min. 800mm	0 pkt			
	5 pkt	5	5	5
System awaryjnego usuwania H2O2 lub jego pozostałości	Nie -0 pkt	0		0
	Tak-10 pkt:		10	
Przydatność użycia czynnika sterylizacyjnego : minimum 6 miesięcy od daty jego wytworzenia – wymagane minimum minimum 10 miesięcy od daty jego wytworzenia	0 pkt	0		
	5 pkt		5	5
Min .2 programy sterylizacyjne	Nie – 0 pkt			
	Tak - 5 pkt	5	5	5
Przeprowadzanie testów biologicznych nie częściej niż 1 raz/tydzień ( zgodnie z wymaganiem producenta/wytwórcy urządzenia)	Nie – 0 pkt	0	0	0
	Tak – 10 pkt			
Razem punkty		10	30	20
Punkty przyznane w kryterium parametry użytkowe		10	30	20