

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania przetargowego na

„ Dostawy różnego sprzętu medycznego niesterylnego wielorazowego i jednorazowego użytku: w tym mankietów do infuzji, szyn, pieluchomajtek, wkładów do odsysania oraz innych drobnych wyrobów medycznych”.

znak sprawy: WSzSL/DZ-20/18

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2017. 1579 ze zm), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1Dot. pakietu nr 16 wkłady do odsysania

Wnosimy o dopuszczenie możliwości złożenia ofert w pozycjach nr 1, 2 i 3 na równoważne wkłady workowe do odsysania o wymaganych w SIWZ pojemnościach (tj. 1000 ml w poz. 1, 2000 ml w poz.2 oraz 3000 ml w poz.3) charakteryzujące się następującymi cechami: w pokrywie wkładu posiadają tylko 1 króciec (port) przyłączeniowy uniwersalny typu schodkowego (co eliminuje jakiegokolwiek pomyłki w zakresie podłączania, upraszcza i przyspiesza wymianę wkładów i gwarantuje kompatybilność wkładów workowych z drenami łączącymi o różnych średnicach stosowanymi w szpitalu) , wkłady posiadają funkcje samozasysania, są uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, wyposażone w filtr przeciwbakteryjny i hydrofobowy pełniący funkcję zastawki refluksyjnej zabezpieczającej źródło ssania przed zalaniem- automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu. Data ważności nadrukowana na każdym jednostkowym opakowaniu. Wkłady napełnione substancją żelującą .

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 2Dot. pakietu nr 16 wkłady do odsysania

Ze względu na fakt, że aktualnie na rynku dostępne są również importowane wkłady workowe dostarczane w formie całkowicie rozprężonej lub tylko częściowo sprasowanej, celem jest określenie oczekiwań Zamawiającego co do parametrów oferowanych wkładów i możliwości ich magazynowania w Magazynie Szpitala i na Bloku Operacyjnym. Prosimy zatem o określenie, czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania w poz.1-3 wkładów workowych dostarczanych w formie całkowicie sprasowanej (kompaktowej) zajmującej mało miejsca w opakowaniu zbiorczym.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 3Dot. pakietu nr 16 wkłady do odsysania

Czy Zamawiający wymaga , aby wkłady workowe były przystosowane do ewentualnego łączenia w tandem i aby połączenie w tandem było możliwe bez konieczności stosowania różnego typu wkładów workowych ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 4

Dot. pakietu nr 16 wkłady do odsysania

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względu na wymogi sanitarno-higieniczne wymiana wkładów workowych odbywała się bez konieczności dotykania i odłączania drenu do próżni?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 5

Dot. pakietu nr 1 pozycja 1 i 2,

Czy Zamawiający dopuści uniwersalne mankiety do szybkiej infuzji pasujące do worków o pojemności 500-1000 ml wraz z monometrem przeznaczony do dezynfekcji standardowymi środkami dezynfekcyjnymi.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 6

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający ma na myśli 3600 opakowań nożyków, każde po 50 szt czy 3600 sztuk nożyków, pakowanych po 50 szt w jednym opakowaniu?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w Załączniku 2A - 3600 opakowań (każde z nich po 50 sztuk).

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w § 6 ust 1 do:

- 1). 0,3%
- 2). 0,5%
- 3) 1%
- 4) 2,5%

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Dot. Pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha jednorazowego flizelinowego o gramaturze 21 g/m², długie rękawy ze ściągaczem, wiązany z tyłu na troki?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia z uwagi na fakt pominięcia wskazania gramatury. Wprowadzony zostaje parametr – gramatura 24g/m². Z uwagi na powyższe Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pytanie 9

Pakiet nr 2 Poz.2 - prosimy o dopuszczenie zaoferowania stazy gumowej, bezlateksowej, jednorazowej wykonanej z miękkiego przyjaznego dla skóry materiału- elastomeru termoplastycznego (TPE).

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 10

pakiet nr 18 Poz.1 - prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do enemy z drenem zakończonym otworem centralnym i dodatkowo jednym otworem bocznym, w którym końcówka drenu pokryta jest substancją poślizgową ułatwiającą wprowadzenie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Uważamy iż takie rozwiązanie, w miejsce twardej kanki, posiada lepsze walory użytkowe a co istotne, dla pacjenta jest atraumatyczne.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 11

pakiet nr 11 Poz.1 - prosimy o dopuszczenie zaoferowania fartucha niesterylne go , tzw. dla odwiedzających , flizelinowego, jednorazowego użytku, z długim rękawem, ze ściągaczami na końcu rękawów, wiązane go z tyłu.
W odpowiedzi na pytanie:Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 12

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

W odpowiedzi na pytanie:Zamawiający uzna za spełniony wymóg zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Pytanie 13

Pakiet 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania system do odsysania znacznie tańszy, spełniający wymogi SIWZ, ale bez substancji żelującej, pod warunkiem dostarczenia wkładów wysoce szczelnych - bez dodatkowych otworów w pokrywie, wymagających zamknięcia, poza króćcem pacjenta?

Uzasadnienie: oferowany system do odsysania został zaprojektowany specjalnie tak, by wyeliminować konieczność żelowania zgromadzonej wydzieliny i tym samym zmniejszyć kwoty wydatkowane na wkłady jednorazowe oraz utylizację. Udało się to uzyskać m.in. dzięki: ograniczeniu liczby portów dostępu (potencjalnego miejsca wycieku) - tylko 1 króciec w pokrywie wkładu wymaga zaślepienia; jakości zastosowanego materiału: wysoce zagęszczony polietylen, trudny do uszkodzenia nawet w czasie transportu zużytych baniaków; bakteriobójczemu działaniu jonów srebra zawartych we wkładach i kanistrach(opatentowana technologia produkcji, zapewniająca, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h, co spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w zakresie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych(Obwieszczenie z dnia 28.10.2015r.)

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 14): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 14; pozycja 1): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 16

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 14; pozycja 1): pieluchomajtki dla dzieci (dla wcześniaków) w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 17

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego (pakiet 14; pozycja 2) o określenie zapotrzebowania na poszczególne rozmiary: S,M,L,XL. Należy podkreślić, że utrzymanie zapotrzebowania (150 000 sztuk) na pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XXL jest skrajnie niekorzystne dla Zamawiającego. Cena rozmiaru XXL jest trzykrotnie wyższa od cen na najpopularniejsze rozmiar pieluchomajtek w rozmiarach M oraz L. Odstąpienie od wymogu zaoferowania produktu w rozmiarze XXL, przełoży się na ogromne oszczędności dla Zamawiającego. Z badań przeprowadzanych w szpitalach wynika, iż zapotrzebowanie na produkt o tak dużym rozmiarze jest na poziomie poniżej 0,05%. Rekomendowanym rozkładem zapotrzebowania na poszczególne rozmiary jest: S – 10%, M – 40%, L – 45%, XL – 4%.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie jest w stanie określić zapotrzebowania na poszczególne rozmiary.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 14, pozycja 2): pieluchomajtek dla dorosłych w rozmiarach:

- S – maksymalny obwód bez rozciągania co najmniej 80cm;
- M – maksymalny obwód bez rozciągania co najmniej 110cm;
- L – maksymalny obwód bez rozciągania co najmniej 140cm;
- XL – maksymalny obwód bez rozciągania co najmniej 160cm;
- XXL - maksymalny obwód bez rozciągania co najmniej 240cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie precyzuje w opisie przedmiotu zamówienia obwodu rozciągania. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 19

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 14, pozycja 2): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonnościach:

- S – co najmniej 1700g;
- M – co najmniej 2400g;
- L – co najmniej 2700g;
- XL – co najmniej 2700g;
- XXL - co najmniej 2300g;

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie precyzuje w opisie przedmiotu zamówienia obwodu rozciągania. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 20

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 14, pozycja 2, rozmiary: S,M,L,XL): pieluchomajtek dla dorosłych oddychających na całej powierzchni produktu, posiadające cztery elastyczne przylepcorzępy wielokrotnego użytku, co najmniej jeden ściągacz taliowy, co najmniej jeden wskaźnik chłonności oraz barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz, które zapobiegają wyciekom moczu? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu

Ch

chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Co najmniej dwóch producentów (SCA - TENA, TZMO – SENI) na rynku polskim oferuje pełnowartościowe pieluchomajtki, co gwarantuje Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 21

dotyczy pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluch w rozmiarze 2-5kg?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

Pytanie 22

dotyczy pakietu nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek w rozmiarze L lub XL?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

Pytanie 23

dotyczy pakietu nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów chłonnych z folią PE nieprzepuszczalną dla powietrza?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 24

Pakiet 8

Prosimy o dopuszczenie opaski o wymiarach: długość 13,5 cm, szerokość 2,6 cm, 3 dziurki 1,5 cm, 3,8 cm i 5 cm

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 25

Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści stazy bezlateksowe wykonane z szerokiego rozciągliwego paska TPE (termoplastyczny elastomer) w opakowaniu a'25 sztuk z przeliczeniem do 480 pełnych opakowań?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 26

Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści papier do spirometru Microlab 3500 w rozmiarze 110x10?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

Pytanie 27

Pakiet nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę składaną na pół zamiast kopertowo?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

Pytanie 28

Pakiet nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający ma na myśli fartuch z rękawem zakończonym mankietem czy z rękawem zakończonym gumką?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

Pytanie 29

Pakiet nr 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 90; oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; op. 70 szt. Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m². Wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 127g /m². Łączna gramatura podkładu 180 ±10g/m².

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

Pytanie 30

Pakiet nr 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny podfoliowany o rozmiarze 60 x 90; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 800 ml. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; op. 112szt. Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z folii o gramaturze 25g/m². Wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 127g /m². Łączna gramatura podkładu 165 ±10g/m².

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

Pytanie 31

pakiet nr 12 - fartuchy foliowe (zapaski).

Proszę o podanie szerokości, długości oraz grubości fartucha foliowego.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający oczekuje zapasek w rozmiarze uniwersalnym.

UWAGA

1. Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Zamawiający wskazuje, iż przy składaniu oferty w formularzu ofertowym, w kolumnie „opis oferowanego przedmiotu zamówienia” należy, w przypadku braku modyfikacji formularza ofertowego, dokładnie określić oferowany parametr, a także powołać się na numer pozytywnie udzielonej odpowiedzi.
3. Modyfikację w zakresie Pakietu nr 11 Zamawiający wprowadził w Załączniku 2A czcionką koloru czerwonego.

Z poważaniem,

Z-CIA PREZYDENTA
dr. Leszczyńska
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
dr n. med. Andrzej Hap

Ch