

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania przetargowego na

„ Dostawy różnego sprzętu medycznego niesterylnego wielorazowego i jednorazowego użytku: w tym mankietów do infuzji, szyn, pieluchomajtek, wkładów do odsysania oraz innych drobnych wyrobów medycznych”.

znak sprawy: WSzSL/DZ-20/18

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2017. 1579 ze zm), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Pakiet nr 15, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w ww. pozycji wymaga podkładu o chłonności 1000 ml?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie precyzuje chłonności. Dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 2

Pakiet nr 22, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji koszuli operacyjnej dla pacjenta w rozmiarze M/L, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Pakiet19, poz.1,2

Czy zamawiający dopuści miskę nerkową w poz. 1 i poz.2 o pojemności użytkowej 300 ml i o wymiarach 245 mm x 115 mm x 50 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet19, poz.1,2

Prosimy o wydzielenie poz.1 do osobnego pakietu i utworzenie dwóch odrębnych pakietów np. 19 a – z poz. nr 1 i 19B – z poz. nr 2, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W odpowiedzi na pytanie:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Pakiet 2, poz.2

Czy zamawiający dopuści stażę bezlateksową, wykonana z rozciągliwego paska TPE. Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. pakowaną w rolce w odcinkach o długości 47 cm po 25 szt. w kartonik z podajnikiem, rolce z nadrukowaną fabrycznie instrukcją obsługi na opakowaniu?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 6

Pakiet 2, poz.2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie (rolkę) 25 szt. z przeliczeniem, o długość pojedynczego paska 47cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie określił wielkości opakowań. Konstrukcja formularza w zakresie Kolumny „J, K, L” umożliwi złożenie takiej oferty.

Pytanie 7

Pakiet11, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie określił wielkości opakowań. Konstrukcja formularza w zakresie Kolumny „J, K, L” umożliwia złożenie takiej oferty.

Pytanie 8

Pakiet12, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie określił wielkości opakowań. Konstrukcja formularza w zakresie Kolumny „J, K, L” umożliwia złożenie takiej oferty.

Pytanie 9

Pakiet13, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie określił wielkości opakowań. Konstrukcja formularza w zakresie Kolumny „J, K, L” umożliwia złożenie takiej oferty.

Pytanie 10

Pakiet18, poz.1

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk rolkowy, obł z z dwoma otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, szaszetka środka myjącego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

Pytanie 11

Pakiet19, poz.1

Czy zamawiający dopuści miskę nerkową o pojemności użytkowej 300 ml i o wymiarach 245 mm x 115 mm x 50 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 12

Pakiet19, poz.2

Czy zamawiający oczekuje miski nerkowej z pulpy papierowej o poj. 700 ml?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

UWAGA

1. Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Przy składaniu oferty w kolumnie „opis oferowanego przedmiotu zamówienia” należy, w przypadku braku modyfikacji formularza ofertowego, dokładnie określić oferowany parametr, a także powołać się na numer pozytywnie udzielonej odpowiedzi.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

mgr Krystyna Barcik