



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



WSzSL/DZ/072-<sup>281</sup>/18

Legnica, 13-06-2018 r.

**Do zainteresowanych**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na dostawę urządzeń medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy**

**znak sprawy WSzSL/DZ-28/18**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.), wyjaśniam, co następuje:

**Pytanie 1** dotyczące Pakietu 8 (Wózki do transportu chorych -2 sztuki- dostawa, montaż, uruchomienie oraz szkolenie) Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 12 tygodni?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę w ciągu 84 dni**

**Pytanie 2** dotyczące Pakietu 9: Wózek do przewozu chorych bariatryczny -1 sztuka - dostawa, montaż, uruchomienie oraz szkolenie Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 12 tygodni?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę w ciągu 84 dni**

**Pytania dotyczące Pakietu 8 (wózki do transportu chorych – 2 szt)**

**Pytanie 3** Czy Zamawiający dopuści wózek o długości leża 199 cm i szerokości leża 65 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 4** Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne o długości 152 cm i wysokości 30 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, modyfikując odpowiednio zapisy siwz.**

**Pytanie 5** Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 60-93 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 6** Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją oparcia segmentu pleców w zakresie 0-75°?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, modyfikując odpowiednio zapisy siwz.**

**Pytanie 7** Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją pozycji Tr i aTR w zakresie +/-14°?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Nadto z własnej inicjatywy Zamawiający:

- 1) usuwa zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia opisanego w Pakiecie 2 – punkt 30 oraz w Pakiecie 4 – punkt 48
- 2) zmienia zapisy dotyczące terminu wykonania dostawy z 30 na 84 dni.



**Fundusze Europejskie**

Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**

Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego




Usunięta zostaje również prowadzona omyłkowo fraza z zapisów siwz o brzmieniu „w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020”.

**Uwaga:**

Informujemy, iż ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert na dzień 9.07.2018r. godziny i miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zmiany siwz związane z powyższym zostały wprowadzone czcionką koloru czerwonego.

Z poważaniem,

  
DIREKTOR  
Wojewódzkiego Specjalistycznego  
Urzędu  
mgr Krystyna Barańska