

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: Postępowania przetargowego na „ Dostawy Zamkniętego Systemu do pobierania krwi aspiracyjno - próżniowego”.**

**znak sprawy: WSzSL/DZ-46/18**

**W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2017. 1579 ze zm), wyjaśniam co następuje:**

**Pytanie 1**

Pakiet nr 1

Przedmiotem zamówienia jest zamknięty aspiracyjno-próżniowy system do pobierania krwi. Czy Zamawiający wymaga, aby w ramach zapewnienia kompatybilności i bezpieczeństwa pracy wszystkie pozycje oferowanego systemu pochodziły od jednego producenta, co chroni Zamawiającego przed uzyskaniem produktów od różnych producentów nie kompatybilnych i nie pasujących do siebie (np. igły od jednego producenta nie pasują do probówki-strzykawek od drugiego producenta)?

**W odpowiedzi na pytanie: Tak.**

**Pytanie 2**

poz. 15

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez probówkę do mikrometody nazwy producenta. Probówki do mikrometody posiadają takie informacje jak: datę przydatności do użycia, numer serii, znacznik napelnienia, pojemność oraz rodzaj antykoagulantu. Natomiast nazwa producenta znajduje się na opakowaniu jednostkowym.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 3**

Dot. Umowa § 2 ust. 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu: „Wykonawca dostarcza towar na swój koszt i ryzyko” na zapis: „Wykonawca dostarcza towar na swój koszt i ryzyko przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**UWAGA**

**Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

**Z poważaniem,**

**Z-ca DYREKTORA**  
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

*mgr Piotr Czechajło*